

**Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego **termometrów bezdotykowych**, zwanych dalej wyrobami.
  2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
  3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane :
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
  5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia.
  6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do **1\* dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr **85 661 21 21\*** lub poczty elektronicznej na adres e-mail: **handlowy@projectmed.pl\***
  7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

**\*wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1	Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała - w zakresie min. 34°C – <b>43 42,9°C</b> - dokładność pomiaru temperatury ciała <b>min. ±0,2°C ±0,3°C, przy czym w zakresie 35,5 °C - 42 °C ±0,2°C</b> - Możliwość pomiaru temperatury obiektu w zakresie min. 0°C – <b>100 60°C</b> - dokładność pomiaru temperatury obiektu <b>min. ±0,3°C</b> - Ekran LCD podświetlany - Zalecany czas pomiaru do 5 sekundy - odległość w chwili pomiaru od czoła do 5 cm. - Sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu pomiaru. - Możliwość manualnego ustawienia pomiaru: pomiar temp. ciała, pomiar temp. obiektu - Możliwość wyboru jednostki pomiarowej °C lub F - Automatyczne wyłączenie jeśli termometr nie będzie używany przez ponad minutę - Sygnalizacja wyczerpanej baterii lub awarii - Zasilanie ogólnie dostępną baterią	szt	200	68,00 zł	13 600,00 zł	8,00%	73,44 zł	14 688,00 zł	Guangzhou/ Termometr Berrcom nr kat.JXB-183
				<b>RAZEM :</b>	<b>13 600,00 zł</b>			<b>14 688,00 zł</b>	