

Załącznik nr 5 do SWZ **po zmianach z dnia 09.05.2023 r.**
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.4.2023

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY - zadanie nr 4 po zmianach

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto $6=4 \times 5$	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto $8=9/4$	Wartość brutto $9=6+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wideolaryngoskop	szt.	1	8 600,00	8 600,00	8	9 288,00	9 288,00
Razem cena oferty					8 600,00	-	-	9 288,00

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>Wideolaryngoskop - 1 szt.</u>		Typ wideolaryngoskop
		Model VL-234 Scope
		Producent Scope Medical Devices
		Kraj pochodzenia Indie
1.	Rok produkcji	2022 – zgodnie z odpowiedziami z dnia 09.05.2023r
2.	Certyfikat CE	
3.	Wideolaryngoskop z kompletem łżyek w rozmiarach Mac 2,3,4, w opakowaniu typu walizka	
4.	Kolorowy ekran 3,5”, rozdzielczość 640x480	
5.	Wbudowany akumulator litowo-jonowy, w komplecie zasilacz	
6.	Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo: 270°, góra/dół: 120° 110°)+/-2° <i>Zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.05.2023 r. dopuszcza możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo: 270°, góra/dół: 120°)+/-2°.</i>	
7.	Możliwość rejestracji zdjęć i filmów, pamięć min. 4GB (3500 zdjęć lub 2h wideo)	
8.	Możliwość transferu zarejestrowanych zdjęć i filmów do komputera	
9.	Kamera CMOS: 2 Mpixele	
10.	Źródło światła: dioda LED: min 800 lux	
11.	Funkcja anti-fog	
12.	Wbudowany port MicroUSB	

13.	łyżki metalowe, wielorazowe do sterylizacji min. 1000 razy (odporne na moczenie w płynach dezynfekcyjnych, sterylizację niskotemperaturową: gaz lub plazma)	
	Informacje dodatkowe	
14.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem	
15.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu	
16.	Okres gwarancji 24 miesiące	
17.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)	
18.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca prześle Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów	
19.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji	
20.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów - nie dotyczy, zgodnie z instrukcją obsługi

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.....
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy