

Załącznik nr 7 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.6.2023

**FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 6**


A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto $6=4 \times 5$	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto $8=5+7$	Wartość brutto $9=6+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ssak elektryczny	szt.	3	10133,00	30399,00	8%	10943,64	32830,92
<b>Razem cena oferty</b>					30399,00	-	-	32830,92

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>Ssak elektryczny - 3 szt.</u>		Typ ssak elektryczny jezdny Model BASIC Producent MEDELA AG Kraj pochodzenia SZWAJCARIA
1.	Rok produkcji	2022
2.	Certyfikat CE	
3.	Zasilanie sieciowe 230V ± 10% 50 Hz	
4.	Ssak elektryczny na wózku jezdnym kolumnowym wykonany ze materiałów niekorodujących, na czterech kołach wszystkie z blokadami oraz z szyną na akcesoria.	
5.	Max. podciśnienie ≥ 90 kPa	
6.	Wydajność min. 30 l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)	
7.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg	
8.	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.	
9.	Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.	
10.	Jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na środki dezynfekcyjne	
11.	Bezobsługowa pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa	
12.	Poziom hałasu max. 37 dB	



13.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy –zbiornik zabezpieczający 0,25 litra.	
14.	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany - wbudowany w wózek	
15.	Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, z uchwytem naszynowym.	
16.	Wkłady jednorazowe kompatybilne z w/w zbiornikiem – min. 40 szt.	
17.	Filtry antybakteryjne - min. 10 szt.	
18.	Pobór mocy max. 50 W	
19.	Waga max. 17 kg.	
20.	<b>Informacje dodatkowe</b>	
21.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem	
22.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu	
23.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
24.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)	
25.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaze Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów	
26.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji	
27.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.....  
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy*