

Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.8.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 8


A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>6=4x5</i>	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto <i>8=5+7</i>	Wartość brutto <i>9=6+7</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	System drenażu klatki piersiowej	szt.	7	15000	105000	8%	16200	113400
Razem cena oferty					105000	-	-	113400

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>System drenażu klatki piersiowej - 7 szt.</u>		<p>Typ Cyfrowy drenaż klatki piersiowej</p> <p>Model THOPAZ+</p> <p>Producent MEDELA AG</p> <p>Kraj pochodzenia SZWAJCARIA</p>
1.	Rok produkcji	2022
2.	Certyfikat CE	
3.	Przenośny zestaw ssący (max. waga 1 kg) o wymiarach max.10 x 25 x 30 cm z uchwytem i paskiem do przenoszenia	
4.	Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiającą ciągłą pracę urządzenia nie mniej niż 4 godziny, wyposażona w stację dokującą z uchwytem naszynowym	
5.	Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż 10 kPa/100mbar /100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej	
6.	Pompa z elektronicznym system pomiaru i monitorowania parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym z menu obsługi w języku polskim, umożliwiającym sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci.	
7.	Wyświetlacz prezentujący podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym i graficznym	
8.	Możliwość wyświetlenia parametrów (przeciek powietrza, ciśnienia/poziom płynów) w czasie rzeczywistym oraz w postaci trendów z ostatnich 72 godzin.	
9.	System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o: konieczności wymiany kanistra, zatkaniu drenów, nieszczelności układu, rozładowanej baterii	
Informacje dodatkowe		



10.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem	
11.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu	
12.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
13.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)	
14.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca prześle Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów	
15.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji	
16.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.....
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
 Wykonawcy*