

Załącznik nr 12 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.11.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 11

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto $6=4 \times 5$	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto $8=9/4$	Wartość brutto $9=6+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Chłodziarka laboratoryjna	szt.	2	5600,00	11200,00	23	6888,00	13776,00
<b>Razem cena oferty</b>					11200,00	-	-	13776,00

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<b>I. Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. (Model oferowany SLC 100 Glass, Bolarus)</b>	
1.	Rok produkcji - 2023
2.	Certyfikat CE – tak,
3.	Wymiary zewnętrzne ( szer. × wys. × gł.): 650 mm × 850 mm × 650 mm (± 5 mm), Tak: 65,0 x 85,3 x 64,5 cm.
4.	Korpus zewnętrzny lakierowany- Tak,
5.	Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej – Tak,
6.	Izolacja 70 mm ± 2 mm – Tak, 70 mm
7.	Ekologiczny czynnik chłodniczy- Tak,
8.	Drzwi przeszklone z wymienną uszczelką – Tak,
9.	Zamek mechaniczny drzwi – Tak,
10.	System automatycznego domykania drzwi – Tak,
11.	Drzwi prawe- Tak,
12.	Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0.1K – Tak,
13.	Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp. - Tak,
14.	Alarm otwartych drzwi – Tak,
15.	Alarm zabrudzonego skraplacza – Tak,
16.	Alarm uszkodzonego czujnika temperatury – Tak,
17.	Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy – Tak,
18.	Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu – Tak,
19.	System przeciwwamrożeniowy – Tak,
20.	Prowadnice półki / wsporniki poziome – Tak,
21.	2 półki powlekane z drutu – Tak,
22.	Możliwość regulacji położenia półki – Tak,

23.	Otwór walidacyjny – Tak,	
24.	Nogi regulowane – Tak,	
25.	Oświetlenie LED – Tak,	
26.	Poziom hałas 51 dB ± 1 dB – Tak, 51 dB	
27.	Dynamiczny tryb chłodzenia – Tak,	
28.	Zasilanie z sieci 230 V – Tak,	
	<b>Informacje dodatkowe</b>	
29.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem – Tak,	
30.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu- Tak,	
31.	<b>Okres gwarancji min. 24 miesiące – tak, 36 miesięcy</b>	
32.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) - Producent nie wymaga przeglądów.	
33.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów – Tak,	
34.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji – Tak,	
35.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Producent nie wymaga przeprowadzenia przeglądów.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Jolanta Kotowska .....

*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy*