

Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.3.10.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 10

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto $6=4 \times 5$	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto $8=9/4$	Wartość brutto $9=6+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Lampa zabiegowa	szt.	1	14 400,00	14 400,00	8%	15 552,00	15 552,00
Razem cena oferty					14 400,00	-	-	15 552,00

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi...65.....miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

I. Lampa zabiegowa – 1 szt.		<p>Typ Lampa zabiegowa PentaLED Model PentaLED 28 jezdną</p> <p>Producent...Rimsa.</p> <p>Kraj pochodzenia Włochy</p>
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Lampa jednoczasowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła. Nie dopuszcza się lamp wyposażonych w aktywny układ redukcji cieni posiadających ruchome elementy (moduły) wyposażonych w różnego rodzaju sensory, czujniki czy manipulatory.	
4.	Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała	
5.	Lampa na statywie jezdny z min 4 kołami w tym min 2 z blokadą.	
6.	Czasza lampy wyposażona w min dwa uchwyty do pozycjonowania lampy umieszczone po przeciwnych stronach czaszy	
7.	Lampa o zwartej, jednolitej, okrągłej konstrukcji. Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji (wielodzielnej, modułowej) oraz czaszy posiadających otwory czy kratki wentylacyjne.	
8.	Lampa wyposażona w min 28 diod, wykorzystująca wyłącznie diody białe,	
9.	Natężenie oświetlenia min 120 000 lux w odległości 1 m od czoła lampy.	
10.	Temperatura barwowa regulowana w min dwóch wartościach 4500 i 5000 °K	
11.	Regulacja natężenia światła umieszczona na czaszy lampy w zakresie min 20-100 % Realizowana z panelu dotykowego	
12.	Współczynnik CRI odwzorowania barw Ra min 94	
13.	Żywotność układu świetlnego min. 60 000h	
14.	Regulacja średnicy pola operacyjnego min. 110-330mm	

15.	Średnica czaszy lampy min. 400 mm
16.	Lampa wyposażona w uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy
17.	Regulacja pola operacyjna za pomocą centralnego uchwytu umieszczonego w osi symetrycznej lampy
18.	Pobór mocy max 85VA
19.	Statyw jezdny o wysokości 1700 – 1800 mm
20.	Możliwość ustawienia czaszy lampy na wysokości min 2100 mm od podłogi
21.	Możliwość ustawienia czaszy lampy w najniższej pozycji na wysokości max 1200 od podłogi
22.	Podstawa lampy o wymiarach maksymalnie 600 x 800 mm
23.	Zakres obrotu pionowego ramienia statywu lampy: od -30° do + 30° wokół osi pionowej
24.	Waga całej lampy wraz ze statywem maksymalnie 20 kg.
25.	Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Oferenta – dołączyć do oferty.
26.	Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medyczny.
	Informacje dodatkowe
27.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
28.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
29.	Okres gwarancji min. 24 miesiące
30.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
31.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
32.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji
33.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Częstotliwość przeglądów: Producent nie wymaga przeglądów

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmenny wniosek.

.....
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy