

Załącznik nr 4 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.3.3.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 3

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto $6=4 \times 5$	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto $8=9/4$	Wartość brutto $9=6+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wózek reanimacyjny	szt.	1	6500,00	6500,00	8%	7020,00	<b>7020,00</b>
Ia	Wózek reanimacyjne – wyposażenie	Szt.	1	200,00	200,00	23%	246,00	<b>246,00</b>
Razem cena oferty					6700,00	-	-	<b>7266,00</b>

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>Wózek reanimacyjny – 1 szt.</u>		<p>Typ Wózek MX ANE</p> <p>Model MX 34 ANE</p> <p>Producent Machan International Bailida</p> <p>Kraj pochodzenia Taiwan</p>
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Aluminiowa rama wózka, korpus wózka wykonany ze stali malowanej proszkowo, blat roboczy wykonany z ABS z trzech stron z podniesionym rantem, mobilny na czterech kółkach, odboje wózka wykonane z ABS.	
4.	Wymiary min. szer. 690 mm x gł. 520 mm x wysokość 1010 mm ( ± 1%)	
5.	Szuflady samoczynnie domykane, dwie szuflady o wys. min 75mm, dwie szuflady o wys. min 155 mm, jedna szuflada o wys. min 235 mm ( ± 1%)	
6.	<p>Wózek reanimacyjny z gniazdami montażowymi na akcesoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminiowe listwy montażowe (wym.: 445x45x7 mm ± 1%)</li> <li>- regulowany wieszak na płyny infuzyjne (dwa haczyki, min. wys. 120 cm)</li> <li>- zamykany kosz na odpady z pokrywą wahadłową otwieraną kolaniem (wym.: 255x170x315mm ± 1%)</li> <li>- pojemnik odporny na przekłucia (wym.: 105x130x215mm ± 1%)</li> <li>- uchwyt na rękawiczki (160x135x95mm ± 1%)</li> <li>- wysuwany blat boczny z rantami zapobiegającymi zsuwaniu się przedmiotów (wym.: 450x370x15 mm ± 1%)</li> <li>- koła przeciwpółowe o śr. 125 mm w plastikowej obudowie</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- centralny zamek</li> <li>- pierwsza szuflada z dodatkowym zamknięciem (na kłódkę lub plombę)</li> <li>- dwa komplety przedziałek do szuflad o wys. 75 mm (wym.: 540x50 mm (3szt.) oraz 370x50 mm (3szt.) ± 1%)</li> <li>- dwa komplety przedziałek do szuflad o wys. 155mm (wym.: 542x130 (3szt.) oraz 368x130mm (3szt.) ± 1%)</li> <li>- uchwyt do prowadzenia wózka</li> </ul>
	<b>Informacje dodatkowe</b>
7.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
8.	Zamawiający wymaga instalacji
9.	<b>Okres gwarancji min. 24 miesiące</b>
10.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) - jeżeli dotyczy
11.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmenny wniosek.

.....  
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy