

Załącznik nr 9 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.3.8.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 8

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto $6=4 \times 5$	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto $8=9/4$	Wartość brutto $9=6+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Krioekstraktor z oprzyrządowaniem	szt.	1	66 463,00	66 463,00	8%	66 463,00	71 789,04
Razem cena oferty					66 463,00	-	-	71 789,04

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>Krioekstraktor z oprzyrządowaniem – 1 szt.</u>		<p>Typ: CRYOMATIC MKII</p> <p>Model: 2509-P-1010</p> <p>Producent: KEELER LTD</p> <p>Kraj pochodzenia: Wielka Brytania</p>
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Kompaktowe urządzenie do operacji okulistycznych, służące do chirurgicznego zamrażania tkanek.	
4.	Wyświetlacz LCD o min. wymiarach 95 x 70 mm, informujący o aktualnym stanie pracy: sondy kroi (zamrażanie/rozamrażanie), stan butli z gazem, licznik czasu zamrażania, wskaźnik osiągnięć sondy krio podczas zamrażania.	
5.	Sterownik nożny służący do włączania/wyłączania zamrażania	
6.	Sygnalizacja niskiego poziomu gazu w butli	
7.	Sygnały dźwiękowe informujące o stanie pracy urządzenia	
8.	Automatyczny test urządzenia i sondy krio po jej podłączeniu	
9.	Automatyczne wykrywanie typu podłączonej sondy krio	
10.	Informacja o błędzie na wyświetlaczu w przypadku awarii urządzenia	

11.	Zasilanie dwutlenkiem węgla (CO <sub>2</sub> ) lub podtlenkiem azotu (N <sub>2</sub> O) o ciśnieniu w zakresie 450-850 PSI (31-45 bar)	
12.	Możliwość użycia sond jednorazowych i wielorazowych	
13.	Sondy jednorazowe co najmniej 1 model	
14.	Sondy wielorazowe co najmniej 7 modeli okulistycznych do wyboru, których końcówka robocza jest nie rozłączna z przewodem, sonda w całości podlegająca procesowi sterylizacji	
15.	Wymiary max jednostki głównej 355x205x195mm	
16.	Waga max jednostki głównej nie więcej niż 5 kg	
17.	Mobilny stolik na aparat z mocowaniem na butlę	
18.	Sonda krio nieodłączalna od przewodu w całości sterylizowalna	
19.	W komplecie: - stolik na aparat z mocowaniem na 1 butlę - konektor gazu N <sub>2</sub> O - sterownik nożny - wielorazowa sonda do krioterapii (zakrzywiona, siatkówkowa, 2.5mm) - 1 szt. - wielorazowa sonda do krioterapii (jaskrowa, 3mm) – 1 szt. - kasetka do sterylizacji – 2 szt. - konektor do gazu (N <sub>2</sub> O) - przewód do podłączenia gazu z butli - klucz do montażu	
	<b>Informacje dodatkowe</b>	
20.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem	
21.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu	
22.	<b>Okres gwarancji min. 24 miesiące</b>	
23.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)	
24.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca prześle Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów	
25.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji	
26.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów: 1/rok

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pi-semny wniosek.

Stare Babice, dnia 30.05.2023r

.....  
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy*