

Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.3.7.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 7

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8=9/4	Wartość brutto 9=6+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych	szt.	1	22 591,00 zł	22 591,00 zł	8%	24 398,28 zł	24 398,28 zł
Razem cena oferty					22 591,00 zł	-	24 398,28 zł	24 398,28 zł

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

I. Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych– 1 szt.		<p>Typ: Ciepłarka do płynów infuzyjnych EmTherm 2D</p> <p>Model: EmTherm EMT2D</p> <p>Producent: Em-Med. Sp. z o.o. Sp. K.</p> <p>Kraj pochodzenia: Polska</p>
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Umożliwia podgrzewanie płynów infuzyjnych, diuretyków, leków anestetycznych, pokarmów dla noworodków, płynów irygacyjnych, środków kontrastowych i wlewowych.	
4.	Umożliwia podgrzewanie optyk endoskopowych, narzędzi i instrumentów oraz produktów płynnych i stałych wymagających podwyższonej temperatury.	
5.	Dwie całkowicie niezależne szuflady.	
6.	Dwa tryby pracy: manualny i automatyczny.	
7.	Mikroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury.	
8.	Pamięć zaprogramowanych ustawień temperatury i czasu.	
9.	Cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej oraz czasu.	
10.	Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem.	
11.	Alarm wizualny sygnalizujący otwarcie szuflady.	
12.	Alarm dźwiękowy sygnalizujący otwarcie szuflady dłużej niż minutę.	
13.	Automatyczne domykanie szuflad.	
14.	Cztery koła z hamulcami u podstawy.	
15.	Uchwyt i blokada transportowa.	
16.	Podgrzewanie zawartości w zakresie min. 28-70 Celsjusza.	

17.	Ilość komór roboczych: 2.	
18.	Objętość komory roboczej 2 x 40L (± 2 l)	
19.	Pobór mocy komory roboczej w trybie aktywnym: max. 2 x 150W	
20.	Pobór mocy komory roboczej w trybie czuwania: max. 2 x 20W	
21.	Napięcie 200-240V AC 50-60 Hz	
22.	Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: 1	
23.	Głębokość wewnętrzna: 700 mm (± 2 cm)	
24.	Wysokość zewnętrzna 940 mm(± 5 cm)	
25.	Szerokość zewnętrzna: 440 mm(± 2 cm)	
26.	Informacje dodatkowe	
27.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem	
28.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu	
29.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
30.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)	
31.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów	
32.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji	
33.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów: 1 x rok w okresie gwarancji i po gwarancji.

* Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania o dopuszczenie innych parametrów, pytania od numeru 200-208 z dnia 17.05.2023r.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Marcin Głuchowski
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy