

Załącznik nr 11 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.10.2023

**FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 10**

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>6=4x5</i>	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto <i>8=9/4</i>	Wartość brutto <i>9=6+7</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Podnośnik pacjenta	szt.	1	23 663,00zł	23 663,00zł	8%	25 556,04zł	25 556,04zł
<b>Razem cena oferty</b>					23 663,00zł	-	-	25 556,04zł

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<b>I. <u>Podnośnik pacjenta – 1 szt.</u></b>		<p>Typ: Podnośnik pacjenta</p> <p>Model: Vega505ee</p> <p>Producent: Direct Healthacre Group Sverige AB</p> <p>Kraj pochodzenia: Szwecja</p>
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Podnośnik wykonany ze stali malowanej proszkowo.	
4.	Dwupunktowy aluminiowy wieszak o szerokości 450 mm.	
5.	Podstawa rozsuwana w literę „V” za pomocą pilota przewodowego.	
6.	Elektryczna regulacja wysokości z pilota przewodowego.	
7.	Pilot wyposażony w czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych oraz uchwyt do odwieszenia na podnośniku.	
8.	Spiralny, rozciągliwy przewód pilota zwiększający komfort pracy.	
9.	Minimum dwa niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku.	
10.	Funkcja awaryjnego zatrzymania.	
11.	Sygnał dźwiękowy informujący o konieczności naładowania akumulatora.	
12.	Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, liczba dni od ostatniego przeglądu/liczba dni pomiędzy przeglądami)	
13.	4 podwójne koła o średnicy 100 mm w tym dwa z możliwością blokady.	
14.	Długość podstawy: 1210 mm	
15.	Wysokość podstawy jezdnej 122 mm	
16.	Maksymalny udźwig 230 kg	

17.	Waga podnośnika 42,8 kg
18.	Minimalny promień skrętu 1230 mm
19.	Elektryczna regulacja wysokości podnoszenia przy pomocy pilota przewodowego w zakresie 230 – 1765 mm
20.	Elektrycznie regulowana szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej 670 – 1065 mm
21.	Elektrycznie regulowana szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej 550 – 925 mm
22.	Instrukcja użytkowania na podnośniku
23.	Podwieszka do transportu pacjenta: - w pozycji siedzącej (rozmiar M i L) - w pozycji leżącej (na typu sztywny wieszak)– zapewniająca bezpieczny transport pacjenta w ułożeniu horyzontalnym
24.	<b>Informacje dodatkowe</b>
25.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
26.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
27.	<b>Okres gwarancji min. 24 miesiące</b>
28.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
29.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaze Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
30.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji
31.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Częstotliwość przeglądów: 1 przegląd na 1 rok

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

p. Małgorzata Kulewska  
Menedżer Działu Handlowego / Pełnomocnik  
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania*  
Wykonawcy