

Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4								
Tytuł projektu:		Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.						
Komentarz		<p>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniają będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.</p> <p>3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.</p> <p>4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.</p> <p>6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.</p> <p>9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.</p> <p>10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.</p>						
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł] 9=6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Podnośnik kąpielowo-transportowy Rok produkcji 2023</p> <p>1) jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, 2) konstrukcja podnośników umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka i z wózka, 3) uprząż wykonana z materiału przepuszczającego wodę, 4) udźwignie minimum 175 kg, 5) ruchoma rama jezdna umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności, 6) podnośnik działa automatycznie na pilota, 7) sterowanie elektryczne, 8) rama malowana proszkowo-epoksydowa, 9) wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii, 10) koła przednie obrotowe, koła tylne wyposażone w hamulec, 11) regulowana szerokość nóg podstawy, 12) możliwość transportu pacjentów, w szczególności dotkniętych paraparezą, paraplegią, paralizem, utratą kończyn, niewydolnością układu krążenia, zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej, 13) długość podstawy w przedziale od 111,8 cm - do 129 cm +/- 3 cm, 14) szerokość podstawy jezdnej minimum 57,8 cm, 15) rozstaw nóg podstawy regulowany co najmniej w zakresie 65 cm - 84 cm +/- 5 cm, dopuszcza się szerszy zakres regulacji 16) zakres podnoszenia minimum 59-157,5 cm, dopuszcza się szerszy zakres podnoszenia 17) maksymalne obciążenie minimum 175 kg, 18) musi posiadać ramię podnoszące, maszt, skrzynkę sterowniczą, siłownik, pedał regulacji szerokości, podstawę jezdną 19) oznakowanie CE</p>	<p>Model: Vega505ee</p> <p>Producent: Direct Healthacre Group Sverige AB</p> <p>Kraj pochodzenia: Szwecja</p>	11 690,00 zł	8	93 520,00 zł	8%	7 481,60 zł	101 001,60 zł