

## OFERTA NR 1022/2023

Zadanie nr 1		TEST KONTROLI ZGRZEWU										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy )	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Test /sprawdzian zgrzewu do codziennej kontroli z folią oraz tuszem/wskaźnikiem testowym do oceny spójności kontrolowanego zgrzewu, gwarantującego przewidzianą normą wytrzymałość zgrzewu, prawidłową pracę zgrzewarki odtwarzający czytelne wyniki bezpośrednio po kontroli . Wymagane jest dokumentowanie wykonania kontroli bezpośrednio na arkuszu testu dla opakowań papierowo-foliowych, włókninowo- foliowych i torebek włókninowo-foliowych op. 250 sztuk	Stericlin		3FSZB830106	5	op.	250	210,00	1 050,00	23%	241,50	1 291,50
									<b>1 050,00</b>			<b>1 291,50</b>

\*zamawiający dopuszcza inny rodzaj konfekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.

Zadanie nr 3		TEST DO KONTROLI STERYLIZATORA TYPU BOWIE & DICK										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy )	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Test do kontroli sterylizatora typu Bowie & Dick, klasa 2, zgodny z normą obowiązującą dla tego typu testu, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego, w postaci jednorazowego pakietu papierowego ze wskaźnikiem zewnętrznym i arkuszem wewnątrz do udokumentowania danych procesu, umożliwiający wyjście i otwarcie bezpośrednio po zakończeniu procesu	Stericlin		3FSKS611102	750	szt.	40	14,00	10 500,00	23%	2 415,00	12 915,00
									<b>10 500,00</b>			<b>12 915,00</b>

Zadanie nr 13		TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA I DEZYNFEKCJI W MYJNI DEKO DO SPRZĘTU I NARZĘDZI										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy )	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Testy do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjni DEKO do narzędzi i sprzętu. Wymagania: -forma testu arkusz (jeżeli wymagana rama lub nośnik to należy ją wliczyć do ceny oferty) lub folka, - określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryczka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz ich umocowanie przy dokumentacji, -normy konieczne dla testów do kontroli dezynfekcji, -uchwyt (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów 1 op. (200 szt)	Gke		810-101	9	op	320	600,00	5 400,00	23%	1 242,00	6 642,00
									<b>5 400,00</b>			<b>6 642,00</b>

\* zamawiający dopuszcza inny rodzaj konfekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.