



Rybnik, dnia 10 kwietnia 2024 r.

DZp.380.3.17.2024.Lap.167

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków p/odleżynowych, rękawic i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 oraz zmiana treści SWZ nr 1 z dnia 10.04.2024 r.

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, poniższe zmiany:

#### **Pytanie 1**

Czy w części nr 6 poz. 3 Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN 374-5 VIRUS? Jest to norma równoważna do ASTM F1671

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z EN 374-5 VIRUS jako normą równoważną do ASTM F 1671. Zamawiający poinformował Wykonawców o możliwości stosowania norm równoważnych w pkt 4.11 SWZ „4.11. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.”

#### **Pytanie 2**

Czy w części nr 6 poz. 3 Zamawiający dopuści rękawice pozbawione tiuramów, ftalanów oraz MBT potwierdzone oświadczeniem producenta

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic pozbawionych tiuramów, ftalanów oraz MBT potwierdzonych tylko oświadczeniem producenta i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

### **Pytanie 3**

Część 3, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji 1-3 i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

### **Pytanie 4**

Część 3, poz.1

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

#### **Odpowiedź:**

Część 3 poz 1

Zamawiający doprecyzowuje: produkty muszą spełniać wymogi Rozporządzenia MDR i jako takie należeć do klasy I reg 4 (w miejsce klasy IIa reg 7 ).

### **Pytanie 5**

Część 3, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

#### **Odpowiedź:**

Część poz 2-3

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania a 2 szt w blistrze x 25 sztuk blisterów z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

### **Pytanie 6**

Część 1 Pozycja 3

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje igły do podawania insuliny o długości 8mm w rozmiarze 0,25 lub 0,31mm? W przypadku oczekiwania obu rozmiarów zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,25x8mm oraz 0,30 mm x 8 mm.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie igieł do podawania insuliny w rozmiarze 0,25 x 8mm oraz 0,30 x 8mm.

### **Pytanie 7**

Część 1 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków wyłącznie w rozmiarze 1,2 x 30mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze 1,2 x 30 mm

**Pytanie 8****Część 1 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków ostrzem ściętym ukośnie pod kątem 40°, co sprawia, że igłę można łatwo wprowadzić do fiolki, a tym samym pozwala ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w przypadku fiolek wielodawkowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie igieł do pobierania leków z ostrzem ściętym pod kątem 40°

**Pytanie 9****Część 1 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny zbudowane z przezroczystego cylindra i pomarańczowego, kontrastującego tłoka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki do insuliny zbudowanej z przezroczystego cylindra i pomarańczowego kontrastującego tłoka.

**Pytanie 10****Część 1 Pozycja 6-9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki z białym kontrastującym tłokiem.

**Pytanie 11****Część 1 Pozycja 6-9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej tj. 2-2,2ml, 5-5,5ml, 10ml-11ml, 20ml-22ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej.

**Pytanie 12****Część 1 Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane po 50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki 20 ml pakowanej po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem

**Pytanie 13****Część 1 Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 100ml za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki 100 ml pakowanej po 25 szt z odpowiednim przeliczeniem.

**Pytanie 14****Część 1 Pozycja 11**

Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji z pakietu.

**Pytanie 15****Część 1 Pozycja 12**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta.

**Pytanie 16****Część 1 Pozycja 12**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu posiadającego pochewkę na igłę boczną.

**Pytanie 17****Część 1 Pozycja 12**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu posiadającego zacisk rolkowy z uchwytem umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu.

**Pytanie 18****Część 1 Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych sterylnych w opakowaniu foliowym.

**Pytanie 19****Część 1 Pozycja 13**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym otówkowo czteropłaszczyznowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu posiadającego ostry kolec ścięty otówkowo czteropłaszczyznowo.

**Pytanie 20****Część 1 Pozycja 13**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kolorową (niebieską) klapką identyfikującą rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu posiadającego odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanego niebieską klapką identyfikującą rodzaj przyrządu.

**Pytanie 21****Część 1 Pozycja 13**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu posiadającego dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie.

**Pytanie 22****Część 1 Pozycja 14-15**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'90 szt. i wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieliszków w opakowaniu a 90 sztuk i przeliczenie oferowanych ilości.

**Pytanie 23****Część 1 Pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków<sup>1</sup>)w na mocz za opakowanie a10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie i wycenę worków na mocz w opakowaniu a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 24****Część 1 Pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści wieszaki w opakowaniu a'20 szt. i wycenę za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie i wycenę wieszaków w opakowaniu a 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 25****Część 1 Pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza ze stali węglowej pakowane indywidualnie, hermetycznie w folie aluminiową, zbiorczo w kartonik (a'100 szt.), znakowane jedynie rozmiarem ostrza bezpośrednio na ostrzu oraz opakowaniu( jednostkowym i zbiorczym)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylno ostrza ze stali węglowej pakowanego indywidualnie , hermetycznie w folię aluminiową, zbiorczo w kartoniku a 100 szt , znakowanego jedynie rozmiarem ostrza bezpośrednio na ostrzu oraz na opakowaniu(jednostkowym i zbiorczym).

**Pytanie 26****Część 1 Pozycja 29-30**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe przezroczyste o niebiesko-zielonym zabarwieniu?



**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie maski tlenowej przezroczystej o niebiesko-zielonym zabarwieniu.

**Pytanie 27**

**Część 1 Pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie wewn. folia, zewn. papier-folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie cewnika Foley pakowanego w opakowanie wewn.folia , zewn papier-folia.

**Pytanie 28**

**Część 1 Pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 5-10ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie cewnika Foley z balonem 5-10 ml.

**Pytanie 29**

**Część 1 Pozycja 37**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli cewnik w rozmiarze CH18 i CH20?

**Odpowiedź:**

Zmawiający doprecyzowuje: miał na myśli cewnik w rozmiarze CH18 i CH 20.

**Pytanie 30**

**Część 1 Pozycja 37**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie wewn. folia, zewn. papier-folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie cewnika Foley pakowanego w opakowanie wewn.folia, zewn papier-folia

**Pytanie 31**

**Część 1 Pozycja 37**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z możliwością utrzymania w ciele pacjenta przez 30 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie cewnika z możliwością utrzymania w ciele pacjenta przez 30 dni.

**Pytanie 32**

**Część 1 Pozycja 42**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie koreczków za opakowanie a 250 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 33****Część 1 Pozycja 43-45**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul bezpiecznych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie kaniul bezpiecznych w opakowaniu 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 34****Część 1 Pozycja 43-45**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następujących parametrach:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z **ostrzem typu back-cut**
- Cewnik kaniuli wykonany z **poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących** w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w **samodomykający się koreczek portu górnego** barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi** po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twarde blister

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
22 x 1''	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼''	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¼''	1,3 x 45	zielony	100

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie ww asortymentu o podanych parametrach.

**Pytanie 35****Część 1 Pozycja 46**

Czy Zamawiający dopuści łyżki niesterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie na zaferowanie niesterylnych łyżek.

**Pytanie 36****Część 1 Pozycja 47**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu jednorazowego użytku niesterylną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie na zaferowanie niesterylnych rękojeści do laryngoskopu.

**Pytanie 37****Część 1 Pozycja 48**

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek nerkowatych za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie misek nerkowatych w opakowaniu a 300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 38****Część 1 Pozycja 49**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaczek w opakowaniu a 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Pytanie 39****Część 1 Pozycja 50**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie basenów w opakowaniu a 120 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 40****Część 1 Pozycja 56**

Czy Zamawiający ma na myśli odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610?

**Odpowiedź:**

Zmawiający doprecyzowuje: miał na myśli odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610

**Pytanie 41****Część 1 Pozycja 57**

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru EKG za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru EKG w opakowaniu a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 41****Część 1 Pozycja 60**

Czy Zamawiający dopuści elektrody do defibrylatora Lifepak 9, 10, 12, 15, 20, 20e, 500 AED, 1000 AED, innego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie elektrod do defibrylatora Lifepak innego producenta ze względu na będący w posiadaniu Zamawiającego sprzęt i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 42****Część 1 Pozycja 61**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod EKG za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?



**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod w opakowaniu a 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 43****Część 1 Pozycja 63**

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru za opakowanie a'5 szt. (rolek) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru w opakowaniu a 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 44****Część 1 Pozycja 65-66**

Czy Zamawiający dopuści wycenę ustników za opakowanie a'100 szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ustników w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 45****Część 1 Pozycja 68**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy o następującym składzie:

- resuscytator,
- maska anestetyczna,
- rezerwuar tlenu,
- przewód tlenowy (210cm) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 47****Część 1 Pozycja 68**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PVC jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 48****Część 1 Pozycja 68**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu wielorazowego użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 49****Część 1 Pozycja 68**

Czy Zamawiający dopuści osobno pakowany resuscytator i filtr oddechowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 50****Część 1 Pozycja 68**

Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji z pakietu.

**Pytanie 51****Część 1 Pozycja 70**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji Bougie innego producenta, w rozmiarze 15 Fr o dł. 600mm wykonaną z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych, zgięta i zaokrąglona końcówka, optymalna sztywność i wzmocnienie na całej długości. Korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność w kanele rurki intubacyjnej, skalowana, jednorazowego użytku, bez ftalanów, lateksu i PVC, opakowanie papier-folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 52****Część 1 Pozycja 70**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji Bougie innego producenta, w rozmiarze 15 Fr o dł. 800mm wykonaną z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych, zgięta i zaokrąglona końcówka, optymalna sztywność i wzmocnienie na całej długości. Korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność w kanele rurki intubacyjnej, skalowana, jednorazowego użytku, bez ftalanów, lateksu i PVC, opakowanie papier-folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 53**

**Część 1 Pozycja 71** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, aktualnie dostarczany do szpitala?

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm

1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 54****Część 1 Pozycja 78**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o wymiarach 120x172x617mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o wymiarach 120x172x617 mm

**Pytanie 55**

**Część 2, pozycja 1-3** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyrobów hypoalergicznym ale bez informacji o ich hypoalergiczności na opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobów hypoalergicznym bez informacji o ich hypoalergiczności na opakowaniu i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 56**

**Część 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane w całości z poliestru o gramaturze 90g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 57**

**Część 2, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 20cm x 20cm x 0,5cm, o gramaturze 100g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 58**

**Część 2, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 57**

**Część 2, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 150g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ tj min 170 g/m<sup>2</sup>.

**Pytanie 60**

**Część 3, pozycja 4, 5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki opatrunkowej wykonanej w 70-80% z przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 61**

**Część 3, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 3, odpowiadającej rozmiarem na dłoń i stopę? Każdy producent posiada inne oznaczenie rozmiarów siatek elastycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 3 odpowiadającej rozmiarowi na dłoń i stopę.

**Pytanie 62**

**Część 3, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 6, odpowiadającej rozmiarem na głowę? Każdy producent posiada inne oznaczenie rozmiarów siatek elastycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 6 odpowiadającej rozmiarowi na głowę.

**Pytanie 63**

**Część 3, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5 kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ligniny w opakowaniu a 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 64**

**Część 3, pozycja 10, 17** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'12sztuk z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowanie w górę bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania złożonych ofert?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przylepca pakowanego a 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 65**

**Część 3, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'6sztuk z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowanie w górę bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania złożonych ofert?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przylepca pakowanego a 6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 66**

**Część 3, pozycja 12** – W formularzu asortymentowo- cenowym brak jest opisu przedmiotu Zamówienia. Czy należy przez to rozumieć, że wyżej wymieniona pozycja jest wykreślona z pakietu 3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia opis i dołącza do pisma Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo cenowy po zmianie z dnia 10.04.2024 r.

**Pytanie 67**

**Część 3, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,6 x 5,1cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 7,6x5,1 cm.

**Pytanie 68**

**Część 3, pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 6 x 7 cm.

**Pytanie 69**

**Część 3, pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x10cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 9 x10 cm.

**Pytanie 70**

**Część 6 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice nie będące wyrobem medycznym, ze stawką VAT 23%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic nie będących wyrobem medycznym i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

**Pytanie 71**

**Część 6 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozm. M/L do wyboru Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania rękawic foliowych tylko w 2 rozmiarach.

**Pytanie 72**

**Część 6 Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania rękawic w opakowaniu a 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 73**

Dotyczy § 2 ust. 7 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia całego asortymentu podczas jednej dostawy. Uzasadnienie: Zamówienie może zostać zrealizowane w więcej niż jednej dostawie ze względu na rodzaj i tryb dostawy. Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych są dostarczane samochodem typu chłodnia, natomiast pozostałe produkty mogą nie wymagać specjalistycznych warunków dostawy. Dodatkowo, w przypadku realizacji zamówienia w trybie pilnym jest ono dostarczone za pośrednictwem innej firmy kurierskiej niż zamówienia standardowe. Ze względu na zachowanie najlepszych warunków transportu nie jest możliwe dostarczanie zamówienia zawsze w jednej dostawie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostawy przedmiotu zamówienia wymagającego zachowania transportu w niskiej temperaturze oddzielnym transportem.

**Pytanie 74**

Dotyczy § 2 ust. 10 projektu umowy -załącznik nr 3 do SWZ Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty (WZ) potwierdzające rodzaj, ilość i datę ważności oraz serie wyrobów.” Uzasadnienie: Dokument WZ nie zawiera cen produktów. Ponadto leki nie są przedmiotem tego postępowania. Po trzeciej, towar wysyłany jest do Zamawiającego z magazynu, który znajduje się za granicą. Do dostawy dołączany jest dokument (WZ), nie ma możliwości dołączenia do partii towaru innych dokumentów. Mogą one zostać wysłane w wersji elektronicznej albo pocztą tradycyjną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na wysłanie w wersji elektronicznej dokumentów WZ zawierających wszystkie opisane w SWZ elementy.

**Pytanie 75**

Dotyczy § 4 ust. 1.1) projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych i podtrzymuje zapist SWZ.

**Pytanie 76**

Dotyczy § 4 ust. 1.2) projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych i podtrzymuje zapist SWZ.

**Pytanie 77**

Dotyczy § 4 ust. 5 projektu umowy -załącznik nr 3 do SWZ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych i podtrzymuje zapist SWZ.

**Pytanie 78**

Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy -załącznik nr 3 do SWZ Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 8 godzin.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 8 godz.

**Pytanie 79**

Dotyczy części 7 poz.6 - Formularz Asortymentowo-Cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ Czy Zamawiający dopuści próbkę o objętości 3,5ml spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbki o obj 3,5 ml spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

**Pytanie 80**

Dotyczy części 7 poz.7 - Formularz Asortymentowo-Cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ Czy Zamawiający dopuści próbkę bez znacznika pobrania prawidłowej objętości krwi spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SWZ? Stężenie aktywatora krzepnięcia - trombiny nie wpływa na oznaczane parametry.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbki bez znacznika pobrania prawidłowej objętości krwi spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

**Pytanie 81**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści projektu umowy w zakresie kar umownych na:

„§ 4

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto, określonej dla danej części w § 1 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;;

2) 5% niezrealizowanej wartości umowy brutto, określonej dla danej części w § 1 ust. 1 umowy, za zaprzestanie wykonywania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych i podtrzymuje zapist SWZ.

**Pytanie 82**

Część 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic dostępnych w rozmiarach M-średnie oraz L-duże. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Część 6 poz 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania rękawic foliowych tylko w 2 rozmiarach.

**Pytanie 83**

Część 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Nie zawierające ftalanów oraz tiuramów – potwierdzone deklaracją producenta. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Część 6 poz 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww asortymentu potwierdzonych tylko oświadczeniem producenta i prosi o ofertę zgodną z SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie 286 ust 1 i 3 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. zmianie ulega załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 2 pkt 7 i 10 zgodnie z załączonym do pisma Załącznikiem nr 3 do SWZ Projektem umowy po zmianie z dnia 10.04.2024 r.
2. uzupełnia treść pozycji 12 w Załączniku nr 2 do SWZ Formularzu asortymentowo cenowym dla części 3 zgodnie z dołączonym do pisma Załącznikiem nr 2 do SWZ Formularzem asortymentowo cenowy Część 3 Opatrunki
3. zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
  - a) nowy termin składania ofert: 17.04.2024 r. godz. 09:00 (pkt 14.5 SWZ),
  - b) nowy termin otwarcia ofert: 17.04.2024 r. godz. 09:30 (pkt 14.6 SWZ),Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala  
Joachim Foltys  
podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej

(