

Formularz cenowo- techniczny zadania nr 16

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **igieł do biopsji szpiku kostnego mostka i talerza biodrowego**, zwanych dalej wyrobami.
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ...1.* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ...228702776...* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ...zamowienia@billmed.pl.*
 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
***Wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1	<p>Igły sterylne jedнокrotnego użytku do biopsji szpiku kostnego mostka i talerza biodrowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość igły 30-50 mm, - średnica 14-18 G, - wygodny zdejmowalny ergonomiczny uchwyt typu poprzecznego (typ T), - metalowe lub z twardego tworzywa sztucznego - zakres regulacji igły od 30 do 50 mm, - zdejmowalny pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji, - długość całkowita po zdjęciu ogranicznika 70 mm - 	Szt	1 200	78,00	93 600,00 zł	8%	84,24 zł	101 088,00 zł	Argon / Igły aspiracyjne / DBMNI1501; DBMNI1504; DBMNI1601;
RAZEM :					93 600,00 zł			101 088,00 zł	