



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.6.2.2023

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY - zadanie nr 2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8=5+7	Wartość brutto 9=4*8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Monitor do bronchoskopów	szt.	3	32 612,00 zł	97 836,00 zł	8%	35 220,96 zł	105 662,88 zł
Razem cena oferty					97 836,00 zł	8%	-	105 662,88 zł

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>Monitor do bronchoskopów – 3 szt.</u>		Typ: monitor aView 2 Advance Model: Ambu aView 2 Advance Producent: Ambu A/S Kraj pochodzenia: Dania
1.	Rok produkcji	2022/2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Monitor przenośny do bronchoskopów jednopacjentowych, wyposażony w 3 wejścia do podłączenia bronchoskopów i/lub rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów oraz endoskopów laryngologicznych kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego bronchoskopami jednorazowymi Ambu aView 2 advance.	
4.	Obraz Full HD o rozdzielczości obrazu 1920 x 1080 pikseli	
5.	Wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)	
6.	Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza)	
7.	Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu	
8.	Funkcja wyostrenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła	
9.	Ekran min 12,8", kolorowy TFT LCD	
10.	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy	
11.	Zapis filmów i zdjęć	
12.	Wbudowana pojemność przechowywania min. 32 GB	
13.	2 wyjścia USB	
14.	Zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne	
15.	Monitor kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM	
16.	Antyrefleksyjny ekran dotykowy	
17.	Funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części	
18.	Nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk	
19.	Wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów	
20.	Funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby	
21.	Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps	



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

22.	Tryb regulacji poziomu tonu kolorów
23.	Uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem
24.	Podgląd ustawień użytkownika
25.	Tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu
26.	Tryb zmiany ustawień kolorów
27.	Klawiatura medyczna z możliwością opisu badań
28.	WiFi obsługujące standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
29.	Zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 3h
30.	Możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z procedur z jednoczesnym zapisem w pamięci wewnętrznej
31.	Możliwość przesyłania obrazu na zewnętrzny monitor za pomocą HDMI lub SDI
32.	Wskaźnik stanu naładowania
	Informacje dodatkowe
33.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
34.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
35.	Okres gwarancji min. 24 miesiące
36.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
37.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
38.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji
39.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.....
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*