

Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy zestawów do przezskórnego uzupełniania ubytków masy kostnej w trzonach kręgowych w złamaniach urazowych lub osteoporotycznych**, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów;
- 2) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@stryker.com* .

4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

***Wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach nowotworów i naczynek: - Trokar do nakłucia trzonu. - Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 4 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte. - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. - Strzykawka z możliwością podania do 14 ml cementu. - W zestawie przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. - Cement o podwyższonej lepkości i gęstości (konsystencja plasteliny), zawierający środek cieniujący – minimum 20g. - Czas podawania cementu do 18 min.								AutoPlex, Vertaplex HV, Needle, Biopsy Kit 607-687-000, 605-887-000, 406-622-000, 306-XXX-000, 306-1XX-000
	Elementy zestawu:								
	- mieszalnik + cement gęsty	szt.	30	2 500.00	75 000.00	8%	81 000.00	2 700.00	
	- igła z trokarem	szt.	69	160.00	11 040.00	8%	11 923.20	172.80	
	- igła biopsyjna	szt.	30	200.00	6 000.00	8%	6 480.00	216.00	

2.	Zestaw do wertebroplastyki – umożliwiający przezskórne, przeznaczone, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów:							AutoPlex, Vertaplex HV, Needle, Biopsy Kit
	- Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. - Możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. - W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. - Cement o podwyższonej lepkości zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru.							607-687-000, 605-887-000, 406-622-000, 306-XXX-000, 306-1XX-000
	Elementy zestawu:							
	- mieszalnik	szt.	10	1 700.00	17 000.00	8%	18 360.00	1 836.00
	- cement	szt.	14	800.00	11 200.00	8%	12 096.00	864.00
	- igła z trokarem	szt.	30	160.00	4 800.00	8%	5 184.00	172.80
	- igła biopsyjna	szt.	15	200.00	3 000.00	8%	3 240.00	216.00
				Razem Netto:	128 040.00	Razem Brutto:	138 283.20	