

Formularz cenowo- techniczny dla zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 1 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@bialmed.pl
7. **Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.**
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6 = 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4	Wartość brutto 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Przyrządy do przetaczania płynów cechy produktu: - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra, stożkowa lub igła dwupłaszczyznowa ściętą lub igła dwukanałowa, ściętą czteropłaszczyznowo, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - posiada filtr hydrofobowy o wielkości o9czek 15 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą klapką - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przezroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu</p>	szt.	500000	0,46 zł	230 000,00 zł	8%	0,50 zł	248 400,00 zł	Pinmed Medical/ PM10001W

2	<p>Przyrządy do przetaczania krwi</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - posiada filtr hydrofobowy o wielkości oczek 200 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą klapką w kolorze czerwonym - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przezroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie kolorystyczne (nadruk w kolorze czerwonym) umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu 	szt.	43000	0,79 zł	33 970,00 zł	8%	0,85 zł	36 687,60 zł	Anhui JN Medical / JN-TS
---	--	------	-------	---------	--------------	----	---------	--------------	--------------------------

3	Przyrządy do podawania leków światłoczułych Cechy produktu - przyrząd w całości w kolorze bursztynowym - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra ,stożkowa, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - posiada filtr hydrofobowy o wielkości o9czek 15 µm - odpowietrznik z filtrem antibakteryjnym z domykającą klapką - umożliwi swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przezroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu	szt.	2000	0,89 zł	1 780,00 zł	8%	0,96 zł	1 922,40 zł	Greetmed/ GT034-103AMBER
4	Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi sterylne, w całości wolne od ftalanów	szt	1200	10,50 zł	12 600,00 zł	8%	11,34 zł	13 608,00 zł	Galmed/ 660001602
RAZEM :					278 350,00 zł				300 618,00 zł