

Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statystyki narządów w miednicy**, zwanych dalej wyrobami.
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@unitech.edu.pl
 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Taśma podcewkowa. System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System całkowicie jednorazowy, sterylny. Monofilamentowa 100% polipropylenowa, niewchłaniająca taśma (szerokość 1,3 cm, grubość 0,40 mm, gramatura 62g/m²). Laserowo zgrzewane brzoża taśmy. System dwóch jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte w technice out-in oraz in-out.</p>	szt.	111	925,00	102 675,00	8%	110 889,00	999,00	PROMEDON/ UNITAPE T PLUS, NR KAT. KIT UNITAPE- T PLUS; 1 SZT.
2.	<p>System wskazany do zastosowania w krzyżowo- kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. System polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo- kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. System składający się z 3 kotw wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy 2,2mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny.</p>	szt.	20	1 980,00	39 600,00	8%	42 768,00	2138,40	PROMEDON/ SPLENTIS, NR KAT. KIT-UT-01; 1 SZT.

3.	<p>System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Połączenie implantu z więzadłem krzyżowo- kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniająca o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej- gramatura 16g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo- kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Grubość siatki 0,5mm, wielkość porów 0,5-1um. System całkowicie jednorazowy, sterylny.</p>	szt.	10	2 420,00	24 200,00	8%	26 136,00	2613,60	PROMEDON/ CALISTAR S/ KIT-CALISTAR S; 1 SZT.	
				RAZEM:	166 475,00		179 793,00			