

Formularz cenowo-techniczny CZĘŚĆ nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchów chirurgicznych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie 1 dni roboczych\* od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.chmielewski@empoland.pl. \*UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku (pkt 6), przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ znak NZ.261.4.2024, tj.: 5 dni roboczych.
- Termin realizacji dostaw częściowych nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na dostawy częściowe. Tym samym, zaferowanie terminu realizacji dostaw częściowych powyżej 5 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
7. Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1	<b>Jalowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS</b> Wykonany z włókniny typu SMS/SMMS o minimalnej gramaturze 35 g /m2. Rękaw krój typu reglan lub prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew min. trzyścieżkowy, posiada dziane poliestrowe mankiety min. 6cm, wyraźne oznaczenie rozmiaru, dobrze widoczne nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy, w opakowaniu minimum 2 chłonne ręczniki 30-30,5x 30-40 lub 30-40 X 30-40 cm. <b>Pełna rozmiarówka od S do XXL lub pełna rozmiarówka od M do XXXL - do wyboru Zamawiającego.</b> Na opakowaniu wskaźnik lub rodzaj sterylizacji oraz co najmniej 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.	szt.	30 000	4,07 zł	122 100,00 zł	8%	4,40 zł	131 868,00 zł	Fartuch SMS sterylny Xiantao Xingrong Protective Products CO., LTD 6900102
2	<b>Jalowy fartuch chirurgiczny typu SMS/SMMS wzmocniony</b> O gramaturze min. 35 g/m2. Wzmocniony wewnętrznie na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej chłonnym i nieprzemakalnym laminatem. Nie zawierający wiskozy ani celulozy. Rękaw krój typu reglan lub prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew min. trzyścieżkowy, ściągacze rękawów nie zawierające bawełny o długości min 6 cm, wyraźne oznaczenie rozmiaru, dobrze widoczne nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową lub papier krepowy 60x60 cm lub 55-60x55-60 cm, w opakowaniu co najmniej 2 chłonne ręczniki o wymiarach 30-30,5 x 30-40 cm lub 30-40 X 30-40 cm. <b>Pełna rozmiarówka od S do XXL lub pełna rozmiarówka od M do XXXL - do wyboru Zamawiającego.</b> Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz co najmniej 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.	szt.	4 000	4,59 zł	18 360,00 zł	8%	4,96 zł	19 828,80 zł	Fartuch SMS sterylny wzmocniony Xiantao Xingrong Protective Products CO., LTD 6900103
				<b>RAZEM :</b>	<b>140 460,00 zł</b>			<b>151 696,80 zł</b>	