

Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ IV

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **łyżek oraz rękojeści do laryngoskopu jednokrotnego użytku**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@cedical.com UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku, przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ, tj.: 5 dni roboczych.
7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkow a netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostko wa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10

1	<p>Łyżka laryngoskopowa, jednorazowego użytku, w standardzie zielonego zamka, zgodna ISO-7376, w pełni metalowa, ze stopu metali: cynk, aluminium, magnez, miedź, zmatowiona w całości ciemna-redukująca powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie pokryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem z PP-światłowód obudowany na całej długość, średnicy 4,7 mm, dający doskonałą transmisję skupionego światła. Konstrukcja łyżki - dłuższy ogonek - zapobiega kontaktowi łyżki z rękojeścią. Dostępna w rozmiarach min.: Miller 000,00,0,1,2,3,4, Macintosh 0,1,2,3,4,5 do swobodnego wyboru w trakcie trwania umowy. Wymiary zgodne z ISO, w tym szczególnie szerokość końcówki dystalnej/długość całkowita odpowiednio dla Mac 0,1,2,3,4,5 wynoszące 10.7/85, 9.9/94,5, 13/111, 14/133, 13/149, 14.5/159 mm oraz Mill000, 00, 0,1,2,3,4 wynosi: 7/60, 12.8/66.5, 12.8/78, 12.8/103, 13.5/154, 13.5/195, 19.0/205 mm. Bezpośrednio na wyrobie nazwa własna produktu oraz nazwa producenta, rozmiar i typ łyżki, symbol nie do powtórzenia, znak CE. Opakowanie jednostkowe foliowe (PE) z perforacją lub nacięciem celem łatwego/szybkiego otwarcia, łyżka dodatkowo zabezpieczona w opakowaniu jednostkowym w folię bąbelkową w celu redukcji niepożądanych uszkodzeń światłowodu podczas transportu. Numer katalogowy, typ i rozmiar, data ważności, numer serii, znak CE, symbol nie do powtórzenia, kod EAN, lub QR oraz wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru widoczne na opakowaniu indywidualnym. Łyżka nadaje się do recyklingu w całości</p>	szt.	1 700	15,00 zł	25 500,00 zł	8%	16,20 zł	27 540,00 zł	DS.3940.185.02 DS.3940.185.03 DS.3940.185.05 DS.3940.185.10 DS.3940.185.15 DS.3940.185.20 DS.3940.185.25 + DS.3940.150.05 Callisto Macintosh rozmiar 0 DS.3940.150.10 Callisto Macintosh rozmiar 1 DS.3940.150.15 Callisto Macintosh rozmiar 2 DS.3940.150.20 Callisto Macintosh rozmiar 3 DS.3940.150.23 Callisto Macintosh rozmiar 3,5 DS.3940.150.25 Callisto Macintosh rozmiar 4 DS.3940.150.30 Callisto Macintosh rozmiar 5 Producent Timesco Wielka Brytania
---	---	------	-------	----------	--------------	----	----------	--------------	---

2	Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, wykonana z niemanetycznego lekkiego tworzywa sztucznego (ABS, poliamid) nadającego się do recyklingu, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami jedno i wielorazowymi w standardzie zielonego zamka. Rękojeść z poprzecznymi ergonomicznymi wgłębieniami/uchwytyami na palce, zapewniającymi pewne trzymanie, cała rękojeść w charakterystycznym dla standardu "zielonego zamka" w kolorze zielonym, mocowanie łyżki za pomocą stalowego elementu (redukcja ewentualnego wyłamania), rękojeść z załadowanymi bateriami 3xAAA, z 5 mm źródłem światła LED, waga ok.90g, długość 120 mm, opakowanie jednostkowe foliowe	szt.	970	14,00	13 580,00 zł	8%	15,12 zł	14 666,40 zł	DS..3940.460.10 Timesco Wielka Brytania
					RAZEM :	39 080,00 zł			42 206,40 zł