

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Stanowisko do pielęgnacji noworodka – 2 zestawy

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>		
1.	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt	TAK	TAK, Stanowisko do pielęgnacji niemowląt
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2024.	TAK	TAK, Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2024.
3.	Producent.	podać	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o.
4.	Typ/model.	podać	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millennium Zestaw Agatka moduł A,B,U
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	Klasa wyrobu medycznego I
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	Tak, Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona kopia deklaracji zgodności
<b>II.</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>		
1.	<b>Umywalka z szafką</b>	TAK	Tak, <b>Umywalka z szafką</b>
2.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	Tak, Stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL – <b>zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dn. 13.05.2024</b> z płytą meblową obustronnie laminowaną
3.	Umywalka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	Tak, Umywalka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.
4.	Bateria zlewozmywakowa.	TAK	Tak, Bateria zlewozmywakowa.
5.	Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 500 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	Tak, Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 400 mm - głębokość: 580mm - wysokość: 880 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
6.	<b>Wanienka z szafką dwudrzwiową</b>	TAK	Tak, <b>Wanienka z szafką dwudrzwiową</b>
7.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	Stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL – <b>zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dn. 13.05.2024</b> z płytą meblową obustronnie laminowaną
8.	Wanienka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	Tak, Wanienka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.
9.	Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem.	TAK	Tak, Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem.
10.	Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 800 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm	TAK podać	Tak, Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 800 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 880mm

	z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm		z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
11.	<b>Przewijak z 2 – 4 szufladami</b>	TAK po- dać	Tak, <b>Przewijak z 3 szufladami</b>
12.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK po- dać	Stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL – <b>zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dn. 13.05.2024</b> z płytą meblową obustronnie laminowaną
13.	Szuflady z systemem cichego domykania.	TAK	Tak, Szuflady z systemem cichego domykania.
14.	Blat z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	Tak, Blat z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.
15.	Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na działanie ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących powierzchnie. Wodoodporny.	TAK	Tak, Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na działanie ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących powierzchnie. Wodoodporny.
16.	Wymiary materacyka nie mniejsze niż: 520 x 640 mm	TAK po- dać	Tak, Wymiary materacyka: 520 x 640 mm
17.	Wymiary przewijaka: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK po- dać	Tak, Wymiary przewijaka: - szerokość: 700 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 880 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
18.	<u>Szerokość całkowita zestawu nie większa niż 2050 mm</u>	TAK	Tak, Szerokość całkowita zestawu nie większa niż 2050 mm
<b>III.</b>	<b>DOKUMENTACJA:</b>		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	Tak, Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim będzie dostarczona wraz z urządzeniem.
2.	Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	Tak, Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	Tak, Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych ujęto w instrukcji obsługi sprzętu w rozdziale „ogłędziny techniczne”
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	Tak, Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia

Konfiguracja stanowisk – widok od frontu:

Stanowisko nr 1 – kolejność montażu od lewej: umywalka, wanienska, przewijak

Stanowisko nr 2 – kolejność montażu od lewej: przewijak, wanienska, umywalka

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając

ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
kwalifikowany podpis elektroniczny