



Wrocław, 23.05.2025r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej: stentgrafty, spirale embolizacyjne, mikrosfery embolizacyjne, stenty, cewniki, przewodniki, koszulki wraz z najmem generatora, aparatów: do pomiaru ACT, czasu krzepliwości krwi; znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.38.2025

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8, poz. 2 przewodników do PTA o końcówce cieniującej 4 cm, 4,5 cm, 11 cm, 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedz na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian

Jednocześnie Zamawiający poprawia SWZ 4WSzKzP.ZSP.2612.38.2025 Rozdz. IV pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje ***dostawę sprzętu specjalistycznego dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej: stentgrafty, spirale embolizacyjne, mikrosfery embolizacyjne, stenty, cewniki, przewodniki, koszulki wraz z najmem generatora, aparatów: do pomiaru ACT, czasu krzepliwości krwi***opisanych w **13 pakietach**. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w **Załączniku nr 2 do SWZ Formularz cenowy. Kody CPV: 33140000-3; 33184200-5; PA01-7 (...)**”

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych