

## Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

„Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
SPS ZOZ w Lęborku – dostawa sprzętu medycznego”.

## Część nr 14 ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI SZT. 2

Producent: Insighters

Typ/model/ oznaczenie handlowe: Wideolaryngoskop insight IS3-L

Rok produkcji: 2024 kraj pochodzenia: Chiny

Cena netto 6 800,00 zł, podatek VAT 8%, cena brutto 7 344,00 zł

LP	PARAMETR	PARAMETRY WYMAGANE/ Sposób oceny	Parametry oferowane /Potwierdzenie wymagania
I.	Opis parametrów		
1.	Zasilanie zapewniane przez ładowalne baterie litowe. Czas pracy na baterii min. 200 minut. W zestawie ładowarka.	Bez oceny – wymóg	Tak, Zasilanie zapewniane przez ładowalny akumulator litowo-jonowy. Czas pracy akumulatora 240 minut. W zestawie ładowarka.
2.	Urządzenie po włączeniu gotowe do natychmiastowego użycia	Bez oceny – wymóg	Tak, urządzenie po włączeniu gotowe do natychmiastowego użycia.
3.	Kolorowy wyświetlacz (ekran) LCD min. 2,4 cala	Bez oceny – wymóg	Tak, kolorowy wyświetlacz (ekran) LCD 3,5 cala
4.	Kamera z zakresem widzenia min. 60 stopni	Bez oceny – wymóg	Tak, kamera z zakresem widzenia od 58-65 stopni <b>Pismem z dnia 13.08.2024r. Zamawiający dopuścił kamerę z zakresem widzenia od 58-</b>

Znak sprawy ZP-PN/UE/04/24

			65 stopni
5.	Źródło światła: LED, barwa biała	Bez oceny – wymóg	Tak, źródło światła: LED, barwa biała
6.	Funkcja anti-fog	Bez oceny – wymóg	Tak, funkcja anti-fog
7.	Łyżki do intubacji w co najmniej 3 rozmiarach (dzieci, dorośli, trudna intubacja), wykonane z polimeru optycznego. W przypadku łyżek jednorazowych Zamawiający wymaga dołączenia do zestawu min. 10 sztuk w każdym rozmiarze.	Bez oceny – wymóg	Tak, łyżki do intubacji w 4 rozmiarach S(pediatryczna), M(dorośli) L (otyłe osoby dorosłe) i Mac 3. <b>Pismem z dnia 13.08.2024 zamawiający dopuścił łyżki z poliwęglanu.</b>
8.	Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie, zarówno ekran, jak i rękojeść można poddawać dezynfekcji wysokiego stopnia	Bez oceny – wymóg	<b>Tak, pismem z dnia 13.08.2024r. Zamawiający dopuścił monitor nadający się do dezynfekcji za pomocą chusteczek dezynfekujących oraz rękojeść nadającą się do dezynfekcji za pomocą chusteczek dezynfekujących oraz do sterylizacji gazowej/ plazmowej w niskiej temperaturze.</b>
II.	Warunki gwarancji i serwisu		
1.	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów, liczony od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” bez uwag min. 24 miesiące	Bez oceny – wymóg Podać ilość miesięcy	Tak, Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych

			elementów, liczony od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” bez uwag 24 miesiące
2.	Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. Obsługa serwisowa na terenie Polski	Bez oceny – wymóg	Tak, zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. Obsługa serwisowa na terenie Polski
3.	Opieka aplikacyjna w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego, bezpłatne aktualizacje oprogramowania – jeśli dotyczy	Bez oceny – wymóg	Nie dotyczy
4.	Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na danym urządzeniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; szkolenie powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem	Bez oceny – wymóg	Tak, bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na danym urządzeniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; szkolenie powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem

5.	<p>Bezpłatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym przeglądy z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzenia oraz dodatkowo przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji; serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania urządzenia oraz koszty części zamiennych, pakietów naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca</p>	<p>Bez oceny – wymóg podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów</p>	<p>Pismem z dnia 13.08.2024r. Zamawiający dopuścił bezpłatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji, Producent nie wymaga przeglądów do tego urządzenia. Serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania urządzenia oraz koszty części zamiennych, pakietów naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca"</p>
6.	<p>Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii / usterce</p>	<p>Bez oceny – wymóg</p>	<p>Tak, zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii / usterce</p>
7.	<p>Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii / usterki</p>	<p>Bez oceny – wymóg</p>	<p>Tak, czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii / usterki</p>
8.	<p>Całkowite usunięcie awarii / usterki do 48 godzin</p>	<p>Bez oceny – wymóg</p>	<p>Tak, całkowite</p>

	w dni robocze od zgłoszenia, w przypadku dłuższej naprawy konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy		usunięcie awarii / usterki do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, w przypadku dłuższej naprawy konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy
	<b>Pozostałe wymagania</b>		
9.	Urządzenie i jego części składowe w pełni sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, nierekondycjonowane, posiadające niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim	Bez oceny – wymóg	Tak, urządzenie i jego części składowe w pełni sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, nierekondycjonowane, posiadające niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim
10.	Termin dostawy maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy z usługą wniesienia	Bez oceny – wymóg, podać	Tak, termin dostawy maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy z usługą wniesienia
11.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, karta eksploatacji sprzętu, karta gwarancyjna dołączone do dostawy	Bez oceny – wymóg	Tak, Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, karta eksploatacji sprzętu, karta gwarancyjna dołączone do

			dostawy
--	--	--	---------

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr oferowany” musi być wypełniona.

#### **UWAGA!**

Wszystkie parametry techniczne oferowanego urządzenia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie w dołączonym do oferty katalogu/ folderze lub innym równoważnym dokumencie. **Zamawiający zaleca, aby celem identyfikacji, przy każdym zaznaczeniu Wykonawca podał nr pozycji z Zestawienia.** W przypadku, gdy oryginalny dokument producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie. Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku, kiedy dokument typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna nie zawiera opisu wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

**UWAGA: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.**