

Stryker Polska Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60
www.stryker.com

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
NIP: 952-00-15-337/ KRS: 0000127018
.....
(pieczęć wykonawcy)

Warszawa, 30.08.2024r.

Oświadczenie

W imieniu Wykonawcy Stryker Polska Sp. z o.o. oświadczam, iż:

Wyszczególnione parametry wózka do transportu pacjenta serii ST1 (model: ST1) wynoszą odpowiednio:

1. Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty.
2. Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL, łatwa do dezynfekcji, wykonana z odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń
3. Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy 125mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża.
4. Pojedyncze koła o średnicy 200 mm, co najmniej jedno koło antystatyczne, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem
5. Uchwyty na worki urologiczne
6. Składane, chromowane barierki boczne.
7. Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, bez lateksu, wyposażony w rzepy mocujące zapobiegające przesuwaniu się na leżu wózka.

W imieniu Stryker Polska Sp. z o.o.

Marianna Sławińska
.....