

KARTA KONTROLI JAKOŚCI



produkt: Płynne podłoże A (bulion z hydrolizatem kazeiny i soi)

Numer katalogowy: 8000BT100 Numer serii: 20240812 Rodzaj podłoża: wzbogacone
Data ważności: 07.08.2025

Skład podłoża w g/l:	Suplementy g/l:
Hydrolizat z kazeiny	17,0 g
Hydrolizat sojowy	3,0 g
Chlorek sodu	5,0 g
Wodorofosforan potasu	2,5 g
Glukoza	2,5 g

Ogólna charakterystyka podłoża:	oczekiwany wynik:	uzyskany wynik:
kolor	słomkowy	zgodny
klarowność / jednorodność	jednorodny	zgodny
konsystencja	płynne	zgodny
pH	7,3 ± 0,2	7,3

Kontrola jałowości:	oczekiwany wynik:	uzyskany wynik:
czas inkubacji: do 14 dni	brak wzrostu (0)	zgodny
temp. inkubacji: 37 i 25 ± 2 °C		

Kontrola wzrostu:	
czas inkubacji:	24 - 48h
temp inkubacji:	35 - 37 °C

Mikroorganizm:	oczekiwany wzrost:	uzyskany wynik:
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	zmętnienie (1-2)	zmętnienie (2)
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	zmętnienie (1-2)	zmętnienie (2)
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	zmętnienie (1-2)	zmętnienie (2)
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	zmętnienie (1-2)	zmętnienie (2)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	zmętnienie (1-2)	zmętnienie (2)
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	zmętnienie (1-2)	zmętnienie (2)

Kontrola jakości przeprowadzona zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014.

Data wystawienia certyfikatu: 14.08.2024

Badania wykonał: Laboratorium wewnętrzne

Graso, 83-200 Starogard Gd, Krąg 4a
www.podloza.pl

