

Liofilchem S.r.l.	CERTYFIKAT KONTROLI JAKOŚCI	N°20158 Uakt. 3 z 09/10/2013 Strona 1 z 1
------------------------------	-----------------------------	--

PRODUKT: MYCOPLASMA TRANSPORT BROTH

SERIA: 032519125

DATA PRODUKCJI: 25.03.2019

DATA WAŻNOŚCI : 2021.03.24

BADANIE STERYLNOŚCI

20 ± 2°C (after 7 days)	—
37°C (after 7 days)	-

CHARAKTERYSTYKA BIOLOGICZNA

Czas inkubacji	18h-24h
Temperatura	37 °C ± 2 °C
Procedura inkubacji	√ O ₂ CO ₂

Pożywka	MYCOPLASMA TRANSPORT BROTH	
Mikroorganizm	Wyniki teoretyczne	Wyniki zgodności
	Wzrost	Wzrost
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+	X
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	+	X
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	+	X
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	+	X
<i>Ureaplasma urealiticum</i> ATCC 27618	+	X
<i>Mycoplasma hominis</i> ATCC 23114	+	X
<i>Streptococcus faecalis</i> ATCC 19433	±	X
pH w 25°C	7.3 ± 0.2	7,1
(+) = Wzrost (-) = Inhibicja (±) = Częściowa inhibicja		

SERIA

X Zatwierdzona

Niezatwierdzona

DATA:
29.03.2019

Kierownik Kontroli Jakości
(D. Vitagliano)
(-) podpis nieczytelny