

**CERTYFIKAT  
KONTROLI JAKOŚCI**

**PRODUKT** DD0001T  
OP OPTOCHIN (1 x 50)

**NUMER SERII** 2485356

**DATA WAŻNOŚCI** 2020.03.31

**DATA PRODUKCJI** 2019.03.27

**Kontrola mikrobiologiczna****Charakterystyka diagnostyczna**

	<b>Wielkość strefy (mm)</b>	<b>Zakresy (mm)</b>
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC®6303	17	16–27
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC®19615	0	0–0

Zakresy kontroli jakości są wewnętrznie wyprowadzane na podstawie danych historycznych.

Podane informacje uważa się za poprawne, wszystkie wyniki podane w niniejszym certyfikacie odnoszą się tylko do produktu i partii podanych w niniejszym certyfikacie analizy. Jednakże zarówno informację jak i produkt oferuje się bez gwarancji dla jakiegokolwiek zastosowania innego niż określono w aktualnym Manualu OXOID. Niniejszy certyfikat nie może być powielany wybiórczo bez pisemnej zgody Laboratorium Kontroli Jakości, Oxoid Limited, Basingstoke.

Podane wyniki uzyskano w chwili wydania certyfikatu.

Partia zaakceptowana. 2019.03.29

[podpis nieczytelny]

Carissa Courtney

Dyrektor ds. Jakości, EMEA

ATCC jest zarejestrowanym znakiem towarowym American Type Culture Collection.

NCTC i National Collection of Type Cultures są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agencji Ochrony Zdrowia.

[Rejestracja BSI]

**Zbadano w Laboratorium Kontroli Jakości  
OXOID LIMITED**

**Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8PW. England [Anglia]**  
**oxoid@thermofisher.com www.oxoid.com**

Nr rej. FDA 8010096