

CERTYFIKAT KONTROLI JAKOŚCI

PRODUKT PO5004A NEISSERIA SELECTIVE MEDIUM PLUS

NUMER SERII 3156458

DATA WAŻNOŚCI 2020.12.04

Charakterystyka ogólna	Wyniki		Specyfikacja
Kolor	Zgodny		Brązowy sygnałowy
Wygląd	Zgodny		Nieprzezroczysty
pH	7,0		7,0 – 7,4
Opakowanie/Prezentacja	Zgodne		Kontrola etykiety i wydruku
Sterylność w 20-25 i 30-35°C przez >= 72 godziny	Zgodna		Spełnia kryteria klasyfikacji
Kontrola mikrobiologiczna	Pożywka kontrolna jtk	Wynik badania	Specyfikacja
Neisseria gonorrhoeae ATCC®49226	72	63	2-3 mm, kremowe lśniące kolonie
Enterococcus faecalis ATCC®29212	1E+04 – 1E+05	0	Całkowite zahamowanie (<=10jtk)
Candida albicans ATCC®10231	1E+04 – 1E+05	0	Całkowite zahamowanie (<=10jtk)

Dla szczepów dodatnich liczba kolonii jest większa niż lub równy 50% z pożywki kontrolnej.

Informacja podana powyżej uważana jest za poprawną. Jednakże zarówno informację jak i produkt oferuje się bez gwarancji dla jakiegokolwiek specyficznego zastosowania innego niż wyszczególniono. Podane wyniki uzyskano w chwili wydania świadectwa.

Niniejszy certyfikat wygenerowano elektronicznie i jest ważny bez podpisu.