

CERTYFIKAT KONTROLI JAKOŚCI

PRODUKT PO5097A CHOCOLATE HAEMOPHILUS SEL. AG.

NUMER SERII 3197327

DATA
WAŻNOŚCI 2021.01.26

Charakterystyka ogólna	Wyniki		Specyfikacja
Kolor	Zgodny		Orzechowy brąz
Wygląd	Zgodny		Nieprzezroczysty
pH	7,1		7,0-7,4
Opakowanie / Prezentacja	Zgodne		Zgodnie ze specyfikacją
Sterylność w 20-25 i 30-35°C przez >=72 godziny	Zgodna		Spełnia kryteria klasyfikacji
Kontrola mikrobiologiczna	Pożywka kontrolna jtk	Wyniki badania	Specyfikacja
Haemophilus influenzae Typ b ATCC®10211	86	45	3-5 mm, kremowe błyszczące kolonie
Staphylococcus aureus ATCC®25923	1,1E+04	0	Całkowite zahamowanie (<= 10 jkt)
Candida albicans ATCC®10231	1,4E+04	0	Całkowite zahamowanie (<= 10 jkt)

Dla szczepów dodatnich liczba kolonii jest większa niż lub równa 50% z pożywki kontrolnej.

Informacja podana powyżej uważana jest za poprawną. Jednakże zarówno informację jak i produkt oferuje się bez gwarancji dla jakiegokolwiek specyficznego zastosowania innego niż wyszczególniono. Podane wyniki uzyskano w chwili wydania świadectwa.

Niniejszy certyfikat wygenerowano elektronicznie i jest ważny bez podpisu.

Metody kontroli jakości spełniają wymagania ISO 11133:2014.

logo ilac-MRA + DAkkS

Laboratorium badawcze Oxoid Deutschland GmbH jest akredytowane przez niemiecką jednostkę DAkkS zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025 dotyczącą przeprowadzania badań pożywek mikrobiologicznych zgodnie z DIN EN ISO 11133:2014 i zostało zarejestrowane pod numerem D-PL-20190-01-00.