

## • Certyfikat analizy

Product Name: **AST-Reagent Kit**

Part No.: **E2-323-001**

LOT No.: **2410071323**

Use by: **2026-10-07**

Date of Production: **2024-10-07**

Wyżej wymieniony produkt został przetestowany z użyciem poniżej wymienionych szczepów w ramach procedury kontroli jakości laboratoryjnej zgodnej z udokumentowanymi procedurami kontroli.

Wyniki kontroli odpowiadają wytycznym parametrom kontrolnym..

*Lista szczepów:*

*Candida parapsilosis* ATCC 22019

*Candida krusei* ATCC 6258

Zastosowane procedury kontrolne są udokumentowanymi metodami stanowiącymi część systemu zarządzania jakością wdrożonego w naszej firmie, pozostającym w zgodzie z wytycznymi DIN EN ISO 13485.

QC release datę: 2024-10-15

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG,  
Germany Fahrenheitstr. 4 - 28359 Bremen  
Mail: [micronaut.support@bruker.com](mailto:micronaut.support@bruker.com) phone  
+49-421-2205-0

Niniejszy dokument został sporządzony w formie elektronicznej i jest ważny bez podpisu.