

• Certificate of Analysis

Product Name: **UMIC Colistin**

Part No.: **UM-COL-040**

LOT No.: **240823COL**

Use by: **2026-08-23**

Date of Production: **2024-08-23**

Das oben genannte Produkt wurde mit den folgenden Stämmen in unserem Qualitätskontroll-Labor nach dokumentierten Kontrollverfahren geprüft. Die Ergebnisse entsprechen den spezifizierten Kontrollparametern.

*The above product has been verified with the following strains in our quality control laboratory according to documented control procedures.
The results correspond to the specified control parameters.*

List of strains:

*Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Escherichia coli NCTC 13846 MCR-1*

Die eingesetzten Kontrollverfahren sind festgeschriebene Anweisungen unseres internen Qualitätsmanagementsystems gemäß den Anforderungen der EN ISO 13485.

The control procedures used are documented methods of our internal quality management system according to the requirements of EN ISO 13485.

Remarks: -

QC release date: 2024-08-28

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG, Germany
Fahrenheitstr. 4 – 28359 Bremen
Mail: micronaut.support@bruker.com
phone +49-421-2205-0

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This document has been established electronically and is valid without signature.