

Lp.	Asortyment	Ilość oznaczeń na 36 m-cy	Jm	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	stawka jednostkowa netto za 1 op.	wartość netto	VAT [%]	cena jednostkowa brutto za 1 op.	wartość brutto	nazwa odczynnika, nr katalogowy	producent, kraj pochodzenia
Część nr 6 - Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych (równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów, oksymetrii, glukozy, mleczanów)												
1.	Odczynniki (wymienić)	40 000	1	72	980 cykli	1 080,00 zł	77 760,00 zł	8%	1 166,40 zł	83 980,80 zł	ABL90 FLEX solution pack High volume / nr 944-457	Radiometer ApS Medical, Dania
2.	Materiały kontrolne (wymienić)			zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki	zawarte w pozycji odczynniki
3.	Materiały eksploatacyjne (wymienić)		1	72	600 testów	3 800,00 zł	273 600,00 zł	8%	4 104,00 zł	295 488,00 zł	SC90 600/30 BG/LYT/MET/OXI +QC, / nr 946-008	Radiometer ApS Medical, Dania
4.	Materiały eksploatacyjne (wymienić)		1	10	1 op. / 8 rolek	180,00 zł	1 800,00 zł	23%	221,40 zł	2 214,00 zł	Thermal Paper, 8 rolls per unit, / nr 984-070	Radiometer ApS Medical, Dania
Razem >>							353 160,00 zł			381 682,80 zł		

Lp.	Asortyment	Jm	Ilość	cena netto za 1 m-c	wartość netto	VAT [%]	cena brutto za 1 m-c	wartość brutto	nazwa, typ i rok produkcji analizatora	wartość brutto analizatora
Analizator do oznaczania parametrów krytycznych										
4.	Dzierżawa analizatora podstawowego i back-up	m-c	36	250,00 zł	9 000,00	23%	307,50 zł	11 070,00 zł	ABL90 Flex Plus, Analizator Parametrów Krytycznych, rok 2025	66 960,00 zł

Koszt stosowania systemu (odczynniki+dzierżawa)	netto:	362 160,00 zł	brutto:	392 752,80 zł
--	---------------	---------------	----------------	---------------

UWAGA !

1. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości badań spoczywa na Wykonawcy uwzględniając stabilność odczynników.
2. Należy skalkulować wystarczającą ilość materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.
3. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników jak również materiałów eksploatacyjnych będzie zobowiązany on dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
4. Podana ilość oznaczeń nie uwzględnia kontroli.
5. W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.

Zestawienie parametrów analizatora

Lp.	Parametry / funkcje wymagane	Parametry / funkcje oferowane - proszę opisać
1.	Aparat podstawowy i back up fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2024 r.	Tak, Aparat podstawowy i back up fabrycznie nowy 2025 r.
2.	Parametry oznaczane: gazometria, oksymetria, elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany), metabolity (glukoza, mleczany)	TAK, Parametry oznaczane: gazometria, oksymetria, elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany), metabolity (glukoza, mleczany)
3.	Zakres pomiarowy wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l	Tak, Zakres pomiarowy wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l
4.	Analizator pracujący na bazie kaset zawierających elektrody, odczynniki, kalibratory i płyny płuczące (minimalnie dwa materiały zużywalne)	Tak, Analizator pracujący na bazie kaset zawierających elektrody, odczynniki, kalibratory i płyny płuczące (minimalnie dwa materiały zużywalne)
5.	Maksymalna ilość próbek pobierana ze strzykawki do 130 mikrolitrów	Tak, Maksymalna ilość próbek pobierana ze strzykawki 65 mikrolitrów
6.	Elektrody pomiarowe w pełni bezobsługowe, zintegrowane z kaseta	Tak, Elektrody pomiarowe w pełni bezobsługowe, zintegrowane z kaseta
7.	Możliwość wykonania automatycznej kontroli	Tak, Możliwość wykonania automatycznej kontroli
8.	Analizator nie wymagający wykonywania przez użytkownika codziennych i okresowych konserwacji	Tak, Analizator nie wymagający wykonywania przez użytkownika codziennych i okresowych konserwacji
9.	Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary	Tak, Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
10.	Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych	Tak, Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych
11.	Wbudowana drukarka wewnętrzna	Tak, Wbudowana drukarka wewnętrzna
12.	Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej, 1 raz w miesiącu (Riqas) na koszt Wykonawcy	Tak, Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej, 1 raz w miesiącu (Riqas) na koszt Wykonawcy
13.	Podłączenie do sieci informatycznej analizatora podstawowego i back up na koszt Wykonawcy	Tak, Podłączenie do sieci informatycznej analizatora podstawowego i back up na koszt Wykonawcy
14.	Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim	Tak, Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim
15.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji na koszt Wykonawcy	Tak, Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji na koszt Wykonawcy
	Parametry / funkcje oceniane w kryterium "parametry techniczne analizatora"	Parametry / funkcje oferowane - proszę wskazać oraz potwierdzić zaznaczeniem w katalogu
16.	Czas uzyskania wyniku	do 40 sek.
		powyżej 40 sek.
17.	Objętość próbki potrzebnej do wykonania oznaczenia z kapilary dla wszystkich parametrów	do 45 mikrolitrów
		powyżej 45 mikrolitrów

Oświadczam, że zaoferowany analizator spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.