

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o., zgodnie z wykazem sprzętu medycznego oraz formularzami asortymentowo – cenowymi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) Przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) Diagnostyka, naprawa i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem. Wymiana części zamiennych po przedstawieniu oferty kosztowej i jej akceptacji przez Zamawiającego.
 - c) Dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach, wymianie części oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
3. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych po dokonaniu przeglądu,
 - l) sporządzanie orzeczeń dla sprzętów przeznaczonych do likwidacji z uwagi na brak możliwości naprawy, bądź na naprawę niekorzystną ekonomicznie wraz z opinią,

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego Wykonawca ma obowiązek min 24h. wcześniej poinformować o swoim przybyciu Dział Techniczny. Wykonawcy zabrania się wykonywania przeglądów bez ustalenia terminu z Działem Technicznym.

Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, tak aby utrzymać ciągłość aktualnych przeglądów, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

4. Diagnostyka obejmuje w szczególności:

- a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
- b) weryfikację i lokalizację uszkodzenia,
- c) wystawienie protokołu z diagnostyki, i przesłanie go do Działu Technicznego w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu diagnostyki,
- d) jeżeli naprawa sprzętu przewiduje wymianę części, to przedstawienie oferty kosztowej na części zamienne,
- e) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.

Jeżeli diagnostyka awarii wymaga analizy w warunkach warsztatowych Wykonawcy, sprzęt jest zabierany do serwisu po podpisaniu przez Zamawiającego (Dział Techniczny) protokołu przekazania sprzętu na serwis. Zabrania się zabierania sprzętu na serwis bez akceptacji przez Zamawiającego (Dział Techniczny)

5. Naprawy obejmują w szczególności:

- a) naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów,
- b) sprawdzenie prawidłowości działania,
- c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
- d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
- e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.

6. Czas reakcji w przypadku awarii:

Diagnostyka – do 3 dni od otrzymania informacji o awarii

Naprawa bez wymiany części – do 3 dni od otrzymania informacji o awarii

Naprawa z wymianą części do 7 dni od akceptacji oferty na wymianę części.