

WROCLAW 14.12.2021

OPINIA UŻYTKOWNIKA APARATU BACTALERT 3D

Pracujemy na aparacie BactAlert 3D firmy bioMerieux od ponad 6 lat.

Wykorzystujemy go do posiewu krwi i jałowych płynów ustrojowych, zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci.

Jest dla nas bardzo przydatna możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml oraz jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelek anonimowych.

Dzięki temu analizatorowi możemy monitorować wzrost bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów.

Kolorymetryczna metoda z czujnikiem w dnie butelki umożliwia wstępną ocenę dodatniego posiewu jeszcze przed włożeniem butelki do aparatu, co rozwiązuje problem ewentualnego opóźnionego załadunku butelek i zmniejsza ryzyko otrzymania wyników fałszywie ujemnych.

Ponadto plastikowe, lekkie butelki są bezpieczne dla użytkownika i tańsze w utylizacji odpadów.

Jesteśmy zadowoleni z pracy na aparacie BactAlert 3D.

05495

mgr Jolanta Szumielewicz

DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista mikrobiologii medycznej

Jolanta Szumielewicz