



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.1167.2023

Warszawa 06.09.2023 r.

Dot. Zapytania ofertowego nr 26/23 na „**Sukcesywna dostawa materiałów ochronnych – rękawic diagnostycznych i chirurgicznych**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dotyczy Formularz cenowy poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice jednorazowego użytku, bezpudrowe, niesterylne, o dł. min 240mm. Materiał o powierzchni teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. AQL $\leq 1,0$, grubości na palcu min. 0.07mm, na dłoni min. 0,05mm. Siła zerwania przed starzeniem min 6 N. Zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4 oraz EN ISO 21420 i EN 374-1:2016/Typ B. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodne z normą ASTM F1671 oraz EN374-5. Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 (badanie dołączone do oferty). Przebadane na: 40% wodorotlenek sodu – poziom 6, 30% nadtlenuk wodoru na poziomie 2, oraz 37% roztwór formaldehydu na poziomie 3 - potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data produkcji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, nr referencyjny, MDR, UDI, nazwa i adres producenta, kraj pochodzenia produktu. Przebadane wg ASTM D 6978-05 na przenikanie min. 33 leków cytotoksycznych/cytostatycznych, w tym min. 18 umieszczonych w tabelce, która umieszczona jest fabrycznie na opakowaniu jednostkowym, celem łatwej i szybkiej identyfikacji przenikalności na dane leki cytostatyczne. W rozm.: S, M, L, XL; 1 op. a 100 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice o sile zerwania 6N, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem znajdującym się w Załączniku nr 2 do Zapytania - Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

Pytanie 2:

Dotyczy Formularz cenowy poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, z lepszym poziomem szczelności AQL 1.0, o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił parametry minimalne, które muszą spełniać rękawice. Zamawiający dopuszcza każdy parametr lepszy niż wskazany w załączniku nr 2 do Zapytania.

Pytanie 3:

Dotyczy Formularz cenowy poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Rękawice, z lepszym poziomem szczelności AQL 0,65, o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił parametry minimalne, które muszą spełniać rękawice. Zamawiający dopuszcza każdy parametr lepszy niż wskazany w załączniku nr 2 do Zapytania.

Pytanie 4:

Część 1, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic teksturowanych na końcach palców. Pozostałe parametry zgodne z wymogami swz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rękawic zgodnie z opisem znajdującym się w Załączniku nr 2 do Zapytania - Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

Pytanie 5:

Część 1, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie protein <100 µg/g. Pozostałe parametry zgodne z wymogami swz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Część 1, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitylowych o sile zrywu w przed i po starzeniu min. 6N, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, posiadających na opakowaniu informacje w języku polskim, językach obcych oraz za pomocą zharmonizowanych znaków graficznych, posiadające badania na przenikanie na min. 18 substancji chemicznych, w tym:

- min 1 kwas na min. 1 poziomie
- środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu, w tym na bazie izopropanolu poziom 6
- 37% formaldehyd - 3 poziomie
- wodorotlenek sodu 40% - 6 poziom

Posiadających badania na min. 15 różnych cytostatyków, w tym carmustine >10 min, pozostałe wymienione w OPZ przez Zamawiającego cytostatyki zgodnie z wymogiem. Rękawice będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice o sile zrywu w przed i po starzeniu min. 6N. Pozostałe parametry zgodnie z opisem znajdującym się w Załączniku nr 2 do Zapytania - Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

Pytanie 7:

Część 1, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających 3 letni okres gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice posiadające 3-letni okres gwarancji, przy zastrzeżeniu § 3 ust. 2 Projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 8:

Część 1, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych o powierzchni teksturowanej na końcach palców.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rękawic zgodnie z opisem znajdującym się w Załączniku nr 2 do Zapytania - Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

Pytanie 9:

Część 1, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych o lepszym niższym poziomie AQL 1.0

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił parametry minimalne, które muszą spełniać rękawice. Zamawiający dopuszcza każdy parametr lepszy niż wskazany w załączniku nr 2 do Zapytania.

Pytanie 10:

Część 1, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitylowych o lepszym niższym poziomie AQL 0.65

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił parametry minimalne, które muszą spełniać rękawice. Zamawiający dopuszcza każdy parametr lepszy niż wskazany w załączniku nr 2 do Zapytania.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 11.09.2023 r. godz. 10.00

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora SZPZLO
Warszawa Praga Południe
ds. Lecznictwa
Jacek Blank
w dniu 06.09.2023 r.