

Centrum Zamówień Publicznych  
Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Zestaw nr 2**

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.93.2024.RS na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem QTOF dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Zamawiający zawarł w SWZ wymóg „możliwość zbierania nie mniej niż 200 widm MS/MS w cyklu w trybie DIA”. Znając specyfikę trybu pracy DIA wydaje się, że Zamawiający miał na myśli możliwość ustawienia ilości okien na pierwszym analizatorze mas a nie ilość zbieranych widm, co następuje w drugim analizatorze mas. Zatem czy Zamawiający pisząc „Możliwość zbierania nie mniej niż 200 widm MS/MS w cyklu w trybie DIA”, miał na myśli możliwość ustawienia nie mniej niż 200 okien Q1 na cykl w trybie DIA?	Zamawiający potwierdza, iż podając w pkt. 1 lit. c) Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) minimalne parametry techniczne dotyczące widm, miał na myśli możliwość ustawienia nie mniej niż 200 okien Q1 na cykl w trybie DIA. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 6 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą w następujący sposób:

- **ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2024 r. do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2024 r. o godz. 09:15,** jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ,
- **termin związania ofertą** od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 22.12.2024 r.** - określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) „SWZ\_93 po zmianie z dnia ~~17.09.2024~~ 2024”, która zastępuje dotychczasową SWZ\_93 po zmianie z dnia 23.08.2024,
- 2) „Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia ~~17.09.2024~~ 2024”, który zastępuje dotychczasowy – Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR  
ds. Studenckich

*Urszula Patocka-Sigrowy*  
dr hab. Urszula Patocka-Sigrowy, prof. UG