

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
Im. św. Jana z Dukli  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin  
tel./fax 81 / 747-63-27  
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL./DZP/AS/ 3411/PN- 86/19

Lublin dnia 14.10.2019 roku

**Dot. Dostawa sprzętu medycznego różnego (utrwalacz do badań cytologicznych, butelki do drenażu wysokopróżniowego, worki ileostomijne , płytki do przegrody nosowej, strzykawki jednorazowe) na potrzeby COZL**

Zamawiający informuje, że działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zmiana SIWZ pkt XX

Było:

Wszelkie informacje związane z miejscem oraz terminem składania i otwarcia ofert zamieszczone są na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>) należy złożyć w terminie do dnia **25 października 2019 roku do godziny 09: 45**

**OTWARCIE OFERT:**

Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>) nastąpi w dniu **25 października 2019 roku o godzinie 10:00** w siedzibie Zamawiającego  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin,  
Dział Zamówień Publicznych - budynek 2, piętro 4, pok. nr. 32

Jest:

Wszelkie informacje związane z miejscem oraz terminem składania i otwarcia ofert zamieszczone są na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>

## MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego  
(<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>)  
należy złożyć w terminie do dnia **31 października 2019 roku do godziny 09: 45**

## OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego  
(<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>)  
nastąpi w dniu **31 października 2019 roku o godzinie 10:00**  
w siedzibie Zamawiającego  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin,  
Dział Zamówień Publicznych - budynek 2, piętro 4, pok. nr. 32

2. Zmiana załącznika nr 1.5 – kosztorys ofertowy: strony zamienne w załączeniu.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Dariusz Cwiński*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Marlena Koziej*

SPECJALISTA  
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Agnieszka Studzińska*

LP	ASORTYMENT	NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE*	JEDN. MIARY	ILOŚĆ (A)	CENA JEDN. BRUTTO SZT* (B)	WARTOŚĆ BRUTTO* (A) x (B)	* PRODUCENT NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA
1	Strzykawkki jednorazowe ,sterylne o pojemności 2 ml, strzykawkka dwuczęściowa, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu i lateksu , zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100 szt = op)		op	1700			
2	Strzykawkki jednorazowe sterylne o pojemności 5 ml strzykawkka dwuczęściowa, sterylna szczelna, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka- nie zawiera silikonu i lateksu , (100 szt = op)		op	4050			
3	Strzykawkki jednorazowe sterylne o pojemności 10 ml, strzykawkka dwuczęściowa, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100 szt = op)		op	6400			
4	Strzykawkki jednorazowe sterylne o pojemności 20 ml, strzykawkka dwuczęściowa, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (80 szt = op)		op	6900			
5	Strzykawkki jednorazowe sterylne o pojemności 100 ml, (żanety)		szt	16700			
6	Strzykawkki jednorazowe sterylne o pojemności 50 ml- (żanety) możliwość		szt	5			



	wypełnienia do 60 ml , strzykawką cewnikową					
7	Strzykawkki „insulinówki” 1 ml U40 z dołączoną igłą. Strzykawkka bez przestrzeni martwej. Minimalizacja formowania pęcherzyków powietrza. Zapobiegająca ryzyku odłączenia igły Gwarancja podania pełnej dawki. Igła typu Miclorance o wymiarach : 30G x ½. (100 szt = op)	op	150			
8	Strzykawkki 50 ml/60ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer lock możliwość wypełnienia do 60 ml. Wysoki kontrast podziałki. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z materiału syntetycznego pozbawionego lateksu.	szt	39600			
9	Strzykawkki 50 ml/60ml do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWE 3-elementowe z łącznikiem luer lock możliwość wypełnienia do 60 ml, tłok strzykawkki z podwójnym uszczelnieniem, czytelna trwała skala	szt	3300			
10	Strzykawkka tuberkulinowa z dołączoną igłą o wym. 0,45x13 mm poj. 1 ml.,	szt	200			
11	Strzykawkki 20 ml do pomp strzykawkkowych 3-elementowych z łącznikiem luer lock-blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.	Szt	32000			
12	Strzykawkki 10 ml do pomp infuzyjnych 3- elementowe z łącznikiem luer lock-blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z	szt	22000			

	komory strzykawkki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność stopniowanie co 0,5 ml.. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa						
13	Strzykawkka do gazometrii z igłą	szt	5				
14	Strzykawkki 30ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer lock blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory	szt	500				
15	Strzykawkki 5 ml 3-elementowe z łącznikiem luer lock blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory	szt	500				
<b>RAZEM</b>							

\* wypełnia Wykonawca

.....

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy