

Wałbrzych, dnia 07.10.2024 r.

DZPZ-530- Zp/66/PN/24

## ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy : Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej z konkursu na zadanie Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2024 r.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj. zmienia: Formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 1 do SWZ) dot. pakietu nr 1 pozycja nr 18.

**Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie otrzymuje brzmienie:**

### **Pakiet nr 1**

#### **Mikrotom - 4 szt.**

18. Zakres grubości cięcia :od 0,5um do 100um w krokach:

- od 0,5-5,0um w krokach co 0,5um
- od 5,0-20,0um w krokach co 1,0um
- od 20,0-60,0um w krokach co 5,0um
- od 60,0-100,0um w krokach co 10,0um

**Zatwierdził:**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządził: Andrzej Nowiński  
nr tel.: 74/6489941