



Gdańsk, dnia 14.04.2025 r.

nr sprawy: D10.251.14.F.2025

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „*dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku*”.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

#### Zestaw 1

##### Pytanie 1, dot. części nr 169

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1, 3, 4, 5, 6 wyrobów pochodzących od jednego producenta, stanowiących jeden, spójny system akcesoriów, gwarantujący dopasowanie i skuteczność prowadzonej terapii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

- **Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy nCPAP**

Prosimy o dookreślenie czy układ ma posiadać ochronę przeciw wirusom, grzybom i bakteriom (w tym opornym na działanie antybiotyków) o udowodnionej w badaniach skuteczności? Układy oddechowe z dodatkiem chroniącym przed patogenami wpisują się w działania służące zwalczaniu zakażeń szpitalnych. Zakażenia szpitalne wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu, powodują także powikłania prowadzące często do niepełnosprawności, przez co zwiększają koszty leczenia. Dodatkowo narażają personel medyczny na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Natomiast dzięki ochronie przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem jonów srebra, która tworzy powłokę na produkcie, na której drobnoustroje nie są w stanie przetrwać, można zredukować ich liczbę nawet o 99,9%, która działa nieprzerwanie przez cały przewidywany okres użytkowania produktu. W wymaganiach Zamawiający wpisał ten parametr i dodał przekreślenie. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**



- **Poz. 3 Generator nCPAP**

1. Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma umożliwiać umocowanie systemu na czepcu do terapii wymiennych oraz czapeczce w związku z tym zestaw generatora powinien posiadać w składzie:

- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
- kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, stanowiąca jednocześnie bufor przed przegrzewaniem i deformacjami główki pacjenta,
- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), Taki zestaw generatora umożliwi mocowanie i stabilizację na czepcu do terapii wymiennych oraz uzyskanie maksymalnej szczelności poprzez tworzenie garbu lub niecki, co wpływa na efektywność terapii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

- **Poz. 5 Czapeczka / mocowanie układu pacjenta**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania czapeczki oraz mocowania układu pacjenta w postaci czepca o konstrukcji opaski owijanej wokół głowy pacjenta stosowanych zamiennie? Proponowany czepiec jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Czepiec jest dostępny w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki i zmianę kąta nachylenia generatora innego przy stosowaniu końcówki nosowej i innego z użyciem maski nosowej, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 2, dot. części nr 3, poz. 2 Maseczka do resuscytacji**

Prosimy o dopuszczenie maseczek w rozm. I.D. 24 mm, 30 mm, 38 mm, 48 mm.

**Odpowiedź: Część nr 3 ani 169 nie zawiera, masek do resuscytacji. Zamawiający wnioskuje, iż pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.**



## SPROSTOWANIE WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ Z DNIA 07.04.2025

### Zmiana dotyczy zestawu 74, pytanie 8

#### Pytanie 8, dot. części 77

Czy zamawiający w pakiecie 77 wymaga również dzierżawy generatora współpracującego z narzędziem z poz. 1?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający potwierdza i modyfikuje formularz asortymentowo- cenowy w zakresie części nr 77.**

W związku z powyższym, na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- § XIV. pkt 2 SWZ- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

*Termin składania ofert upływa dnia **23 kwietnia 2025 r.** o godz. 10.00*

- § XIII. pkt 1 SWZ -TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

*Termin związania ofertą wynosi **90 dni**, licząc od upływu terminu składania ofert, czyli do dnia **21 lipca 2025**. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- Modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ- formularz asortymentowo- cenowy

**W związku z powyższymi zmianami Zamawiający udostępnia załącznik po modyfikacji:**

- Załącznik nr 1 do SWZ- formularz asortymentowo- cenowy\_ po zmianie 5

**Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty**

**Zatwierdził  
Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski**

*Sporządziła: Magdalena Fuławka – Sekretarz Komisji Przetargowej*