

SPZOZ-ZP/4D/2024

Kępno, dnia 11.04.2024r.

Informacja z WYBORU OFERT

Działając na podstawie art.253. ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. 1605 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie informuje, iż dokonał OCENY OFERT i przedstawia WYNIK POSTĘPOWANIA do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów i materiałów do manualnej identyfikacji mikroorganizmów, materiałów do oznaczania lekowrażliwości metodą manualną, szybkich testów immunochromatograficznych, szczepów wzorcowych wraz z dzierżawą zmienną pojemnościowej pipety wielokanałowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie** ” - otwartych w dniu 26.03.2024r. o godz.10:30. – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/4D/2024

Lp.	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
		= 268 000,00 zł brutto
1	OFERTA nr 01 Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polska 114 60-401 Poznań	257 760,09 zł

Zespół roboczy powołany pismem z dnia 14.03.2024r. na posiedzeniu w dniu 09.04.2024r. po przeprowadzonych czynnościach analizy dokumentów oceny i weryfikacji złożonych ofert na podstawie kryterium zamieszczonego w specyfikacji warunków zamówienia, gdzie cena=60% oraz jakość= 40%, ustalił następujący wynik postępowania:

Zamawiający informuje, iż odrzucił następujące oferty n/w Wykonawców:

Lp.	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
		= 268 000,00 zł brutto
1	OFERTA nr 01	

Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polska 114 60-401 Poznań	257 760,09 zł
---	----------------------

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W pozycji nr 7 –Zamawiający wymagał testy lateksowe do identyfikacji – oparte na metodzie o swoistej reakcji z przeciwciałami monoklonalnymi, Wykonawca zaoferował test StaphyTECT Plus oparty na metodzie o swoistej reakcji z przeciwciałami poliklonalnymi.

W pozycji nr 15 – Zamawiający wymagał podłoże kontaktowe TSA o średnicy płytki 60 mm, pakowane w folię maksymalnie po 10 sztuk – natomiast Wykonawca zaoferował podłoża konfekcjonowane na płytkach o średnicy 55 mm.

W pozycji nr 23 – Zamawiający wymagał podłoża z minimalnym okresem ważności od daty zakupu 10 tygodni, Wykonawca zaoferował podłoża z okresem ważności – 9 tygodni.

W pozycji 27 Zamawiający wymagał - w opisie – kolor podłoża – biały, Wykonawca zaoferował podłoża w kolorze jasnoślimkowym.

W pozycji nr 32 Zamawiający wymagał – w opisie – minimalny okres ważności od daty zakupu 8 miesięcy, Wykonawca zaoferował okres ważności bulionu – 14 tygodni (3,5 miesiąca).

W pozycji nr 34 Zamawiający wymagał – w opisie – minimalny okres ważności od daty zakupu 8 miesięcy, Wykonawca zaoferował okres ważności bulionu – 10 tygodni (2,5 miesiąca).

Podpisano: Dyrektor SPZOZ w Kępnie
/-/ Beata Andrzejewska