



Nowy Sącz, dnia 27 marca 2024 r.

Znak: ZP.271.1.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn. „Zakup 2 szt. ambulansów drogowych typu C”. Postępowanie 151381-2024.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądectwo Pogotowie Ratunkowe, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w dniu 27 marca 2024 r.

1. Pytanie nr 1 – dotyczy – URZĄDZENIE DO BEZPIECZNEGO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W KARETCE WBUDOWANE W POJAZD LUB UMOŻLIWIAJĄCEGO MONTAŻ W POJEŹDZIE
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:
 - Stacjonarne urządzenie do dezynfekcji ambulansu metodą zamgławiania przeznaczone do zabudowy w ambulansie w części technicznej wyposażone w wąż, dyszę i przejściówkę przez ścianę
 - Możliwość dezynfekcji lub dezynsekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
 - Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
 - Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenu wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy
 - Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach
 - Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia
 - Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 15 mikronów
 - Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
 - Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
 - Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
 - Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
 - Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB
 - Możliwość zdalnego uruchamiania procesu dezynfekcji za pomocą pilota
 - Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą EN 17272, potwierdzone działanie wobec: bakterii, wirusów, grzybów, spor
 - Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
 - Wymiary 203 mm x 225 mm x 261 mm
 - Waga 5,9kg

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Pytanie nr 2 – dotyczy – URZĄDZENIE DO BEZPIECZNEGO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W KARETCE WBUDOWANE W POJAZD LUB UMOŻLIWIAJĄCEGO MONTAŻ W POJEŹDZIE.



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość przeprowadzenia procesu dezynfekcji zarówno powietrza jak i powierzchni znajdujących się w ambulansie oraz dezynsekcji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Pytanie nr 3 – dotyczy – URZĄDZENIE DO BEZPIECZNEGO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W KARETCE WBUDOWANE W POJAZD LUB UMOŻLIWIAJĄCEGO MONTAŻ W POJEŹDZIE
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 (jedyną normą dotyczącą skuteczności dezynfekcji drogą powietrzną) o min. skuteczności redukcji 4log?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Pytanie nr 4 – URZĄDZENIE DO BEZPIECZNEGO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W KARETCE WBUDOWANE W POJAZD LUB UMOŻLIWIAJĄCEGO MONTAŻ W POJEŹDZIE
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

*Dyrektor
SPZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego
mgr Bożena Hudzik
/podpisano podpisem elektronicznym/*