

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Dot. Postępowania ZPU 13/2024 „Dostawa witryn chłodniczych”

1. Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1, pkt. 4
Czy zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrznym, niezależnym od chłodziarki rejestratorem temperatury z własnym zasilaniem i wbudowanym portem USB do transferu danych?
ODP.: Nie, zamawiający nie dopuści urządzenia z zewnętrznym, niezależnym od chłodziarki rejestratorem temperatury z własnym zasilaniem i wbudowanym portem USB do transferu danych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
2. Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1, pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści otwór walidacyjny o średnicy 10mm?
**ODP.: Nie, Zamawiający nie dopuści otworu walidacyjnego o średnicy 10mm
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**
3. Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1, pkt. 21
Czy Zamawiający dopuści wymiary urządzenia 626x600x845mm (SxGxW)?
**ODP.: Nie, Zamawiający nie dopuści wymiarów urządzenia 626x600x845mm (SxGxW).
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**
4. Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2, pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 400 litrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści pojemności komory 400 litrów.
5. Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2, pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści ergonomiczny uchwyt wpuszczony w ramę drzwi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści ergonomiczny uchwyt wpuszczony w ramę drzwi.
6. Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2, pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści brak styku bezpotencjałowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści braku styku bezpotencjałowego.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę z zakresem regulacji temperatur +2°C-+8°C przy temperaturze otoczenia 25°C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę z zakresem regulacji temperatur +2°C-+8°C przy temperaturze otoczenia 25°C.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 640x870x1994 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania chłodziarki o wymiarach zewnętrznych 640x870x1994 mm.