

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa łaźni z kulkami termicznymi dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Lp.	Minimalne parametry sprzętu
1.	Łaźnia wykonana ze stali nierdzewnej.
2.	Pojemność użytkowa: co najmniej 6 litrów.
3.	Rozkład temperatury: nie większy niż +/- 0,5 stopnia Celsjusza.
4.	Minimalny zakres temperatury pracy: 37-100 stopni Celsjusza.
5.	Wyposażona w panel sterowania z wyświetlaczem LCD.
6.	Wyposażona w złącze: co najmniej RS232.
7.	Sterownie mikroprocesorowe musi zapewniać: a) regulację temperatury, b) pamięć co najmniej 10-ciu nastaw temperatury i czasu, c) możliwość rekaliibracji przez użytkownika, d) wyświetlanie temperatury i wpływającego czasu inkubacji.
8.	Wyposażenie: a) pokrywa ze stali nierdzewnej, b) pelet aluminiowy: co najmniej 4 litry.