

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Materiały Eksploatacyjne dla Centralnej Sterylizacji**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

#### **Pytanie nr 1.**

1. Dotyczy Zadania nr II, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie nr 2.**

2. Dotyczy Zadania nr II, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie nr 3.**

Dotyczy Zadania nr II: Asortyment ujęty w Pakiecie nr XII nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.). Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołącza pismo zawierające stanowisko Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pakiet XII w Zadaniu II nie istnieje w naszej Specyfikacji.**

#### **Pytanie nr 4.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 papieru krepowanego pakowanego po 350 arkuszy ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie nr 5.**

2. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 papieru pakowanego po 350 sztuk to czy Zamawiający wymaga 14 czy 15 opakowań ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 14 opakowań.**

#### **Pytanie nr 6.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 papieru krepowanego pakowanego po 125 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie nr 7.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 wkładki absorpcyjnej pakowanej po 1000 arkuszy odpowiednio przeliczając ilość opakowań ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie nr 8.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych nawiniętych folią do wewnątrz ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 9.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ilość warstw folii w rękawach papierowo-foliowych była potwierdzona w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie ilości warstw folii przez producenta.**

**Pytanie nr 10.**

7. Czy w Zadaniu nr V nie nastąpiła zamiana w opisie włókniny to znaczy opis pozycji 1 -3 dotyczy pozycji nr 4 a w pozycji nr 4 dotyczy pozycji 1 – 3 ?

**Odpowiedź: Tak, nastąpiła zmiana. Zamawiający w dniu 12.07.2024 r. zamieścił modyfikację treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i zmodyfikowany Załącznikiem nr 2.**