

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 15.12.2021r.

DZPZ-530-Zp/63/PN-63/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. : „Dostawa materiałów medycznych dla oddziału urologii i oddziału chirurgii onkologicznej” - Zp/63/PN-63/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1: Igła półautomatyczna do biopsji Histopatologicznej 18G x 20 cm - możliwość ustawienia długości pobieranego bioptatu na 9,5 lub 19 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2: Igła półautomatyczna do biopsji Histopatologicznej 16G x 9 cm - możliwość ustawienia długości pobieranego bioptatu na 9,5 lub 19 mm

Odp. Zamawiający wymaga rozmiar 16G x 10 cm, nie dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach 4,7; 6; 7; 8.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach 4,7; 6; 7.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 5 :

Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany Zestaw do założenia przetoki nadłonowej posiadał wyłącznie końcówkę typu „J” z dodatkowymi otworami wewnątrz pętli co znacząco zwiększy możliwości drenażu i będzie bardziej komfortowe dla pacjenta ze względu na brak podrażnienia ściany pęcherza prostą końcówką?

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia)

Odp. Zamawiający dopuszcza, wymaga końcówkę typu J otwartą lub końcówkę prostą.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 5 :

Czy zamawiający dopuści Zestaw do założenia przetoki nadłonowej niemieckiego producenta firmy UROMED bez plastra mocującego?

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia)


Odp. Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 1 i 2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 1 i 2 nie zaszła pomyłka w określeniu długości biopatu. Według naszej wiedzy podana długość 15 mm i 22 mm jest długością penetracji igły (wkłucia) a nie długością wycinka. W związku z powyższym prosimy i dopuszczenie igły o długości penetracji 15mm i 22 mm i długościami pobieranego wycinka 10 mm i 20 mm (tak jak obecnie stosowane).

Odp. Zamawiający dopuszcza długość pobieranego wycinka 10 i 20 mm.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 6 :

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 6 igły automatycznej do biopsji gruczołu krokowego w rozmiarze 18G, dł. 200 mm, o dł. pobieranego biopatu 20mm, igły ze znacznikiem głębokości co 1 cm, ostrzem widocznym w USG, dwoma niezależnymi spustami (tak jak obecnie używane).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 3 :

Czy Zamawiający w zad. 3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do nefrostomii dwustopniowej, rozm. 8, 10 CH;

Elementy zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), śr. 17,5 G, dł. 200 mm
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock w rozmiarach 8 Ch, 10 Ch
- Kranik LuerLock
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylny, do jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 7 :

Czy Zamawiający w zad. 7, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do szynowania moczowodów typu "Double-J" - oba końce otwarte, rozmiary 4.8, 6, 7, 8 CH, prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE. Reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 8 :

Czy Zamawiający w zad. 8, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do szynowania moczowodów typu "Double-J" – jeden koniec zamknięty, rozmiary 4.8, 6, 7 CH, prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE. Reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 3 :

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3: Zestaw do nefrostomii. 2-stopniowy, do drenażu przezskórnego, sterylny, igła dwuczęściowa typu Chiba 18G, ścięta pod kątem, długość 20 cm, widoczna w USG, cewnik poliuretanowy z zagięciem typu J, prowadnica typu Lunderquist 80 cm z miękkim i bezpiecznym końcem typu J, łącznik do worka na mocz

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 5 :

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5: Zestaw do założenia przetoki nadłonowej. Cewnik z końcówką typu J, balon o pojemności 5 ml zapewniający bezpieczne umiejscowienie cewnika, cewnik z oznaczeniem długości, doskonale tolerowany przez tkanki, wysoka odporność na inkrustracje, zakończenie cewnika w kształcie lejka, cewnik zapewniający optymalne płukanie, igła punkcyjna rozszczepialna, wykonana ze stali medycznej, zatyczka do cewnika.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 7 :

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 : Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J – oba końce otwarte. Rozmiary 5, 6, 7 Fr (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 7 :

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J – oba końce otwarte. Zestaw bez zacisku. Rozmiary 4,7, 6, 7, 8 Fr (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 8 :

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J – jeden koniec zamknięty. Rozmiary 4,7, 6, 7 Fr (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Bernard Jach
nr tel.: 74/6489941



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742