

DZIAŁ RZM

Znak pisma RZM.029.2025

Olsztyn, 24.02.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a, na podstawie § 6 zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości mniejszej niż 130.000zł zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia : **jednorazową dostawę spektrofotometru UV 1900i firmy Shimadzu:**

1)Spektrofotometr dwuwiązkowy posiada:

a)oddzielne miejsca na kuwetę pomiarową i kuwetę odniesienia,

b) pulpity sterownicze,

c)oprogramowanie wewnętrzne,

d)oprogramowanie komputerowe (bez komputera).

2.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: **jednorazowa dostawa w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.**

4.Kryteria oceny ofert – cena – waga 100%.

5.Inne istotne warunki dotyczące realizacji zamówienia:

Płatność: w formie przelewu w terminie 30 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia, montażu, uruchomieniu, przeszkoleniu pracowników i otrzymaniu faktury VAT.

Transport: koszt transportu do Laboratorium Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16 A ponosi Wykonawca.

6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy montażu, uruchomienia przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie użytkowania, wzorcowania aparatu w Laboratorium Akredytowanym (przy 8 długościach fali 338 nm, 410 nm, 445 nm, 510 nm, 525 nm, 565 nm, 690 nm, 710 nm lub zbliżonych do wymaganych).

7.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia spełniał następujące wymagania:

a) był fabrycznie nowy i opakowany,

b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE,

c) posiadał kartę katalogową, instrukcję obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego wydaną w języku polskim oraz podbitą kartę gwarancyjną, posiadał obowiązującą normę PN oraz atest ISO 9001,

d) posiadał autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,

e) posiadał gwarancję min. 24 miesięcy od daty ich odbioru (okres gwarancji proszę wpisać do formularza ofertowego) i spełniał warunki gwarancji określone w § 10 projektu umowy(Załącznik nr 3).

8.Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach postępowania: Justyna Popowicz, tel. 89 532 79 94, e-mail: popowiczj@pwik.olsztyn.pl, Małgorzata Jędrzejewska, tel.797606515, e-mail: jedrzejewskam@pwik.olsztyn.pl

9.Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonymi do ZAPYTANIA OFERTOWEGO drukami, które są jego integralną częścią, w postaci elektronicznej,

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

3)Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą: formularz ofertowy, zaakceptowany projekt umowy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy, certyfikaty, karty katalogowe z opisem

4)Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn.

10.Termin składania ofert mija dnia 02.04.2025, o godzinie 11⁰⁰ za pośrednictwem platformy zakupowej.

11.Załączniki do Zapytania ofertowego:

- a) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
- b) Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
- c) Projekt umowy (załącznik nr 3)

Sporządził:.....
INSPEKTOR
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Justyna Popowicz

Data: 24.02.2025.....

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAOPATRZENIA
Małecski
Marcin Małewski
.....
(podpis Kierownika)

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Spektrofotometr dwuwiazkowy (oddzielne miejsca na kuwetę pomiarową i kuwetę odniesienia) z pulpitem sterowniczym, oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym (bez komputera):

- zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm,
- szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm,
- wyświetlanie i nastawianie długości fali z krokiem co ± 0.1 nm,
- siatka holograficzna LO-RAY-LIGH typu „blazed”, co najmniej 1200 linii/mm,
- dokładność długości fali nie gorsza niż ± 0.05 nm,
- poziom światła rozproszonego nie większy niż 0.004% T (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0.004% (przy 340 nm NaNO_2),
- powtarzalność długości fali nie gorsza niż ± 0.025 nm,
- zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej w zakresie -4 do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0.0-400%,
- dokładność fotometryczna nie gorsza niż ± 0.0015 Abs (przy 0.5 Abs),
- powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ± 0.00002 Abs (przy 0.5 Abs),
- stabilność linii bazowej nie gorsza niż 0.0002 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od włączenia źródła światła),
- płaskość linii bazowej nie gorsza niż 0.0003 Abs/h w zakresie 190-1100 nm (po godzinie od włączenia źródła światła),
- poziom szumów nie większy niż 0.00001 Abs,
- detektory: dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwet pomiarowej, druga dla kuwet referencyjnej,
- wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 24 bit,
- dodatkowy rysik do obsługi dotykowego wyświetlacza,
- miejsce na schowanie rysika w obudowie aparatu,
- co najmniej pięć złączy USB,
- szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 2 – 29000 nm/min,
- szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 29000 nm/min,
- lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy,
- możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0.1 nm),
- wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu,
- monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji,
- możliwość podłączenia niezależnie komputera, pamięci przenośnej i drukarki,
- możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu klawiatury komputerowej i czytnika kodów,
- funkcja „wake-up” umożliwiająca wyznaczenie godziny, o której aparat ma się samoczynnie załączyć, by być gotowym do pracy,
- uchwyt na dwie kuwety o długości drogi optycznej 10 mm.

2. Oprogramowanie wewnętrzne:

- umożliwiające pełną kontrolę aparatu, zbieranie, obróbkę danych,
- umożliwiające pomiary stężenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany absorbancji w czasie,
- zawierające system walidacji spektrometru pozwalający na sprawdzenie poprawności pracy aparatu nawet przed każdym pomiarem,

- pozwalające na pomiar dla co najmniej 8 wybranych długości fali,
- zawierające wbudowane metody ilościowe - Lowry'ego, BCA, biuretową, CBB (Bradforda) – metody do oznaczania ilościowego DNA i białek.

3.Oprogramowanie zewnętrzne:

- kompatybilne z systemem operacyjnym Windows,
- sterujące przyrządem,
- posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie),
- pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych),
- pozwalające na eksport wyników pomiarowych do plików tekstowych lub do arkusza danych Excel®,
- zgodne z GLP/GMP,
- posiadające możliwość (opcja) rozszerzenia do wersji bazodanowej, zgodnej z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11,
- posiadające funkcję automatycznego określania jakości uzyskanego widma,
- posiadające możliwość rozbudowy (opcja) o zintegrowany moduł do pomiaru barw, kompatybilny z normami europejskimi jak i japońskimi, umożliwiający analizę takich wskaźników jak X, Y, Z, L*, a*, b* itd.,
- dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma,
- w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi),
- w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, / oraz inne funkcje, łącznie ze współczynnikami), uśrednianie widm,
- w trybie kinetycznym pozwalające na równoczesne wyświetlanie danych przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe), umożliwiające obliczenia kinetyczne dla enzymów, obliczenia Michaelisa-Mentena i tworzenie wykresów (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf, Eadie-Hofstee), wykresu Dixona oraz wykresu Hilla.

4.Wymagania dodatkowe:

- Instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku polskim,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Wzorcowanie aparatu w Laboratorium Akredytowanym przy 8 długościach fali 338 nm, 410 nm, 445 nm, 510 nm, 525 nm, 565 nm, 690 nm, 710 nm lub zbliżonych do wymaganych,
- Uchwyt do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną od 10 mm do 100 mm,
- Filtry szarości 10%, 30 % oraz filtr dydymowy – wszystkie z certyfikatem.

5.Komputer All-in-one (AIO):

- Ekran co najmniej 23" Full HD
- Procesor i5
- RAM 16GB DDR4
- Dysk SSD 256 GB
- System Win11 Pro
- Klawiatura i mysz

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

NIP:.....,

REGON:.....

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **jednorazową dostawę spektrofotometru UV 1900i firmy Shimadzu**, znak postępowania, oświadczam że

1. Oferuję wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto/szt.	Wartość netto zł	Stawka VAT %
1.	Spektrofotometr UV 1900i firmy	1			
RAZEM:					

Cena ofertowa netto:.....zł, (słownie.....zł)

Stawka VAT:%,

2. Spełniam wymagania i warunki postawione w zapytaniu ofertowym i **potwierdzam** to złożeniem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) projekt umowy,
- 3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, odpis z rejestru,
- 4) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy,
- 5) certyfikaty.

3. Akceptujemy wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia.

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, oznakowany znakiem CE oraz posiada wszelkie niezbędne dokumenty (autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, kartę katalogową, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego wydaną w języku polskim, atest ISO 9001)

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie..... od daty zawarcia umowy.

6. **Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT**, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT*

(niepotrzebne skreślić):

✓ zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

✓ zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.

7. Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam miesięcy gwarancji i akceptuję warunki gwarancji określone w § 10 projektu umowy (załącznik nr 3).

8. Za realizację zamówienia odpowiedzialna/y jest p....., tel....., e-mail.....

9. Przyjmuję postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

10. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr

11. Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych bądź w celu bezpośredniej realizacji zamówień zawarte są na stronie internetowej <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi>

.....data.....

.....

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

U M O W A Nr(Projekt)
zawarta w dniu2025 roku w Olsztynie
pomędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z adresem siedziby 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16 a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, KRS 0000126352, NIP 739-040-33-23, Regon 510620050, Kapitał zakładowy 156.586.000,00 zł, posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015); bezpieczeństwa i higieny pracy (PN- ISO 45001:2024) oraz ochrony środowiska (PN-EN ISO 14001:2015), w którego imieniu występują:

..... –,

..... –,

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a
.....

..... zwany w dalszej treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w **trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130 tys. zł** zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 3/2024 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 5 marca 2024r), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb **spektrofotometr UV 1900i firmy Shimadzu** zwany w dalszej treści umowy „**urządzeniem**”. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie **do** od dnia podpisania umowy.

2.Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, takich jak:

- przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy,
- działania siły wyższej : klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne.

3.Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego, a w szczególności:

- a)jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (zał. 1),
- b) jest fabrycznie nowe i oznakowane,
- c) jest wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i oznakowane znakiem CE,
- d) posiada kartę katalogową, instrukcję obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego wydaną w języku polskim oraz podbitą kartę gwarancyjną, posiada obowiązującą normę PN oraz atest ISO 9001,
- e) posiada autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,

§ 2

1.Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:

- a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż.

- związanych z zakresem wykonywanej umowy,
- b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Zaopatrzenia PWIK Sp. z o.o. w Olsztynie.

2. Każdy Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość dostaw i usług, terminowość, ilość reklamacji, zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych będących warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

§ 3

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia.....

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w warunkach zamówienia.

§ 4

1. Miejscem dostawy urządzenia jest **Laboratorium** PWIK w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16a, czynne w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 7.00 do 14.00, dostawa może być zrealizowana tylko w tym czasie.

2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu zgodności zamówionego urządzenia.

3. Koszt dostawy urządzenia do Zamawiającego, montażu, uruchomienia ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zapewnia wzorcowanie aparatu w Laboratorium Akredytowanym, serwis oraz szkolenie pracowników w zakresie użytkowania.

5. Do czasu odbioru urządzenia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Wartość całkowita zamówienia określona jest w tabeli i jest stała przez cały okres realizacji niniejszej umowy:

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto/szt.	Wartość netto zł	Stawka VAT %
1.	Spektrofotometr UV 1900i firmy.....	1			
RAZEM:					

kwota netto –zł (słownie:..... zł),

należny podatek VAT%.

2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy zawiera w sobie wszystkie koszty wraz z transportem do Zamawiającego.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki a wynagrodzenie ulegnie zmianie.

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to zobowiązuje się do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

§ 7

1.Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

2.Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr....., w terminie **30 dni**, od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3.Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.

5.Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT.

6.Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.

7.Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.).

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 20% łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b) 0,5 % wartości netto nie dostarczonego zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl § 1 ust. 1 terminu dostawy,
- c) 1 % wartości netto sprzętu wolnego od wad - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 10

1.Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji na okres **miesięcy**, od daty odbioru przez Zamawiającego.

2.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad wyposażenia w okresie gwarancyjnym poprzez dokonanie naprawy urządzenia lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad, za zwrotem urządzenia wadliwego.

3.Wady urządzenia usuwane będą przez Wykonawcę bezpłatnie w terminie nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty powiadomienia.

4.Koszt dostarczenia urządzenia do naprawy w okresie gwarancji lub koszt przyjazdu przedstawiciela Wykonawcy do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

5.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw gwarancyjnych wyposażenia spowodowanych winą Wykonawcy.

6.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wyposażenia świadczony jest przez Wykonawcę.

§ 11

1.Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialny będzie p., tel., e – mail :

2.Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników **Działu Zaopatrzenia – tel. 797 606 587.**

§ 12

1.Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.) udostępnionego na stronie internetowej: www.pwik.olsztyn.pl oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

§ 14

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016)* – dalej: rozporządzenie RODO.

2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.
- 2) w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;
- 3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;
- 5) posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;
 - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
- 6) nie przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
 - c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
- 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
- 9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:
- 1) wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.
 - 2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

§ 15

- 1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania jej treści osobom trzecim.
- 2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko wtedy, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia.
- 3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

