



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 17 września 2024 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 663 105 zł, prowadzonego pn.:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu

Numer referencyjny **ZZP.2380.66.2024**

Zamawiającym jest: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu**

Adres: **60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A**

Adres URL: <https://wielkopolska.bip.policja.gov.pl>

Adres e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl

Godziny urzędowania: **7:30 - 15:30**

Telefon: **47 77 127 43**

SPIS TREŚCI:

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3
3. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE	3
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	3
5. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.....	3
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.....	4
7. WADIUM	4
8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ...	5
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	6
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT	6
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	7
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	7
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	8
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	8
16. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY	9
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	9
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	9
19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO	10
20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ.....	11

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej w dalszej części SWZ „ustawą”, w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
- 1.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w szczególności z przepisami:
 - 1.2.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415 z późn. zm.);
 - 1.2.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. poz. 2452);
 - 1.2.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)
- 1.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 1.4 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan, zwanej dalej „Platformą”.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ, zwanym dalej „OPZ”
- 2.2 Zamówienie zostało podzielone na siedem części:
 - 2.2.1 część nr 1 „Wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym” – przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa trzech (3) wirówek laboratoryjnych z wirnikami kątowymi spełniającymi wymagania określone w pkt 1 OPZ;
 - 2.2.2 część nr 2 „Młynek wsadowy z zestawem ściernym” - przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa sześciu (6) młynków wsadowych z zestawami ściernymi, spełniających wymagania określone w 2 OPZ;
 - 2.2.3 część nr 3 „Rotator z platformą” – przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa pięciu (5) kompletów rotatorów z platformami, spełniającymi wymagania określone w pkt 3 OPZ;
 - 2.2.4 część nr 4 „Blok grzewczy, aluminiowy z zestawem suchych bloków grzewczych” - przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa czterech (4) kompletów bloków grzewczych aluminiowych z zestawem czterech suchych bloków grzewczych, spełniających wymagania określone w pkt 4 OPZ;
 - 2.2.5 część nr 5 „Waga” - przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa siedmiu (7) wag, spełniających wymagania określone w pkt 5 OPZ;
 - 2.2.6 część nr 6 „Gęstościomierz, myjka, suszarka” - przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa przenośnego gęstościomierza, dwóch (2) myjek ultradźwiękowych oraz suszarki laboratoryjnej, spełniających wymagania określone w pkt 6 OPZ;
 - 2.2.7 część nr 7 „Komora laminarna” – przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa oraz dwóch (2) komór laminarnych, spełniających wymagania określone w pkt 7 OPZ.
- 2.3 Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub większej ilości części.
- 2.4 Kod CPV
38000000-5–Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).
- 2.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
- 2.6 Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

3. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia, liczony jest od dnia zawarcia umowy i wynosi dla poszczególnych części:
 - 4.1.1 część nr 1 „Wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym” - do 8 tygodni od udzielenia zamówienia;
 - 4.1.2 część nr 2 „Młynek wsadowy z zestawem ściernym” - do 8 tygodni od udzielenia zamówienia;
 - 4.1.3 część nr 3 „Rotator z platformą” - do 8 tygodni od udzielenia zamówienia;
 - 4.1.4 część nr 4 „Blok grzewczy, aluminiowy z zestawem suchych bloków grzewczych” - do 8 tygodni od udzielenia zamówienia;
 - 4.1.5 część nr 5 „Waga” - do 8 tygodni od udzielenia zamówienia;
 - 4.1.6 część nr 6 „Gęstościomierz, myjka, suszarka” - do 8 tygodni od udzielenia zamówienia;
 - 4.1.7 część nr 7 „Komora laminarna” - do 4 tygodni od udzielenia zamówienia.

5. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- 5.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w:
 - 5.1.1 art. 108 ust. 1 ustawy;
 - 5.1.2 art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy;
 - 5.1.3 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).
- 5.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona następujących środków dowodowych:
 - 5.2.1 **Oświadczenia wykonawcy**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
 - 5.2.2 **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- 5.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji, o których mowa pkt 5.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- 5.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy zasoby wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- 5.5 Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.3 - 5.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5.6 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, których mowa w pkt 5.3 - 5.4, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia odpowiednio dokumentów określonych w pkt 5.2 - 5.4.
- 5.8 Zamawiający dokona weryfikacji wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy w na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.

- 5.9 Zamawiający dokona weryfikacji wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2.3 oraz informacji zawartych w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, a także informacji zawartych w ogólnodostępnych bazach danych, w szczególności:
- 5.9.1 listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 - 5.9.2 Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
 - 5.9.3 rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - 5.9.4 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia.

- 6.1 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- 6.1.1 w przypadku złożenia oferty do części nr 1 „Wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym” - wykonał co najmniej jedną dostawę wirówek laboratoryjnych lub innych urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 zł;
 - 6.1.2 w przypadku złożenia oferty do części nr 2 „Młynek wsadowy z zestawem ściernym”- wykonał co najmniej jedną dostawę młynków wsadowych lub innych urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł;
 - 6.1.3 w przypadku złożenia oferty do części nr 3 „Rotator z platformą”- wykonał co najmniej jedną dostawę rotatorów lub innych urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł;
 - 6.1.4 w przypadku złożenia oferty do części nr 4 „Blok grzewczy, aluminiowy z zestawem suchych bloków grzewczych”- wykonał co najmniej jedną dostawę bloków grzewczych lub innych urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 zł;
 - 6.1.5 w przypadku złożenia oferty do części nr 5 „Waga”- wykonał co najmniej jedną dostawę wraz wag lub innych urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł;
 - 6.1.6 w przypadku złożenia oferty do części nr 6 „Gęstościomierz, myjka, suszarka”- wykonał co najmniej jedną dostawę gęstościomierzy, myjek, suszarek lub innych urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 zł;
 - 6.1.7 w przypadku złożenia oferty do części nr 7 „Komora laminarna”- wykonał co najmniej jedną dostawę komór laminarnych lub innych urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł;
oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie.
- 6.2 Podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 6.1, którego Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona - **wykaz dostaw** wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

7. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- 8.1 Podstawowe informacje (nazwa postępowania oraz nr sprawy) oraz link do niniejszego postępowania zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <https://wielkopolska.bip.policja.gov.pl>, natomiast dokumenty związane z publikacją i przebiegiem niniejszego postępowania (ogłoszenie i jego zmiany, SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami, zawiadomienia, informacje) zamieszczane będą na Platformie pod adresem wskazanym w pkt 1.4.
- 8.2 Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
- 8.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 8.4 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
- 8.5 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- 8.6 Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy, tj.:
- 8.6.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 8.6.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 8.6.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
 - 8.6.4 włączona obsługa JavaScript,
 - 8.6.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 8.6.6 szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
 - 8.6.7 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
- 8.7 Formaty plików wykorzystywanych do komunikacji z Zamawiającym -.pdf, .rtf, .doc, .docx .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**.
- 8.8 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający dopuszcza jeden z formatów: .zip lub 7Z. Skompresowane pliki w formacie .rar. **zostaną uznane za złożone nieskutecznie**.
- 8.9 Występują ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB(wielkość pliku po podpisaniu profilem zaufanym nie może być większa niż 10MB), oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
- 8.10 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 8.11 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

9. OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

- 9.1 W sprawach procedury – Dominika Wojnowska, e-mail: dominika.wojnowska@po.policja.gov.pl.
- 9.2 W zakresie przedmiotu zamówienia –Iwona Klockowska-Bialas, e-mail: iwona.klockowska-bialas@po.policja.gov.pl.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa w dniu **24.10.2024** r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 11.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
- 11.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu składania ofert następujące dokumenty i oświadczenia:
- 11.2.1 **Wypełniony formularz ofertowy**, o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ, który powinien być złożony w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.
- UWAGA: Część A formularza ofertowego musi być odpowiednio wypełniony pod rygorem odrzucenia oferty.**
- 11.2.2 **Pełnomocnictwo** do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:
- 11.2.2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,
- 11.2.2.2 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Pełnomocnictwo winno być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
- 11.2.3 **Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia**, o treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia wykonawcy na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w pkt 5.2. Oświadczenie winno być złożone osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy wspólnik spółki cywilnej albo każdy z członków konsorcjum składa oświadczenie we własnym zakresie. Oświadczenie to należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.
- 11.2.4 **Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu**, o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w pkt 6.2 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie to, składa każdy z wykonawców w takim zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Oświadczenie to należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.
- 11.3 Złożenie oferty:
- 11.3.1 Składanie ofert z załącznikami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt 1.4 i pod nazwą postępowania dostępną w tytule SWZ. Za datę i godzinę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 11.3.2 Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, wykonawca składa w oddzielnym pliku na Platformie.
- 11.3.3 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
- 11.3.4 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- 11.4 Wycofanie oferty.
Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 11.5 W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 11.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 11.7 Zamawiający, po upływie terminu składania ofert, a przed upływem terminu otwarcia ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwotach, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie.
- 11.8 Oferta złożona po terminie składania ofert, określonym w pkt 12.1, podlega odrzuceniu.
- 11.9 Regulamin korzystania z Platformy znajduje się pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>.
- 11.10 Wymagania techniczne i organizacyjne Platformy zostały wskazane w pkt 8.6.
- 11.11 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 12.1 Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie pod adresem wskazanym w pkt 11.3.1, przy czym termin składania ofert upływa w dniu **25.09.2024** r., o godzinie **10:00**.
- 12.2 Otwarcie ofert, poprzez ich automatyczne odszyfrowanie na Platformie, nastąpi w dniu **25.09.2024** r. o godz. **10:30**.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 13.1 Ceną oferty w danej części jest wartość brutto określona dla tej części.
- 13.2 Wykonawca obliczy wartość brutto wg poniżej określonych wzorów:

$$I \times C_j = K_n$$

gdzie: I - ilość
 C_j - cena jednostkowa netto
 K_n - kwota netto

$$\text{dla części nr od 1, 2, 3, 4, 7 - } K_n + \text{VAT} = W_b$$

$$\text{dla części nr 5, 6 - } K_n + \text{VAT} = K_b$$

gdzie: K_n - kwota netto
 VAT - kwota podatku VAT obliczona wg stawki wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym
 K_b - kwota brutto
 W_b - wartość brutto

$$\text{dla części nr od 5, 6 - } W_b = \sum K_b$$

gdzie: K_b - wartość brutto
 \sum - suma
 K_b - kwota brutto

- 13.3 Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności podatek akcyzowy, podatek VAT oraz koszty obsługi handlowej.
- 13.4 Cena oferty winna być podana cyfrowo w odpowiednim miejscu formularza ofertowego - załącznik nr 2 do SWZ.
- 13.5 Cena może być tylko jedna.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 14.1 Kryteria oceny oferty – wspólne dla wszystkich części.
- 14.1.1 Kryterium „Cena”, w którym wykonawca może otrzymać 60 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt.
Obliczenie punktów w kryterium „Cena” dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

$$C = (C_{\min} / C_x) \times 60$$

- gdzie: C - liczba punktów w „Cena”
 C_{\min} - najniższa cena spośród złożonych ofert
 C_x - cena oferty badanej

- 14.1.2 Kryterium „Okres gwarancji”, w którym wykonawca może otrzymać 40 pkt. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowanemu w formularzu ofertowym okresowi gwarancji zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

Okres gwarancji w miesiącach	Liczba punktów
24-35 miesięcy	0
36-47 miesięcy	20
≥ 48 miesięcy	40

- 14.1.3 Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach określonych w pkt. 14.1.1 oraz 14.1.2 zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem:

$$O = C + G$$

- gdzie: O - łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach
 C - liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena”
 G - Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

- 14.2 Sposób oceny ofert.

- 14.2.1 Zamawiający w danej części będzie ocenił oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy.
 14.2.2 Oferta, która w oparciu o kryteria określone w pkt 14.1 uzyska w danej części największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyniki zostaną przedstawione z dokładnością do 0,01.
 14.2.3 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje mechanizm wyboru najkorzystniejszej oferty określony w art. 248 oraz art. 251 ustawy.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 15.1 Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 15.2 Jeżeli umowę będzie podpisywać osoba lub osoby nie będące upoważnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestracyjnych, wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem, przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez dane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty.

16. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- 16.1 Z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:
 16.1.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
 16.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt 16.1.1, jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta.
 16.2 Umowa o zamówienie publiczne dla danej części zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.
 16.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowania na podstawie art. 255 ustawy.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

18.3 W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

18.3.1 Odwołanie.

18.3.1.1 Odwołanie przysługuje na:

18.3.1.1.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

18.3.1.1.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

18.3.1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3.1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

18.3.1.4 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.3.1.5 Odwołanie wnosi się w terminie:

18.3.1.5.1 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

18.3.1.5.2 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 18.3.1.5.1.

18.3.1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

18.3.1.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.3.1.5 i pkt 18.3.1.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.3.1.8 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

18.3.1.8.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

18.3.1.8.2 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

18.3.2 Skarga do sądu.

18.3.2.1 Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.3.2.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

18.3.2.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18.3.2.4 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO¹

- 19.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- 19.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;
 - 19.1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest mł. insp. Wojciech Sobczak – tel. 47 77 153 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl;
 - 19.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu** o numerze referencyjnym **ZPP.2380.66.2024**.
 - 19.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
 - 19.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 4 lata licząc od dnia podpisania umowy. Okresy te dotyczą również danych osobowych zawartych w ofertach wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
 - 19.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 19.1.7 konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 - 19.1.8 posiada Pani/Pan:
 - 19.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - 19.1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²,
 - 19.1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³,
 - 19.1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 19.1.9 nie przysługuje Pani/Panu:
 - 19.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - 19.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 19.1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 19.2 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
- 19.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

19.4 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu.

20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ

- | | | |
|----------------|---|---|
| Załącznik nr 1 | - | Opis przedmiotu zamówienia dla danej części |
| Załącznik nr 2 | - | Formularz ofertowy dla części nr 1 do 7 |
| Załącznik nr 3 | - | Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 4 | - | Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 5 | - | Projekt umowy dla części nr 1 do 7 |

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części od 1 do 7

1. Część nr 1: Wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym – 3 szt.

- 1.1 Wymagania szczegółowe (parametry wirówki):
 - 1.1.1 fabrycznie nowa wirówka z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 - 1.1.2 wirówka musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230V/50-60 Hz;
 - 1.1.3 wirówka musi pracować w zakresie obrotów od 90obr/min do 6000obr/min lub większym;
 - 1.1.4 wirówka musi posiadać wyświetlacz graficzny LCD wyświetlający komunikaty w języku polskim;
 - 1.1.5 wirówka musi posiadać co najmniej dwa tryby ekranu - uproszczony i standardowy;
 - 1.1.6 wirówka musi sygnalizować stan pracy wizualnie i dźwiękowo;
 - 1.1.7 wirówka musi posiadać możliwość wprowadzenia co najmniej 100 programów użytkownika;
 - 1.1.8 wirówka musi posiadać co najmniej 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania;
 - 1.1.9 wirówka musi posiadać zliczanie czasu od naciśnięcia przycisku start lub od osiągnięcia zadanej prędkości;
 - 1.1.10 wirówka musi posiadać zliczanie czasu rosnąco lub malejąco;
 - 1.1.11 wirówka musi posiadać tryb pracy ciągłej;
 - 1.1.12 wirówka musi posiadać możliwość zmiany parametrów podczas wirowania;
 - 1.1.13 wirówka musi posiadać automatyczną identyfikację wirnika;
 - 1.1.14 wirówka musi posiadać automatyczne otwieranie pokrywy;
 - 1.1.15 wirówka musi posiadać komorę wirowania wykonaną ze stali nierdzewnej;
 - 1.1.16 wirówka musi posiadać blokadę pokrywy podczas wirowania, blokadę startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy;
 - 1.1.17 wymiary wirówki nie mogą być większe niż – długość 500mm, szerokość 400mm, wysokość 320mm (600mm z otwartą pokrywą).
- 1.2 Dodatkowe wyposażenie:
 - 1.2.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
 - 1.2.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
 - 1.2.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
 - 1.2.4 w ramach umowy wykonawca musi dokonać uruchomienia wirówki;
 - 1.2.5 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - 1.2.6 wykonawca musi dostarczyć kompatybilny, nowy wirnik kątowy (kął 30°) z miejscem na 30 probówek o pojemności od 5 do 15 ml. Do wirnika musi być dołączony komplet kompatybilnych pojemników Ø13-17mm x 70-120mm oraz komplet podkładek redukujących głębokość i wkładek redukujących średnicę.
- 1.3 Inne wymagania:
 - 1.3.1 urządzenie i wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
 - 1.3.2 urządzenie i wyposażenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
 - 1.3.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkownika z zakresu obsługi sprzętu, w wersji papierowej w języku polskim;
 - 1.3.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim.
- 1.4 Gwarancja:
 - 1.4.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
 - 1.4.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
 - 1.4.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
 - 1.4.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
 - 1.4.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
 - 1.4.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
 - 1.4.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;

- 1.4.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

2. Część nr 2: Młynek wsadowy z zestawem ściernym – 6 szt.

2.1 Wymagania szczegółowe (parametry młynka):

- 2.1.1 fabrycznie nowy młynek wsadowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
- 2.1.2 młynek musi posiadać mechanizm tnąco-udarowy;
- 2.1.3 mielenie i homogenizacja suchych substancji średnio-twardych, twardych i kruchych;
- 2.1.4 młynek musi posiadać co najmniej jedno stanowisko na komorę mielącą;
- 2.1.5 młynek musi mieć możliwość mielenia substancji o maksymalnej masie nie mniejszej niż 35 gram;
- 2.1.6 młynek musi posiadać czytelny wyświetlacz elektroniczny z wieloma wersjami językowymi pokazujący aktualny status mielenia;
- 2.1.7 młynek musi posiadać łatwą obsługę za pomocą klawiatury dotykowej;
- 2.1.8 młynek musi posiadać w pełni elektroniczną kontrolę czasu oraz prędkości mielenia;
- 2.1.9 młynek musi posiadać różne tryby pracy;
- 2.1.10 młynek musi mieć system mielenia interwałowego;
- 2.1.11 młynek musi umożliwiać mielenie w zakresie programowanym od 5 s do 2 min lub większym;
- 2.1.12 młynek musi posiadać bezstopniową regulację prędkości z zakresem obrotów minimum od 5000 do 20 000 obr./min lub większą;
- 2.1.13 młynek musi posiadać wskaźnik kodów błędów;
- 2.1.14 młynek musi posiadać zabezpieczenie przed otwarciem komory mielenia podczas pracy urządzenia;
- 2.1.15 młynek musi posiadać w zestawie kompatybilne, co najmniej jedno naczynko mielące wielokrotnego użytku o pojemności max. 40 ml oraz niezbędny wymienny nóż, uszczelkę i sprzęgło napędowe;
- 2.1.16 części mielące młynka muszą być wykonane z czystych analitycznie materiałów;
- 2.1.17 młynek musi posiadać naczynko mielące wraz z narzędziem skrawającym wykonane z materiałów odpornych na ich czyszczenie z użyciem wody i rozpuszczalników organicznych (metanol, etanol);
- 2.1.18 młynek musi posiadać możliwość nie wymagającego nakładu pracy, czasu oraz narzędzi demontażu/wymiany naczynek mielących;
- 2.1.19 młynek musi posiadać obudowę pyłoszczelną;
- 2.1.20 młynek musi posiadać konstrukcję zapobiegającą zewnętrznym kontaminacjom próbki;
- 2.1.21 młynek musi cicho pracować;
- 2.1.22 młynek musi posiadać minimalną moc wejściową silnika 100 W;
- 2.1.23 maksymalne wymiary młynka (szer. × wys. × gł.) 190 x 190 x 300 mm;
- 2.1.24 ciężar młynka nie może być większy niż 3 kg;
- 2.1.25 wykonawca musi dostarczyć zestaw narzędzi do obsługi młynka;
- 2.1.26 młynek musi być zasilany prądem przemiennym (AC) 230 V/50-60 Hz.

2.2 Dodatkowe wyposażenie:

- 2.2.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
- 2.2.2 w przypadku zakupu 6 sztuk młynków wykonawca musi dostarczyć co najmniej 3 dodatkowe, kompatybilne naczynka mielące wielokrotnego użytku o pojemności max. 40 ml wraz z niezbędnym wymiennym nożem, uszczelką i sprzęgłem napędowym w każdym naczynku;
- 2.2.3 w przypadku zakupu 6 sztuk młynków wykonawca musi dostarczyć 3 zestawy części wymiennych składających się z: 100 uszczelek, 5 bijaków, 5 złączek;
- 2.2.4 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
- 2.2.5 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
- 2.2.6 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3 Inne wymagania:

- 2.3.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
- 2.3.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
- 2.3.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkownika z zakresu obsługi sprzętu w wersji papierowej w języku polskim;
- 2.3.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim.

2.4 Gwarancja:

- 2.4.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
- 2.4.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
- 2.4.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
- 2.4.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
- 2.4.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
- 2.4.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
- 2.4.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
- 2.4.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

3. Część nr 3: Rotator z platformą – 5 kpl.

3.1 Wymagania szczegółowe (parametry wytrząsarki - rotatora):

- 3.1.1 fabrycznie nowa wytrząsarka (rotator) z niezbędnym oprzyrządowaniem;
- 3.1.2 wytrząsarka (rotator) musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230V/50-60Hz;
- 3.1.3 wytrząsarka (rotator) musi posiadać mikroprocesorową kontrolę ruchu;
- 3.1.4 wytrząsarka (rotator) musi posiadać wskaźnik programatora czasowego;
- 3.1.5 wytrząsarka (rotator) musi posiadać wskaźnik kodu błędów;
- 3.1.6 wytrząsarka (rotator) musi mieć możliwość pracy platformy w ruchu obrotowym wokół osi (360°) z możliwością regulacji czasu od co najmniej 1 sekundy do 250 sekund oraz w trybie ciągłym z prędkością co najmniej od 1 do 100 obr/min;
- 3.1.7 wytrząsarka (rotator) musi mieć możliwość pracy platformy w kierunku zmiennym w stosunku do płaszczyzny pionowej w zakresie co najmniej od 1° do 90° z możliwością regulacji czasu od co najmniej 1 sekundy do 250 sekund oraz w trybie ciągłym z prędkością co najmniej od 1 do 100 obr/min;
- 3.1.8 wytrząsarka (rotator) musi mieć możliwość pracy platformy w ruchu wibrującym wykonywanym wraz z ruchem obrotowym zwrotnym. Kąt ruchu wibrującego musi się mieścić w zakresie obrotu od co najmniej 1° do co najmniej 5° w czasie od co najmniej 1 sekundy do co najmniej 5 sekund;
- 3.1.9 wytrząsarka (rotator) musi mieć możliwość regulacji czasu pracy od co najmniej 1 minuty do co najmniej 24 godzin oraz posiadać tryb pracy ciągłej;
- 3.1.10 wytrząsarka (rotator) musi mieć możliwość zmiany czasu podczas pracy oraz kontroli nad etapami mieszania;
- 3.1.11 wytrząsarka (rotator) musi mieć odliczanie wsteczne;
- 3.1.12 wytrząsarka (rotator) musi posiadać odporność na organiczne odczynniki chemiczne (m.in. metanol, toluen) oraz posiadać łatwość czyszczenia w przypadku rozlania próbek;
- 3.1.13 wytrząsarka (rotator) musi posiadać możliwość nie wymagającego nakładu pracy, czasu oraz narzędzi demontażu/wymiany platform do próbek.

3.2 Dodatkowe wyposażenie:

- 3.2.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
- 3.2.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
- 3.2.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
- 3.2.4 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem;
- 3.2.5 wykonawca musi dostarczyć platformę przeznaczoną dla co najmniej 48 próbek o średnicy do 15mm (1,5 – 15ml) kompatybilną z wytrząsarką (rotatorem).

3.3 Inne wymagania:

- 3.3.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
- 3.3.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
- 3.3.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania z zakresu obsługi sprzętu, w wersji papierowej w języku polskim;

- 3.3.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim.
- 3.4 Gwarancja:
- 3.4.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia ;
- 3.4.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
- 3.4.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
- 3.4.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
- 3.4.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
- 3.4.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
- 3.4.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
- 3.4.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

4. Część nr 4: Blok grzewczy, aluminiowy z zestawem suchych bloków grzewczych – 4 kpl.

- 4.1 Wymagania szczegółowe (parametry termobloku):
- 4.1.1 fabrycznie nowy termoblok wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
- 4.1.2 termoblok musi posiadać co najmniej podwójny, aluminiowy blok grzejny;
- 4.1.3 materiał płyty roboczej musi być wykonany ze stopu aluminium;
- 4.1.4 termoblok musi posiadać czytelny wyświetlacz elektroniczny umożliwiający precyzyjną regulację temperatury w niewielkich naczyniach;
- 4.1.5 termoblok musi posiadać łatwą obsługę za pomocą klawiatury dotykowej;
- 4.1.6 termoblok musi mieć dołączony w komplecie czujnik temperatury, ułatwiający pomiar ciepła bezpośrednio w naczyniu z próbką;
- 4.1.7 termoblok musi posiadać bezstopniową regulację temperatury od +5°C do poziomu minimum 110°C lub wyższą;
- 4.1.8 termoblok musi posiadać możliwość ustawienie czasu grzania (zakresu czasu nadanego) od 1 minuty do 50 godzin lub więcej;
- 4.1.9 termoblok musi wskazywać czas ogrzewania (wskaźnik temperatury);
- 4.1.10 termoblok musi posiadać prędkość ogrzewania min. 4 K/min;
- 4.1.11 termoblok musi mieć odliczanie wsteczne;
- 4.1.12 termoblok musi posiadać wskaźnik kodów błędów;
- 4.1.13 termoblok musi posiadać dźwiękową sygnalizację zakończenia badania/wygrzewania;
- 4.1.14 moc grzewcza termobloku min. 400W;
- 4.1.15 termoblok musi posiadać możliwość nie wymagającego nakładu pracy, czasu oraz narzędzi demontażu/wymiany wkładów/bloków grzejnych;
- 4.1.16 urządzenie musi zostać dostarczone kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem;
- 4.1.17 koszt dostawy i instalacji pokrywa Wykonawca;
- 4.1.18 wykonawca musi dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
- 4.1.19 wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim (ewentualnie w języku angielskim);
- 4.1.20 maksymalne wymiary urządzenia 155 x 75 x 310 mm;
- 4.1.21 maksymalne wymiary płyty grzewczej 96 x152 mm;
- 4.1.22 termoblok musi być zasilany prądem przemiennym (AC) 230 V/50-60 Hz.
- 4.2 Dodatkowe wyposażenie:
- 4.2.1 wraz z termoblokami wykonawca musi dostarczyć wymienne wkłady/bloki grzewcze:
- 4.2.1.1 podwójny blok grzewczy, 96 lub 384 dołkowa płytka – co najmniej 4 sztuki;
- 4.2.1.2 pojedynczy blok grzewczy, do próbek 1,5/15/50 ml - co najmniej 1 szuka;
- 4.2.1.3 pojedynczy blok grzewczy, do fiolek 12 mm (średnica otworu 12,7 mm) - co najmniej 1 szuka;

- 4.2.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
 - 4.2.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
 - 4.2.4 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 4.3 Inne wymagania:
- 4.3.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
 - 4.3.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
 - 4.3.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania z zakresu obsługi sprzętu w wersji papierowej w języku polskim;
 - 4.3.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim.
- 4.4 Gwarancja:
- 4.4.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
 - 4.4.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
 - 4.4.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
 - 4.4.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
 - 4.4.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
 - 4.4.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
 - 4.4.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
 - 4.4.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

5. Część nr 5: Wagi

Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,01g – 4 szt.

- 5.1 Wymagania szczegółowe (parametry wagi):
- 5.1.1 fabrycznie nowa waga z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 - 5.1.2 waga musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230V/50-60Hz – dopuszczalne zasilanie za pośrednictwem oryginalnego, nowego, stanowiącego wyposażenie wagi zasilacza;
 - 5.1.3 waga musi posiadać zakres ważenia od co najmniej 0,05g do co najmniej 4100 gram przy dokładności odczytu co najmniej $d=0,01g$, $e=0,1g$;
 - 5.1.4 waga musi posiadać wyświetlacz cyfrowy posiadający co najmniej odczyt pomiaru, wskaźnik stabilnego odczytu;
 - 5.1.5 waga musi posiadać regulowane, gumowe nóżki i wskaźnik wypoziomowania;
 - 5.1.6 waga musi posiadać legalizację;
 - 5.1.7 waga musi posiadać czas stabilizacji wskazania nie dłuższy niż 2 sekundy;
 - 5.1.8 waga musi posiadać szalkę ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 175mm;
 - 5.1.9 waga musi posiadać możliwość ważenia pod wagą (hak);
 - 5.1.10 waga musi posiadać interfejs RS232;
 - 5.1.11 waga musi zapewniać możliwość pracy w temperaturze od co najmniej 15°C do co najmniej 30°C;
 - 5.1.12 waga musi posiadać możliwość odczytu masy co najmniej w gramach i kilogramach;
 - 5.1.13 waga musi posiadać możliwość manualnego tarowania;
 - 5.1.14 waga musi posiadać automatyczną kalibrację wewnętrzną za pomocą wbudowanego wzorca masy.
- 5.2 Dodatkowe wyposażenie:
- 5.2.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
 - 5.2.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
 - 5.2.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
 - 5.2.4 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.3 Inne wymagania:

- 5.3.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
- 5.3.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
- 5.3.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania z zakresu obsługi sprzętu, w wersji papierowej w języku polskim;
- 5.3.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim;
- 5.3.5 wykonawca w ramach zakupu zobowiązuje się dokonać wzorcowania wagi;
- 5.3.6 wykonawca musi dostarczyć świadectwo wzorcowania i legalizacji wystawione na zamawiającego.

5.4 Gwarancja:

- 5.4.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
- 5.4.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
- 5.4.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
- 5.4.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
- 5.4.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
- 5.4.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
- 5.4.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
- 5.4.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Waga analityczna z dokładnością do 0,0001g – 2 szt.

5.5 Wymagania szczegółowe (parametry wagi):

- 5.5.1 fabrycznie nowa waga z niezbędnym oprzyrządowaniem;
- 5.5.2 waga musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230V/50-60Hz – dopuszczalne zasilanie za pośrednictwem oryginalnego, nowego, stanowiącego wyposażenie wagi zasilacza;
- 5.5.3 waga musi posiadać zakres ważenia od co najmniej 0,01g do co najmniej 220gram przy dokładności odczytu co najmniej 0,1mg;
- 5.5.4 waga musi posiadać wyświetlacz cyfrowy posiadający co najmniej odczyt pomiaru, wskaźnik stabilnego odczytu;
- 5.5.5 waga musi posiadać regulowane, gumowe nóżki i wskaźnik wypoziomowania;
- 5.5.6 waga musi posiadać legalizację;
- 5.5.7 waga musi posiadać czas reakcji nie dłuższy niż 0,2 sekundy;
- 5.5.8 waga musi posiadać czas stabilizacji nie dłuższy niż 1 sekundę;
- 5.5.9 waga musi posiadać szalkę ze stali nierdzewnej o średnicy nie większej niż 95 mm;
- 5.5.10 waga musi posiadać powtarzalność nie gorszą niż 0,1mg oraz odchylenie liniowości nie gorsze niż 0,2 mg;
- 5.5.11 waga musi posiadać zakres tarowania (odejmowania) nie mniejszy niż -120 g;
- 5.5.12 waga musi zapewniać możliwość pracy w temperaturze od co najmniej 15°C do co najmniej 30°C;
- 5.5.13 waga musi posiadać możliwość odczytu masy co najmniej w gramach i miligramach;
- 5.5.14 waga musi posiadać możliwość manualnego tarowania;
- 5.5.15 waga musi posiadać automatyczną kalibrację wewnętrzną za pomocą wbudowanego wzorca masy;
- 5.5.16 waga musi posiadać komorę (osłonę) z otwieranymi drzwiczkami o wysokości co najmniej 20cm.

5.6 Dodatkowe wyposażenie:

- 5.6.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
- 5.6.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
- 5.6.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
- 5.6.4 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.7 Inne wymagania:

- 5.7.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
- 5.7.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
- 5.7.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania z zakresu obsługi sprzętu, w wersji papierowej w języku polskim;
- 5.7.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim;
- 5.7.5 wykonawca w ramach zakupu zobowiązuje się dokonać wzorcowania wagi;
- 5.7.6 wykonawca musi dostarczyć świadectwo wzorcowania i legalizacji wystawione na Zamawiającego.

5.8 Gwarancja:

- 5.8.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
- 5.8.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
- 5.8.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
- 5.8.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
- 5.8.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
- 5.8.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny do odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
- 5.8.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
- 5.8.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Waga platformowa – 1 szt.

5.9 Wymagania szczegółowe (parametry wagi):

- 5.9.1 fabrycznie nowa waga z niezbędnym oprzyrządowaniem;
- 5.9.2 waga musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230V/50-60Hz – dopuszczalne zasilanie za pośrednictwem oryginalnego, nowego, stanowiącego wyposażenie wagi zasilacza;
- 5.9.3 waga musi posiadać zakres ważenia od co najmniej 2,5g do co najmniej 100kg z powtarzalnością do najmniej $\pm 2d$;
- 5.9.4 waga musi posiadać wyświetlacz cyfrowy umieszczony na kolumnie ze stali malowanej proszkowo, posiadający co najmniej odczyt pomiaru, wskaźnik stabilnego odczytu;
- 5.9.5 waga musi posiadać uchwyt transportowy;
- 5.9.6 waga musi posiadać regulowane nóżki i wskaźnik wypoziomowania;
- 5.9.7 waga musi posiadać legalizację;
- 5.9.8 waga musi posiadać czas stabilizacji wskazania nie dłuższy niż 2 sekundy;
- 5.9.9 waga musi posiadać szalkę z tworzywa ABS;
- 5.9.10 waga musi posiadać interfejs RS232 i USB;
- 5.9.11 waga musi mieć zakres temperatur roboczych od co najmniej -10°C do co najmniej 40°C;
- 5.9.12 waga musi posiadać możliwość odczytu masy co najmniej w gramach i kilogramach;
- 5.9.13 waga musi posiadać możliwość manualnego tarowania;
- 5.9.14 waga musi posiadać automatyczną kalibrację wewnętrzną za pomocą wbudowanego wzorca masy.

5.10 Dodatkowe wyposażenie:

- 5.10.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
- 5.10.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
- 5.10.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
- 5.10.4 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.11 Inne wymagania:

- 5.11.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;

- 5.11.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
 - 5.11.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania z zakresu obsługi sprzętu, w wersji papierowej w języku polskim;
 - 5.11.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim;
 - 5.11.5 wykonawca w ramach zakupu zobowiązuje się dokonać wzorcowania wagi;
 - 5.11.6 wykonawca musi dostarczyć świadectwo wzorcowania i legalizacji wystawione na Zamawiającego.
- 5.12 Gwarancja:
- 5.12.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
 - 5.12.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
 - 5.12.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
 - 5.12.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
 - 5.12.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
 - 5.12.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
 - 5.12.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
 - 5.12.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

6. Część nr 6: Gęstościomierz, myjka, suszarka

Gęstościomierz – 1 szt.

- 6.1 Wymagania szczegółowe (parametry gęstościomierza):
- 6.1.1 fabrycznie nowy gęstościomierz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 - 6.1.2 gęstościomierz musi być zasilany wymiowymi akumulatorami litowo - jonowymi z możliwością ładowania za pomocą ładowarki zasilanej prądem przemiennym (AC) 230V/50-60Hz;
 - 6.1.3 gęstościomierz musi mieć zakres pomiarowy od 0,000g/cm³ do co najmniej 3,000 g/cm³;
 - 6.1.4 gęstościomierz musi mieć dokładność co najmniej $\pm 0,001$ g/cm³;
 - 6.1.5 gęstościomierz musi mieć powtarzalność co najmniej $\pm 0,0005$ g/cm³;
 - 6.1.6 gęstościomierz musi mieć rozdzielczość co najmniej 0,0001g/cm³;
 - 6.1.7 gęstościomierz musi mieć możliwość pomiaru próbki w zakresie jej temperatury od co najmniej 0°C do co najmniej 50°C;
 - 6.1.8 gęstościomierz musi posiadać następujące skale pomiarowe: gęstość, ciężar właściwy etanol (alkohol), H₂SO₄, stężenie zdefiniowane przez użytkownika;
 - 6.1.9 gęstościomierz musi posiadać automatyczną kompensację temperatury oraz za pomocą zdefiniowanego przez użytkownika współczynnika korekcji temperatury;
 - 6.1.10 gęstościomierz musi mieć możliwość dokonania pomiaru dla co najmniej 2ml próbki;
 - 6.1.11 gęstościomierz musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 30 metod;
 - 6.1.12 gęstościomierz musi posiadać pamięć dla co najmniej 1100 wyników;
 - 6.1.13 gęstościomierz musi posiadać kolorowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 2,4 cala wyświetlający komunikaty w języku polskim;
 - 6.1.14 obsługa gęstościomierza musi być dokonywana za pomocą przycisków i/lub joysticka;
 - 6.1.15 gęstościomierz musi posiadać co najmniej złącza USB i RFID;
 - 6.1.16 gęstościomierz musi posiadać rurkę próbnika o długości co najmniej 190mm.
- 6.2 Dodatkowe wyposażenie:
- 6.2.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
 - 6.2.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
 - 6.2.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
 - 6.2.4 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem;

- 6.2.5 w przypadku zakupu gęstościomierza wykonawca musi dostarczyć 5 szt. kompatybilnych, nowych rurek próbnika o długości co najmniej 190mm.
- 6.3 Inne wymagania:
 - 6.3.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
 - 6.3.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
 - 6.3.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkownika z zakresu obsługi sprzętu, w wersji papierowej w języku polskim;
 - 6.3.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim.
- 6.4 Gwarancja:
 - 6.4.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
 - 6.4.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
 - 6.4.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
 - 6.4.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
 - 6.4.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
 - 6.4.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
 - 6.4.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
 - 6.4.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Myjka ultradźwiękowa – 2 szt.

- 6.5 Wymagania szczegółowe (parametry myjki ultradźwiękowej):
 - 6.5.1 fabrycznie nowa myjka ultradźwiękowa z ogrzewaniem wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 - 6.5.2 wymiary zewnętrzne urządzenia max.– 580x580x400 mm;
 - 6.5.3 wymiary wewnętrzne wanny max. – 300x400x300 mm;
 - 6.5.4 pojemność wanny co najmniej 28 litrów;
 - 6.5.5 wanna i obudowa myjki musi być wykonana z stali szlachetnej, trwałej i łatwej w eksploatacji;
 - 6.5.6 zastosowanie do mycia szkła i sprzętu laboratoryjnego wymagającego wysokiej klasy czystości powierzchni;
 - 6.5.7 wanna myjki musi być spawana ze stali szlachetnej o grubości min. 1,5 mm;
 - 6.5.8 myjka musi posiadać wygodne uchwyty do przenoszenia;
 - 6.5.9 myjka musi posiadać efektywne przetworniki piezoceramiczne typu Sandwich ;
 - 6.5.10 myjka musi posiadać zawór/-y spustowe wraz z wężem/-mi odprowadzającymi wodę;
 - 6.5.11 myjka generatora ultradźwięków co najmniej (max/okres) 2X700 W;
 - 6.5.12 myjka musi posiadać częstotliwość ultradźwięków na poziome co najmniej 40 kHz;
 - 6.5.13 moc układu grzania co najmniej 800 W;
 - 6.5.14 myjka musi posiadać układ czasowy pozwalający na samoczynne wyłączenie generatora po upływie zadanego czasu;
 - 6.5.15 myjka musi posiadać regulator temperatury sterujący procesem grzania;
 - 6.5.16 myjka musi posiadać regulowany zakres temperatury w zakresie co najmniej 30-80 °C;
 - 6.5.17 myjka musi posiadać układ czasowy co najmniej 1-30min;
 - 6.5.18 myjka musi posiadać łatwą obsługę;
 - 6.5.19 myjka musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230 V/50-60 Hz;
 - 6.5.20 urządzenie musi zostać dostarczone kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
- 6.6 Dodatkowe wyposażenie:
 - 6.6.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;
 - 6.6.2 myjka musi posiadać kompatybilny kosz do myjki ze stali szlachetnej;
 - 6.6.3 myjka musi posiadać przykrywkę/pokrywkę ze stali szlachetnej, z izolacją termiczną i akustyczną;

- 6.6.4 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
 - 6.6.5 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
 - 6.6.6 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 6.7 Inne wymagania:
- 6.7.1 urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
 - 6.7.2 urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
 - 6.7.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkownika z zakresu obsługi sprzętu w wersji papierowej w języku polskim;
 - 6.7.4 trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim.
- 6.8 Gwarancja:
- 6.8.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
 - 6.8.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
 - 6.8.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
 - 6.8.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
 - 6.8.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
 - 6.8.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
 - 6.8.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
 - 6.8.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Suszarka laboratoryjna – 1 szt.

- 6.9 Wymagania szczegółowe (parametry suszarki):
- 6.9.1 fabrycznie nowa suszarka z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 - 6.9.2 suszarka musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230V/50-60Hz;
 - 6.9.3 suszarka musi posiadać komorę o pojemności co najmniej 53 litry;
 - 6.9.4 suszarka musi mieć możliwość grzania w zakresie temperatur od co najmniej 5°C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 300°C;
 - 6.9.5 suszarka musi posiadać podwójny wyświetlacz TFT z komunikatami w języku polskim lub angielskim;
 - 6.9.6 suszarka musi posiadać cyfrowy licznik wsteczny z ustawieniem czasu docelowego, regulowany od co najmniej 1 minuty do co najmniej 99 dni;
 - 6.9.7 suszarka musi posiadać dostosowanie rozkładu mocy grzewczej górnego i dolnego obiegu grzewczego w zakresie od -50% do +50% lub lepszym;
 - 6.9.8 suszarka musi posiadać funkcję rozpoczęcia procesu, dopóki nie zostanie osiągnięta ustawiona zadana temperatura;
 - 6.9.9 suszarka musi posiadać możliwość regulacji klap powietrza;
 - 6.9.10 suszarka musi posiadać regulację i odczyt temperatury w stopniach Celsjusza;
 - 6.9.11 suszarka musi posiadać naturalną konwekcję powietrza;
 - 6.9.12 suszarka musi posiadać dokładność ustawienia temperatury do co najmniej 0,1°C w zakresie do 99,9°C i do co najmniej 0,5°C od 100°C;
 - 6.9.13 suszarka musi posiadać całkowicie izolowane drzwi ze stali nierdzewnej z co najmniej 2-punktowym zamknięciem;
 - 6.9.14 suszarka musi posiadać łatwe do czyszczenia wnętrza, wykonane ze stali nierdzewnej;
 - 6.9.15 suszarka musi posiadać alarmowanie wizualne i akustyczne w razie wystąpienia błędu;
 - 6.9.16 wymiary suszarki nie mogą przekraczać - 590mm x 520mm x 795mm (szerokość x głębokość x wysokość).
- 6.10 Dodatkowe wyposażenie:
- 6.10.1 wykonawca musi dostarczyć zestaw niezbędnych do pracy narzędzi;

- 6.10.2 najpóźniej w dniu dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;
 - 6.10.3 koszt dostawy pokrywa wykonawca;
 - 6.10.4 oferowany sprzęt musi być kompletny, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - 6.10.5 w przypadku zakupu suszarki wykonawca musi dostarczyć kompatybilne, nowe, trzy półki ze stali nierdzewnej perforowanej oraz trzy kompatybilne, nowe kratki ze stali nierdzewnej.
- 6.11 Inne wymagania:
- 6.11.1 urządzenie i wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w 2024 r.;
 - 6.11.2 urządzenie i wyposażenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
 - 6.11.3 wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkownika z zakresu obsługi sprzętu, w wersji papierowej w języku polskim;
 - 6.11.4 w trakcie realizacji umowy, wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym musi odbywać się w języku polskim.
- 6.12 Gwarancja:
- 6.12.1 gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
 - 6.12.2 wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
 - 6.12.3 w okresie gwarancyjnym wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez wykonawcę;
 - 6.12.4 autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
 - 6.12.5 czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
 - 6.12.6 serwis gwarancyjny i naprawy należy dokonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca zobowiązany jest ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
 - 6.12.7 czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia w formie pisemnej;
 - 6.12.8 wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność serwisu części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

7. Część nr 7: Komora laminarna – 2 szt.

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodna z normą PN EN12469. Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostką.

- 7.1. Wymagania szczegółowe (parametry urządzenia) – urządzenie musi:
- 7.1.1. posiadać przestrzeń roboczą o wymiarach:
 - 7.1.1.1. szerokości obszaru roboczego min. 1500mm;
 - 7.1.1.2. głębokość transportowa maks. 795 mm;
 - 7.1.1.3. maksymalna szerokość zewnętrzna komory 1630 mm;
 - 7.1.1.4. wysokość ze stelażem: 2100 do 2170 mm + 30 mm;
 - 7.1.1.5. wysokość do blatu roboczego: 835 mm + 30 mm;
 - 7.1.2. system filtracji:
posiadać filtr główny oraz wylotowy HEPA H14 o skuteczności 99,995% dla cząstek $\geq 0,3 \mu\text{m}$.
 - 7.1.3. materiał wykonania:
posiadać wewnątrz obszaru roboczego wykonane z blachy stalowej, malowane elektrostacyjnie farbą antybakteryjną i chemoodporną, blat wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typu 14404, AISI/ASTM 316L;
 - 7.1.4. system ochrony użytkownika:
posiadać szybę ochronną wykonaną ze szkła bezpiecznie hartowanego nieprzepuszczalnego dla promieniowania UV;
 - 7.1.5. oświetlenie:
posiadać natężenie oświetlenia od 800 do 1700 lux;
 - 7.1.6. poziom hałasu:
posiadać poziom ciśnienia akustycznego mieszczący się w granicach 37-48 dB;
 - 7.1.7. zasilanie:
 - 7.1.7.1. posiadać zasilanie o sile 1N 230 V/50 Hz;

- 7.1.7.2. posiadać pobór mocy elektrycznej ok. 140 W (w trybie SUSPEND bez oświetlenia 34 W)
- 7.1.7.3. być wyposażone w autoprotect, czyli połączenie komory z zasilaniem awaryjnym UPS oraz odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym dalszą pracę i dający niezbędny czas na prawidłowe zabezpieczenie materiału badań;

7.1.8. dodatkowe funkcje:

- 7.1.8.1. posiadać możliwość poruszania elektrycznie szyby frontowej, która umieszczona jest pod kątem w stosunku do blatu roboczego z możliwością nadzoru położenia jej krawędzi;
- 7.1.8.2. posiadać funkcję kontroli automatycznego zatrzymania szyby frontowej na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji roboczej;
- 7.1.8.3. posiadać trzy wysokiej jakości wentylatory elektroniczne gwarantujące idealny rozkład laminarny oraz niski pobór prądu i niedużą emisję hałasu;
- 7.1.8.4. posiadać dwa sensory przepływu powietrza z kompensacją temperaturową, jeden dla strumienia laminarnego i jeden dla pomiaru kurtyny ochronnej;
- 7.1.8.5. posiadać przyłącza typu gaz palny, gaz obojętny, zasilanie elektryczne, które umieszczone są na górze komory;
- 7.1.8.6. posiadać wewnętrzne instalacje mediów z zaworami oraz gniazdka 230 V bez elementów śrubowych;
- 7.1.8.7. być wyposażone w panel z dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi oraz klawiaturą membranową, który stanowi element zarządzania pracą komory laminarnej;
- 7.1.8.8. posiadać możliwość wyświetlania wartości liczbowych przepływów, które są łatwe do odczytu z pozycji siedzącej i stojącej;
- 7.1.8.9. być wyposażone w pasek świetlny w technologii LED, który stanowi wizualną informację o statusie pracy urządzenia;
- 7.1.8.10. posiadać V kształtny wylot powietrza na kurtynie powietrza;
- 7.1.8.11. być wyposażone w złącze diagnostyczne umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów komory przez autoryzowany serwis lub producenta przez sieć GSM lub wifi;
- 7.1.8.12. posiadać możliwość łatwego obustronnego mycia szyby frontowej zamykającej obszar pracy;
- 7.1.8.13. posiadać wewnątrz obszaru roboczego wykonane z blachy stalowej, malowane elektrostatycznie farbą antybakteryjną i chemoodporną, blat wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typu 14404, AISI/ASTM 316L.

7.2. Inne wymagania:

- 7.2.1. dostawa w terminie do 4 tygodni, licznym od daty zawarcia umowy;
- 7.2.2. urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku należy dostarczyć w nienaruszonym opakowaniu producenta;
- 7.2.3. urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego (w tym wszystkie niezbędne statywy, tipsy, materiały zużywalne, odczynniki, kosz na odpady);
- 7.2.4. wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcje użytkownika z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania, w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, w języku polskim;
- 7.2.5. koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia muszą zostać ujęte w cenie urządzenia;
- 7.2.6. instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia winien wykonać autoryzowany serwis producenta;
- 7.2.7. wszelka komunikacja pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym powinna odbywać się w języku polskim.

7.3. Gwarancja:

- 7.3.1. gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia;
- 7.3.2. wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji;
- 7.3.3. w okresie gwarancji, w 11 - 12 miesiącu od uruchomienia urządzenia, a później po upływie każdego kolejnych 12 miesięcy wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd serwisowy w celu potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia - wszelkie koszty z tym związane w tym dojazd do siedziby użytkownika oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych należy ująć w cenie;
- 7.3.4. autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski;
- 7.3.5. czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony do daty zgłoszenia w formie pisemnej;

- 7.3.6. czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas;
- 7.3.7. serwis gwarancyjny i naprawy należy wykonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny do obioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
- 7.3.8. wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność do serwisu i do części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

7.4. Szkolenie:

- 7.4.1. wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i użytkowania urządzenia w języku polskim lub tłumaczone na język polski dla użytkowników, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
- 7.4.2. wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu certyfikaty dla uczestników szkolenia potwierdzające odbyte szkolenie.

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca (Lider)¹:

pełna nazwa/firma

adres

NIP REGON nr telefonu e-mail

Rodzaj wykonawcy:²

- mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo
 jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 inny rodzaj

Wykonawca (Uczestnik/Partner)¹:

pełna nazwa/firma

adres

NIP REGON

A. Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszonym przez Zamawiającego postępowaniem o zamówienie publiczne pn.:

Dostawa i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

1) w zakresie określonym dla części nr 1 „Wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym” oferuję:

a) wykonanie zamówienia za cenę zł, obliczoną na podstawie niżej określonych cen jednostkowych:

Urządzenie	Ilość	Producent oraz model lub numer katalogowy lub inne oznaczenie handlowe stosowane przez producenta identyfikujące jednoznacznie zaoferowane urządzenie	Cena jednostkowa netto w zł	Kwota netto w zł (2 x 4)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł (5 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7
Wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym	3 szt.					

b) oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące),

c) oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 2024 r.);

2) w zakresie określonym dla części nr 2 „Młynek wsadowy z zestawem ściernym” oferuję:

a) wykonanie zamówienia za cenę zł, obliczoną na podstawie niżej określonych cen jednostkowych:

Urządzenie	Ilość	Producent oraz model lub numer katalogowy lub inne oznaczenie handlowe stosowane przez producenta	Cena jednostkowa netto w zł	Kwota netto w zł (2 x 4)	Stawka podatku VAT w %	Kwota brutto w zł (5 + VAT)
------------	-------	---	-----------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------

¹ dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

² we właściwe pole wstawić X - informacje te są wymagane do sporządzenia ogłoszenia o wyniku postępowania por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR,
- małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
- średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób, i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

		identyfikujące jednoznacznie zaoferowane urządzenie				
1	2	3	4	5	6	7
Młynek wsadowy z zestawem ściernym	6 szt.					

- b) oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące),
 c) oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 2024 r.);

3) w zakresie określonym dla części nr 3 „Rotator z platformą” oferuję:

- a) wykonanie zamówienia za cenę zł, obliczoną na podstawie niżej określonych cen jednostkowych:

Urządzenie	Ilość	Producent oraz model lub numer katalogowy lub inne oznaczenie handlowe stosowane przez producenta identyfikujące jednoznacznie zaoferowane urządzenie	Cena jednostkowa netto w zł	Kwota netto w zł (2 x 4)	Stawka podatku VAT w %	Kwota brutto w zł (5 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7
Rotator z platformą	5 kpl.					

- b) oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące),
 c) oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 2024 r.);

4) w zakresie określonym dla części nr 4 „Blok grzewczy, aluminiowy z zestawem suchych bloków grzewczych” oferuję:

- a) wykonanie zamówienia za cenę zł, obliczoną na podstawie niżej określonych cen jednostkowych:

Urządzenie	Ilość	Producent oraz model lub numer katalogowy lub inne oznaczenie handlowe stosowane przez producenta identyfikujące jednoznacznie zaoferowane urządzenie	Cena jednostkowa netto w zł	Kwota netto w zł (2 x 4)	Stawka podatku VAT w %	Kwota brutto w zł (5 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7
Blok grzewczy, aluminiowy z zestawem suchych bloków grzewczych	4 kpl.					

- b) oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące),
 c) oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 2024 r.);

5) w zakresie określonym dla części nr 5 „Waga” oferuję:

- a) wykonanie zamówienia za cenę zł, obliczoną na podstawie niżej określonych cen jednostkowych:

Urządzenie	Ilość	Producent oraz model lub numer katalogowy lub inne oznaczenie handlowe stosowane przez producenta identyfikujące jednoznacznie zaoferowane urządzenie	Cena jednostkowa netto w zł	Kwota netto w zł (2 x 4)	Stawka podatku VAT w %	Kwota brutto w zł (5 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7
Waga precyzyjna 6200g/0,01 g	4 szt.					
Waga analityczna 220g/0,0001 g	2 szt.					
Waga platformowa do 100 kg	1 szt.					
Wartość brutto w zł (Σ kwot brutto)						

- b) oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące);
 c) oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 2024 r.);

6) w zakresie określonym dla części nr 6 „Gęstościomierz, myjka, suszarka” oferuję:

a) wykonanie zamówienia za cenę zł, obliczoną na podstawie niżej określonych cen jednostkowych:

Urządzenie	Ilość	Producent oraz model lub numer katalogowy lub inne oznaczenie handlowe stosowane przez producenta identyfikujące jednoznacznie zaoferowane urządzenie	Cena jednostkowa netto w zł	Kwota netto w zł (2 x 4)	Stawka podatku VAT w %	Kwota brutto w zł (5 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7
Gęstościomierz	1 szt.					
Myjka ultradźwiękowa	1 szt.					
Suszarka laboratoryjna	1 szt.					
Wartość brutto w zł (Σ kwot brutto)						

b) oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące);

c) oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 2024 r.).

7) w zakresie określonym dla części nr 7 „Komora laminarna” oferuję:

a) wykonanie zamówienia za cenę zł, obliczoną na podstawie niżej określonych cen jednostkowych:

Urządzenie	Ilość	Producent oraz model lub numer katalogowy lub inne oznaczenie handlowe stosowane przez producenta identyfikujące jednoznacznie zaoferowane urządzenie	Cena jednostkowa netto w zł	Kwota netto w zł (2 x 4)	Stawka podatku VAT w %	Kwota brutto w zł (5 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7
Komora laminarna	2 szt.					

b) oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące);

c) oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 2024 r.).

B. Inne informacje, dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom

Nie zamierzam / Zamierzam³powierzyć część zamówienia następującemu/ym podwykonawcy/om:

Pełna nazwa/firma: ⁴			
Adres: ⁴		NIP: ⁴	REGON: ⁴
Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis):			
Wartość:			

Pełna nazwa/firma: ⁴			
Adres: ⁴		NIP: ⁴	REGON: ⁴
Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis):			
Wartość:			

C. Inne oświadczenia

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia określone w SWZ;
- wybór mojej/naszej oferty **nie prowadzi / prowadzi**³ do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361);
- obowiązek, o którym mowa w pkt 2 dotyczy następującego zakresu.....;
- w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy;
- oferta **nie zawiera / zawiera**³ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są w następujących dokumentach:

.....

³ niepotrzebne skreślić lub usunąć

⁴ jeżeli jest znana/y

.....
.....
(należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

D. Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶

Wypełniony formularz ofertowy zapisać do pliku (zalecany format .PDF), a następnie opatrzyć podpisem zaufanym /podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) /kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa przedmiotowego oświadczenia należy usunąć treści oświadczenia albo je wykreślić).

**Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia**

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca (Lider/Uczestnik/Partner):¹

pełna nazwa/firma

adres

wpisany do: rejestru przedsiębiorców KRS pod nr CEiDG²

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu,

oświadczam, że wobec mnie/nas:

nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy;²

nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507);^{2, 3}

zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. ust. pkt lit ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy).²

Jednocześnie oświadczam, że w związku z wystąpieniem w/w. okoliczności/ą, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności (dotyczy podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy):

- 1) naprawiłem/zobowiązałem się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem/ wykroczeniem lub moim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, tj.: (należy opisać)
- 2) jednocześnie wyjaśniam fakty i okoliczności związane z przestępstwem/ wykroczeniem lub moim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym, tj.: (należy opisać).....;
- 3) podjąłem konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwałem wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, tj.:(należy opisać)
 - b) zreorganizałem personel (należy opisać),
 - c) wdrożyłem system sprawozdawczości i kontroli (należy opisać)

¹ niepotrzebne skreślić lub usunąć - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zasoby składają przedmiotowe oświadczenie oddzielnie

² we właściwe pole wstawić X

³ zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295, z 2024 r. poz. 619) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- d) utworzyłem struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów (*należy opisać*)
- e) wprowadziłem wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów (*należy opisać*)

Wypełnione oświadczenie zapisać do pliku (zalecany format .PDF), a następnie opatrzyć podpisem zaufanym /podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) /kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Pouczenie

Zgodnie z:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt. 1 w związku art. 111 pkt. 1 i 2 lit. a oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy - wykluczeniu podlega osoba fizyczna, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego- jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
- 2) art. 108 ust. 1 pkt. 2 w związku art. 108 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 111 pkt 1 i 2 lit. a oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy - wykluczeniu podlega osoba prawna, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
- 3) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy - wykluczeniu podlega wykonawca wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) art. 108 ust. 1 pkt. 4 w związku art. 111 pkt. 3 ustawy - wykluczeniu podlega wykonawca, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne - na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) art. 108 ust. 1 pkt. 5 w związku art. 111 pkt. 4 oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy - wykluczeniu podlega wykonawca, jeżeli Zamawiający stwierdzi, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe - jeżeli nie upłynęły 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą tego wykluczenia;
 - 6) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy - wykluczeniu podlega wykonawca wykonawcę, jeżeli on lub podmiot, który należy z nim do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, w wyniku czego doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy - wykluczeniu podlega podmiot w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - 8) art. 109 ust. 1 pkt. 5 w związku art. 111 pkt. 4 ustawy - wykluczeniu podlega wykonawca, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów - jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą tego wykluczenia;
 - 9) art. 109 ust. 1 pkt. 7 w związku art. 111 pkt. 4 ustawy - wykluczeniu podlega wykonawca, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękopisami za wady - jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą tego wykluczenia;

- 10) art. 110 ust. 2 i 3 ustawy - wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, którego dotyczy niniejsze oświadczenie,
 - zreorganizował personel,
 - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebrzeżenie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający będzie oceniał, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w lit. a-c, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w lit. a-c, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę.

**Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca (Lider/Uczestnik/Partner):¹

.....
pełna nazwa/firma

.....
adres

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym pn.:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu,

spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia dla części nr²,określone przez Zamawiającego odpowiednio w pkt 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/ 6.1.5/ 6.1.6/6.1.7 SWZ.³

Wypełnione oświadczenie zapisać do pliku (zalecany format .PDF), a następnie opatrzyć podpisem zaufanym /podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) /kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

¹ niepotrzebne skreślić lub usunąć - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie spośród tych wykonawców składa ten wykonawca, który potwierdza spełnianie warunku

² należy wpisać numer części, do której Wykonawca składa ofertę

³ niepotrzebne skreślić lub usunąć

Zawarta w dniu2024 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 7770001878, REGON 630703410, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a

..... przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą, z siedzibą w, o numerach NIP: REGON zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą",/ firmą z siedzibą w wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez pod nr KRS, o numerach NIP, REGON, kapitale zakładowym zł kapitale wpłaconym zł zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu”, prowadzonego w trybie podstawowym, o który mowa art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 - dalej „PZP”), w zakresie określonym dla części nr

§ 2 [Przedmiot umowy i zasady dostawy]

1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego fabrycznie nowe i wolne od wad zwane dalej „urządzeniem” o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot określony w ust.1 w terminie od daty zawarcia umowy.
4. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu umowy.
5. Miejscem dostawy jest Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu położonego na terenie KWP przy ul. Kochanowskiego 2a - wjazd od ul. Mansfelda, zwane dalej „Laboratorium”.
6. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie wyprodukowane w roku.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia nie są użytkowane, są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, w pełni sprawne i dostosowane do potrzeb Zamawiającego, a nadto posiadają i spełniają założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe.
8. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania protokołu ilościowo- jakościowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie niezbędne dokumenty związane z funkcjonowaniem urządzeń będących przedmiotem umowy, w tym:
 - 1) kartę gwarancyjną zawierającą numer seryjny urządzenia i warunki gwarancji;
 - 2) instrukcje obsługi w języku polskim.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zapewni dostępność do serwisu i do części zamiennych w okresie wskazanym w pktOPZ.
11. Do realizacji postanowień umowy strony wyznaczają przedstawicieli:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a), tel., e-mail:
 - b), tel., e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy -, tel., e-mail:

§ 3 [Wartość umowy i zasady rozliczeń]

1. Wartość Umowy brutto wynosizł (słownie)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności:
 - 1) koszt urządzenia;
 - 2) koszty związane z ich dostawą i wniesieniem do pomieszczeń Laboratorium wskazanych przez Zamawiającego;
 - 3) koszty odpowiednio instalacji i uruchomienia oraz kalibracji – jeżeli dotyczy;
 - 4) koszty związane ze świadczeniem zobowiązań związanych z gwarancją, w tym dojazdu i transportu;
 - 5) koszty szkolenia dla pracowników z obsługi urządzenia oraz odpowiednio oprogramowania – jeżeli dotyczy;

- 6) koszty przeglądu serwisowego, o którym mowa w pkt 7.3.3 OPZ oraz niezbędnych materiałów do jego wykonania¹.
3. Adresatem i płatnikiem należności w ramach niniejszej Umowy jest:
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
NIP: 7770001878, REGON: 630703410.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane do konta Zamawiającego na PEF zostały określone w ust. 3. Terminy płatności faktury oraz jej dostarczenia określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez swojej zgody wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 4 [Zaliczka]

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
2. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia od Zamawiającego środków finansowanych w ramach zaliczki.
3. W przypadku nieudzielenia przez Zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia o wypłatę zaliczki ani inne roszczenia o charakterze odszkodowawczym.
4. Przed udzieleniem zaliczki, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia 100% udzielonej zaliczki w jednej z niżej określonych form:
 - 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.);
 - 5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).
5. Wykonawca przed rozliczeniem zaliczki może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka z określonych w ust. 4.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki w całości. Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione na czas wykonania przedmiotu umowy. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia lub jeżeli w wyniku przedłużających się odbiorów przedmiotu umowy data zabezpieczenia zaliczki wygaśnie, a Wykonawca na 3 dni robocze przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni roboczych po rozliczeniu zaliczki w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona ze względu na wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, cała wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki.

§ 5 [Gwarancja]

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji na dostarczone urządzenie na okres miesięcy od daty jego dostawy i uruchomienia, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. Do dostarczonego urządzenia będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, okres oraz warunki gwarancji.
2. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą w dni robocze przez serwis gwarancyjny, o którym mowa w ust. 9.
3. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - nie dłuższy niż 5 dni.
4. Wykonanie napraw i usunięcie awarii nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii do siedziby serwisu.

¹ dotyczą części nr 7

5. W przypadku uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu/modułu lub urządzenia do siedziby producenta, naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od momentu zgłoszenia awarii do siedziby serwisu.
6. W przypadku trzeciej naprawy danego elementu/modułu urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego elementu/modułu na fabrycznie nowy.
7. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany elementu/modułu na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres naprawy.
9. Serwis gwarancyjny będzie pełnić Wykonawca, tel., e-mail:
10. Pozostałe warunki gwarancji określa Wykonawca. W razie sprzeczności pomiędzy warunkami określonym przez Zamawiającego a warunkami określonymi przez Wykonawcę stosuje się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 6 [Kary umowne]

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania jej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
 - 2) zwłoki w terminie dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień roboczy
 - 3) zwłoki w terminie reakcji na awarię lub terminie wykonania naprawy, w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień roboczy
2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary, wystawionego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może umniejszyć wynagrodzenie umowne wynikające z faktury o kwotę należnych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami umownymi nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 7 [Odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy]

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem: art. 454 i art. 455 PZP,
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania w określonym terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy lub niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu 14 dni do należytego wykonania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

§ 8 [Zmiany umowy]

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) dopuszczalna jest zmiana pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia na inny pod warunkiem, że cena jednostkowa zmienionego przedmiotu zamówienia nie przewyższy ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania z zachowaniem wszelkich wymaganych parametrów technicznych i jakościowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy pod warunkiem

zachowania funkcjonalności i przeznaczenia przedmiotu zamówienia. Podstawą tej zmiany mogą być obiektywne trudności Wykonawcy w uzyskaniu pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia spowodowane na przykład wycofaniem oferowanego produktu z produkcji, wprowadzenie na rynek nowego produktu o lepszych parametrach;

- 2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia;
 - 3) dopuszczalna jest zmian terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego - termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności (wystąpienia siły wyższej lub okresu wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego); w przypadku wystąpienia różnych okoliczności w tym samym czasie, okres ich trwania w czasie ich jednoczesnego występowania nie podlega sumowaniu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie będą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
 3. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonania tej zmiany.
 4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 9 [Dane osobowe]

1. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych reprezentujących je osób fizycznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
2. Strony oświadczają, że każdy wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37- 39 RODO.
3. Dane osobowe osób zawierających w ich imieniu Umowę będą przetwarzane odpowiednio przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy w szczególności ustalenia zgodności reprezentacji Stron. Dane osób kontaktowych (Przedstawicielei Stron) w kategorii dane zwykle - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email wskazanych przez Strony będą przetwarzane odpowiednio przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w szczególności utrzymywania kontaktów służących jej wykonaniu, wymianie korespondencji lub kontaktach telefonicznych. Dane osobowe ww. osób mogą być również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych odpowiednio na Strony, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej oraz w celu spełnienia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Stron usługi prawne, księgowo, archiwizacyjne, kurierskie, pocztowe a także podmiotom współpracującym przy realizacji umowy.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres od dnia zawarcia Umowy do 4 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa wygasa lub została rozwiązana z jakiegokolwiek przyczyny, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
10. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) o ile przepisy PZP nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:
 - 1) w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron, co jednak nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz.1550 z późn. zm.);
 - 2) przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Postanowienia nie stosuje się, w przypadku zawarcia umowy elektronicznie, z wykorzystaniem przez Strony kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Numer referencyjny **ZZP.2380.66.2024**

- 1) załącznik nr 1 - Protokół odbioru/przyjęcia;
- 2) załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr
- 3) załącznik nr 3 - Kopia oferty Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami jej treści.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Poznań,

**PROTOKÓŁ ODBIORU
ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY**

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru.....

L.p.	Asortyment	Ilość wg umowy	Ilość przyjęta	Ilość odrzucona	Uwagi
1.					
2.					

Potwierdzenie kompletności dostawy:

-Tak*

-Nie*

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego:

.....

.....

.....

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

.....

.....

.....

* -niewłaściwe skreślić