



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1  
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

**NIP:** 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 10.07.2024r.

Numer postępowania: ZP/MM/29/2024

Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy postępowania pn.: „**Materiały medyczne**”

**Pytania i odpowiedzi**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), przekazuje **treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie nr 1** Zadanie 1 poz 4-6 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego? Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2** Zadanie 1 poz 4-6 czy zamawiający dopuści opaski o dl. 4 m? Odpowiedź: Zamawiający wymaga opasek dzianych o długości 5 m.

**Pytanie nr 3** Zadanie 8 poz 1-3 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe, 8 warstwowe? Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompresów 17 nitkowych 12 warstwowych.

**Pytanie nr 4** Zadanie 8 poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Odpowiedź: Pozycja 4 zamawiający nie dopuszcza , pozycja 5 jak w SWZ.

**Pytanie nr 5** Zadanie 8 poz 7-8 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm, po 10 szt, 17 nitkowe, 8 warstwowe, bez nitki RTG? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , wymaga kompresów , jak w SWZ.

**Pytanie nr 6** Zadanie 8 poz. 9 czy zamawiający dopuści kompresy włókninowy nasączony alkoholem 70%, 100g/m<sup>2</sup> , 65 mm x 30 mm op. 100 szt ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7** Zadanie 8 poz. 9 czy zamawiający dopuści Kompres włókninowy nasączony alkoholem 70%, suchy/mokry 50g/m<sup>2</sup> , 90 mm x 120 mm op. 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytania Część II**

**Zadanie 1, pozycja 6** - Czy Zamawiający wymaga aby do opaski było dołączone 2 zapinki? Odpowiedź: Zamawiający wymaga opasek elastycznych z co najmniej jedną zapinką.

**Zadanie 3, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 3, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'15szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 6, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 8, pozycja 4-6** - Czy Zamawiający dopuści kompresy w klasie IIa reg. 7? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 8, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 8, pozycja 9-** Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 55mm x 45mm (złożony) 110 x 90mm (rozłożony)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 9, pozycja 1** - Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za 480 opakowań po 24szt? Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ, powinno być 480 x 1 sztuka i dopuszcza wycenę 20 op x 24 sztuk

**Zadanie 9, pozycja 2** - Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za 1800 opakowań po 12szt.? Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ, powinno być 1800 x 1 sztuka i dopuszcza wycenę 150 op x 12 sztuk.

**Zadanie 9, pozycja 3** - Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za 600 opakowań po 6szt.? Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ, powinno być 600 x 1 sztuka i dopuszcza wycenę 100 op x 6 sztuk.

**Zadanie 9, pozycja 4** - Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za 480 opakowań po 12szt.? Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ, powinno być 480 x 1 sztuka i dopuszcza wycenę 40 op x 12 sztuk.

**Zadanie 9, pozycja 5** - Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za 1200 opakowań po 6szt.? Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ, powinno być 1200 x 1 sztuka i dopuszcza wycenę 200 op x 6 sztuk.

**Zadanie 9, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści plaster z folii polietylenowej z kolorowym nadrukiem, spełniający pozostałe wymagania? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 9, pozycja 15** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 9, pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 9, pozycja 17** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 9, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 10, pozycja 1-2**-Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie? Opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszanej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 17 Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55 x 55 cm? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 17 Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55 cm? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 20Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy Is? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 20Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 21Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści niebieskie rękawice o grubości na palcu 0,36mm+/-0,04, na dłoni 0,31mm+/-0,03, zawartości protein  $\leq 20\mu\text{g/g}$  i sile zrywu przed starzeniem min. 20N? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 21Pozycja 1** Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388 z uwagi na fakt, iż nie znajduje już ona zastosowania w nowej regulacji PPE EU 2016/425 obowiązującej od kwietnia 2019 roku. Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą EN 388.

**Zadanie 21Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane w technologii DHD co ułatwia zakładanie rękawic nawet na wilgotne dłonie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

### Pytania Część III

#### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

##### **Zadanie nr 3:**

**Poz. nr 1, 2, 3** – czy przez określenie „opaska półelastyczna” Zamawiający rozumie opaskę o rozciągliwości około 80 % czy raczej 135%? Odpowiedź: SWZ określa rozciągliwość opasek t.j minimum 80%

**Poz. nr 6 – 9**, – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z czasem wiązania 2-4 minuty ? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Poz. nr 9** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 6cm x 2metry z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza

**Poz. nr 10-11** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów podgipsowych pakowanych a ' 5 szt. cena zostanie podana za 1 sztukę. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

**Poz. nr 12** – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości Zadania i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia np. Zadania 3A. Powoli to na złożenie oferty większej liczbie wykonawców? Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Poz. nr 13** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów celulozowych zgodnych z opisem, ale pakowanych a' 500 sztuk – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

##### **Zadanie nr 8:**

**Poz. nr 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, ale pakowanych a' 2 sztuki – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Poz. nr 9** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, w rozmiarze 30mm x 60mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

##### **Zadanie nr 10:**

**Pozycja 3**, – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego hydroaktywnego opatrunku wspomagającego kumulację czynników wzrostu, które stymulują proliferację i migrację keratynocytów, przyspieszając się do przyspieszenia procesu gojenia rany. Opatrunek utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko w ranie zarówno suchej jak i sączącej. Warstwa pianki poliuretanowej wchłania nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze nawet pod wpływem terapii uciskowej. Warstwa hydrożelu aktywnie dostarcza wilgoć do rany przesuszanej. Hydrożel daje efekt początkowej przylepności „Initial Tack”, dzięki temu zakładanie opatrunku jest dużo prostsze oraz zapobiega przywieraniu opatrunku do rany, umożliwiając jego atraumatyczne zmiany. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest membraną poliuretanową, która chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej w rozmiarze 10cm x 10cm. Odpowiedź:**Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja 3**, – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego przezroczystego opatrunku hydrożelowego do zaopatrywania ran suchych lub o niewielkim wysięku znajdujących się w fazie ziarninowania i naskórkowania. Polecany do powierzchniowych oparzeń, ran pourazowych, a także popromiennych uszkodzeń skóry w rozmiarze 10cm x 10cm. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza

**Pozycja 4**, – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego hydroaktywnego opatrunku samoprzylepnego z wspomagającego kumulację czynników wzrostu, które stymulują proliferację i migrację keratynocytów, przyspieszając się do przyspieszenia procesu gojenia rany. Opatrunek utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko w ranie zarówno suchej jak i sączącej. Warstwa pianki poliuretanowej wchłania nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze nawet pod wpływem terapii uciskowej. Warstwa hydrożelu aktywnie dostarcza wilgoć do rany przesuszanej. Hydrożel daje efekt początkowej przylepności „Initial Tack”, dzięki temu zakładanie opatrunku jest dużo prostsze oraz zapobiega przywieraniu opatrunku do rany, umożliwiając jego atraumatyczne zmiany. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest membraną poliuretanową, która chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej w rozmiarze 15cm x 15cm. Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

**Pozycja 4**, – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego samoprzylepnego przezroczystego opatrunku hydrożelowego do zaopatrywania ran suchych lub o niewielkim wysięku znajdujących się w fazie ziarninowania i naskórkowania. Polecany do powierzchniowych oparzeń, ran pourazowych, a także popromiennych uszkodzeń skóry w rozmiarze 12,5cm x 12,5cm. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na któreś z powyższych pytań proszę o wyłączenie tych pozycji z całości  
Zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

**Poz. nr 5 i 6** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków z włókien alginianów wapnia i alginianów sodu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania Część IV**

##### **Dotyczy zadania 20 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w rozmiarach specjalnie dedykowanych rękawicom ginekologicznym tj. 6.5 (S), 7.5 (M) 8.5 (L). Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Dotyczy zadania 20 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0.19 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Dotyczy zadania 20 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Dotyczy zadania 21 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej: Rękawice medyczne lateksowe wzmocnione, bezpydrowe, teksturowana powierzchnia, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, grubość ścianki min. na palcu 0,36 mm, na dłoni 0,33 mm, długość min. 300 mm. AQL 1,0. Poziom protein lateksowych <50 mikrog/g. Siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Rękawice zgodne z EN 455-1-4, EN ISO 21420. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych na min. 12 substancji chem. w tym 3 substancje z zał. A normy 374-1 na co najmniej 2 poziomie ochrony. Zarejestrowane jako wyrób med. Oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dostępne w rozmiarach S, M, L. Opakowanie x 50 szt. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Dotyczy zadania 21 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach i wewnątrz dłoni, silikonowanej oraz powierzchni wewnętrznej pokrytej polimerem i silikonowana. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytania Część V**

##### **Pytania dot. przedmiotu zamówienia:**

##### **Zadanie 2 poz. 1-2: -**

Czy zamawiający dopuści opaskę o następującej rozciągliwości: 120% pod stałym obciążeniem i 150% pod stałym obciążeniem po praniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

##### **Zadanie 2 poz. 3:**

Czy zamawiający miał na myśli opaskę podgipsową 10 cm x 3m? Odpowiedź: Tak, tj. Opaska podgipsowa jałowa 10cm x 3 m.

##### **Zadanie 2 poz. 4:**

Czy zamawiający miał na myśli opaskę podgipsową 15 cm x 3m? Odpowiedź: Tak, tj. Opaska podgipsowa jałowa 15 cm x 3 m.

##### **Zadanie 3 poz. 1-3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 5m? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Zadanie 3 poz. 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5 x 10 cm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Zadanie 3 poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10 x 20 cm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**Zadanie 3 poz. 10:**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu podgipsowego, syntetycznego, niejałowego 15cmx 3 m w opakowaniu x 12 szt. z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**Zadanie 8 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe w klasie IIa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 8 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w klasie IIa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dot. projektu umowy:**

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Odpowiedź:
3. Zamawiający wyraża zgodę
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne opisanej w § 6 ust. 1 ppkt. 1) była naliczana od wartości niezrealizowanej części zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisana w § 6 ust 1 ppkt. 2) i 3) była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT ceny netto nie ulegną zmianie? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytania Część VI**

**Zadanie nr 14, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę monofilamentową, niewchłaniającą, do operacji naprawczych przepuklin, wykonana z polipropylenu o wadze 85 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1,0 x 1,2 mm, grubość 0,55 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Zadanie nr 14, poz. 4-6**

Czy Zamawiający dopuści siatkę monofilamentową, niewchłaniającą, do operacji naprawczych przepuklin, wykonana z polipropylenu o wadze 55 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1,3 x 2,0 mm, grubość 0,55 mm, bez pasów ułatwiających pozycjonowanie siatki? Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Zadanie nr 14, poz. 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 31 mm oraz nitką 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.