

OR.DZP.270.16.2025

Otwock, 09.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**Nr sprawy: 16/P/2025**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „Dostawa komory osłonnej do pracy z radionuklidami”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 :

W takiej sekcji zamawiający wymienia rozszerzoną i bardzo szeroką listę rezultatów, w tym dokumentację funkcjonalną. Czy zamawiający ma na myśli instrukcję obsługi i konserwacji? W przeciwnym razie czy zamawiający mógłby doprecyzować zawartość takiej dokumentacji funkcjonalnej.

Ponadto oczekujemy licencji na oprogramowanie w kodzie obiektywnym? Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że nie będzie udostępniany kod źródłowy oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje dostarczenia instrukcji obsługi komory osłonnej oraz innych urządzeń dostarczonych wraz z komorą takich jak miernik aktywności, kapslarka, dekapslarka.

Zamawiający oczekuje aby w dostarczonych dokumentach padane były informacje dotyczące przeglądów bieżących, remontów okresowych wraz z terminami ich wykonania oraz sposobu postępowania w przypadku typowych i nietypowych awarii

Zamawiający nie będzie nikomu, udostępniać przekazanego oprogramowania.

Pytanie nr 2:

W takiej sekcji nie ma mechanizmu ani klauzuli odnoszącej się do konkretnych obowiązków zamawiającego (np. umożliwienia dostępu do placu budowy, dostarczenia wszystkich istotnych informacji), w tym mechanizmu zatwierdzania harmonogramu projektu lub dokumentów i protokołów. Czy Zamawiający rozważa możliwość dodania do umowy postanowień w tym zakresie?

W tej samej sekcji opisano FAT, SAT i IQOQ, jednak wydaje się, że różnią się one od naszego standardowego podejścia. Czy Zamawiający rozważa poprawienie i zmianę odpowiednich protokołów testów FAT, SAT i IQOQ oraz związanych z nimi treści?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępni wykonawcy dostęp do miejsca montażu komory osłonnej. Udostępni dostęp do niezbędnych mediów wymaganych przez wykonawcę. Jednakże ich określenie przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego jest trudne. Tak więc możliwe jest jedynie uzupełnienia umowy o ogólny zapis potwierdzający że zamawiający umożliwia dostęp do miejsca montażu komory.

Zamawiający oczekuje w ramach testów FAT i SAT wykazania że komora osłonna spełnia wymagania zamawiającego. Zamawiający oczekuje że wykonawca przygotuje wzory protokołów testów FAT i SAT i prześle je do zamawiającego nie później niż cztery tygodnie przed planowanym przystąpieniem do testów w celu ich akceptacji. Zamawiający wymienił podstawowe funkcjonalności, które jego zdaniem powinny być sprawdzone w trakcie testów FAT i SAT

Pytanie nr 3:

Nie ma mechanizmu chroniącego dostawcę przed rozpoczęciem i treścią gwarancji; w szczególności, jeśli SAT nie zostanie przeprowadzona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wówczas dostawca będzie narażony na ryzyko, że gwarancja nigdy się nie rozpocznie. Ponadto nie ma konkretnych klauzul dotyczących sytuacji, w których gwarancja jest wyłączona (np. modyfikacja klienta, zużycie części), a poziom usług narzucony w celu zapewnienia redundancji sprzętu. Czy Zamawiający ponownie rozważy takie warunki i otworzy się na integrację powyższych brakujących części?

Odpowiedź Zamawiającego

Gwarancja zaczyna swój bieg dopiero gdy urządzenie zostanie przez Zamawiającego całkowicie odebrane, czyli po podpisaniu bez uwag Protokołu odbioru przez Zamawiającego i zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Protokół odbioru zgodnie z umową jest podpisany po zrealizowaniu wszystkich określonych czynności (min testów SAT) opisanych w OPZ oraz „istotnych postanowieniach umowy:- załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie rozważa zmiany warunków gwarancji.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający rozważa przegląd i negocjacje systemu kar? Czy to samo będzie uważane za jedyny środek odwoławczy dostępny dla Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie rozważa negocjacji systemu kar.

§ 12 pkt 4 umowy (Postanowienia końcowe) określa środki odwoławcze .

Pytanie nr 5:

Czy licencja ta jest ograniczona wyłącznie do postaci kodu obiektowego? Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane z dostawami i wszelkimi produktami dostarczonymi przez Dostawcę przysługują Dostawcy? Oczekujemy, że nie dojdzie do cesji lub przeniesienia ww. praw, natomiast w niezbędnym zakresie Zamawiający otrzyma stosowną licencję na korzystanie z praw własności intelektualnej Dostawcy. Upzejmnie prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane z dostawami i wszelkimi produktami dostarczonymi przez Dostawcę przysługują Dostawcy
Zamawiający oczekuje przekazania licencji na prawo do korzystania z oprogramowania bezterminowo, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uprawnieniami administratora, w zakresie umożliwiającym zamawiającemu eksploatację oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Czy byłby Pan uprzejmy wyjaśnić, kiedy należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy? W dokumentacji przetargowej jest napisane, że po upływie 30 dni od SAT cała gwarancja zostanie zwrócona dostawcy, natomiast w umowie jest napisane, że 30% takiej gwarancji zostanie zatrzymane do końca okresu gwarancyjnego. Upzejmnie proszę o wyjaśnienie..

Odpowiedź Zamawiającego

Całość wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy i odpowiadająca 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót

zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 „Istotne postanowienia umowy” i zamieszcza załącznik nr 1 jako „Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 09.04.2025”

Pytanie nr 7:

Zgodnie z umową nie ma żadnego ograniczenia odpowiedzialności (np. wyłączenia szkód pośrednich); czy Zamawiający rozważa podobne ograniczenie (np. limit odpowiedzialności i wyłączenie szkód pośrednich i następnych)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy i nie rozważa wprowadzenia dodatkowych warunków

Pytanie nr 8

Czy mogą Państwo potwierdzić, że dokument „16_P_2025_SWZ.po zmianie z dn 03.04” zostanie zmieniony zgodnie z Państwa odpowiedziami na powyższe punkty? tj. żądane jak wyżej doprecyzowanie punktu 1 dokumentu „16_P_2025_Zał. nr 1 Istotne postanowienia umowy” dotyczy również punktu VIII. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY tego dokumentu 16_P_2025_SWZ.po zmianie z dn 03.04 tj. wnioskowane jak wyżej doprecyzowanie dla punktu 2 dokumentu „16_P_2025_Zał. nr 1 Istotne postanowienia umowy” odnosi się również do punktu VIII. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY oraz XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA tego dokumentu 16_P_2025_SWZ.po zmianie z dn 03.04

Odpowiedź Zamawiającego

Treść odpowiedzi na pytania wykonawców udzielona w trybie przepisów ustawy Pzp stanowi integralną część SWZ i ocena ofert wykonawców będzie dokonywała się z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian specyfikacji dokonanych w ramach udzielonych odpowiedzi .

Pytanie nr 9

Czy mógłbyś potwierdzić, że ostateczna umowa zostanie podpisana zarówno w języku polskim, jak i angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje podpisanie umowy w języku angielskim.

Pytanie nr 10

Czy możesz nas poinformować, czy możliwe jest wynegocjowanie tego terminu i czy można go przedłużyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Terminy wynikające z postępowania to:

Termin składania ofert kończy się: 30.04.2025, o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert to: 30.04.2025 godz. 12:10

Termin związania z oferta do dnia 28.07.2025 r.

Zamawiający przypomina iż termin składania ofert został zmieniony od założonego pierwotnie.

Zamawiający nie wie o jakie konkretnie terminy Wykonawca pyta.

Pytanie nr 11

Czy możesz potwierdzić, że jesteśmy upoważnieni do zmiany formularza „16_P_2025_Załącznik nr 2 Formularz ofertowy” zgodnie z Twoimi odpowiedziami na powyższe punkty?

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca nie może zmienić formularza ofertowego. Jest to wzór dokumentu który jest dostępny na stronie prowadzonego dla wszystkich wykonawców.

Jeżeli wykonawca samodzielnie wprowadza zmiany w treści wzoru formularza ofertowego to z jednej strony doprowadza do sytuacji, w której jego oferta przestaje być porównywalna z ofertami konkurencji, a z drugiej strony naraża się na ryzyko odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p

Zamawiający przypomina iż treść odpowiedzi na pytania wykonawców udzielona w trybie przepisów ustawy Pzp stanowi integralną część SWZ

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
DIREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Dziel

Kierownik Zamawiającego