

Zatwierdzam

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądu serwisowego i sprawdzenia analizatora genetycznego ABI PRISM 3500xl nr seryjny 30360-011 w skład którego wchodzi:

- kontrola nastawienia, zasilania, testy wydajności, określenie stanu żywotności lasera itp.,
- czyszczenie optyki, kontrola kamery,
- kontrola pola grzejnego, kalibracja bloku grzejnego i sprawdzenie funkcjonalności,
- kontrola autosamplera i jego komponentów, czyszczenie, kalibracja detekcja uszkodzeń, testy,
- wykrycie i naprawa przerwanych przewodów,
- kontrola bloku polimerowego (funkcjonalność, szczelność, detekcja mikrouszkodzeń),
- kontrola elektronicznych komponentów urządzenia (zasilanie),
- kontrola pompy, wentyli i dozujących tłoków, czyszczenie, wymiana uszczelek,
- kontrola komputera, kontrola kopii zapasowej danych (kontrola oprogramowania),
- przeprowadzenie autodiagnostyki urządzenia, kontrola i dostosowanie parametrów pracy do ustawień pożądaných przez producenta,
- zalecenia i rady dotyczące łatwego serwisowego postępowania, które użytkownik może wykonać samodzielnie,
- protokół przeglądu prewencyjnego lub protokół walidacyjny.

**PRZEGLĄD SERWISOWY I SPRAWDZENIE – DATA WYKONANIA  
ZAMÓWIENIA: CZERWIEC 2026 R.**

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
asp. Marek LEWIŃSKI

SPECJALISTA  
Sekcji I  
Laboratorium Kryminalistycznego KSP  
podkom. Jarosław ŁOZYŃSKI

STARSZY TECHNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
M. PLEBAŃSKA